



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Marche

**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**

**DIPARTIMENTO OPERE E
TECNOLOGIE
INGEGNERIA CLINICA & HTA**

Sede: Piazzale Cinelli 4 – 61121
Pesaro

Direttore

ing. Giancarlo Conti

Tel:

0721.366441/6411/6384

Fax:

0721.366492

Mail:

giancarlo.conti@sanita.marche.it

daniela.masci@ospedalimarchenord.it

ID: 136069|29/01/2014|IHTA

CHIARIMENTI AGGIORNATI ALLA DATA DEL 29/01/2014

AMBITO: *procedura ristretta per l'appalto di servizi operativi di manutenzione locale delle tecnologie biomediche (manutenzioni preventive, manutenzioni correttive e attività connesse) e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio del life cycle delle tecnologie biomediche per l'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord per la durata di 60 mesi. CIG 5113298AFC.*

In relazione alla procedura in oggetto, si precisa preliminarmente che con determina n.64/DG del 28/01/2014 sono stati modificati gli allegati C.3, C.6 e C.9 al capitolato speciale di gara, l'art. 6 del capitolato speciale di gara e la lettera d'invito. In particolare sono stati **approvati i nuovi allegati C.3, C.6, C.9 e C.9bis al capitolato speciale** e la lettera d'invito modificata; documentazione tutta pubblicata sul sito aziendale internet www.ospedalimarchenord.it ([bandi e avvisi di gara]>[servizi]>[Procedura ristretta per l'affidamento di servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche]). I file in excel dei nuovi allegati C.3, C.6, C.9 e C.9bis al capitolato speciale sono criptati con medesima password trasmessa con ns. nota n. 414 del 09/01/2014.

Per quanto sopra premesso, si forniscono i seguenti chiarimenti alle richieste pervenute entro il termine ultimo fissato nella lettera d'invito:

- Quesito:** All'Art. 6 – Oggetto del Contratto” nel Capitolato Speciale, al punto 14. è riportato l'elenco delle sedi presso cui dovrà essere svolto il servizio. È anche specificato che le “suddette sedi potranno essere suscettibili di variazioni, sia numeriche che di ubicazione, nel periodo di vigenza del contratto, per effetto di decisioni organizzative della AORMN. Dette eventuali variazioni non potranno dare luogo in nessun caso a revisioni dell'importo contrattuale.”
Risposta: All'art. 6 “oggetto del contratto” punto 14 del Capitolato speciale di gara la frase “Le suddette sedi potranno essere suscettibili di variazioni, sia numeriche che di ubicazione, nel periodo di vigenza del contratto, per effetto di decisioni organizzative della AORMN. Dette eventuali variazioni non potranno dare luogo in nessun caso a revisioni dell'importo contrattuale” è sostituita con la seguente frase “Le suddette sedi potranno essere suscettibili di variazioni, sia numeriche che di ubicazione ma solo limitatamente all'ambito del territorio comunale di Pesaro e Fano, nel periodo di vigenza del contratto, per effetto di decisioni organizzative della AORMN. Dette eventuali variazioni non potranno dare luogo in nessun caso a revisioni dell'importo contrattuale” (determina n. 64/DG del 28/01/2014).
- Quesito:** All'Art. 6 – Oggetto del Contratto” nel Capitolato Speciale ci si riferisce alle apparecchiature classificate come “Escluse” all'interno dell'Allegato C.3 – “Attributi classi di apparecchiature”. Per tali apparecchiature la Ditta potrà opporre diniego alla aggiunta al Parco Tecnologico Direttamente Affidato. Si vuole qui

osservare come, nell'elenco di apparecchiature del già citato Allegato C.3, vi siano apparecchiature aventi costi manutentivi molto elevati la cui manutenzione, per il momento, è affidata a ditte terze, e non classificate come "Escluse". Pertanto, per il momento, tali apparecchiature non rientrano nell'oggetto contrattuale ma, non essendo espressamente escluse, potranno rientrarvi successivamente. Analogamente a quanto specificato nel quesito precedente, si chiede di rivedere tale prescrizione, in quanto, fra le apparecchiature che potenzialmente potrebbero entrare a far parte del contratto, ve ne sono alcune la cui incidenza potrebbe minare in modo sostanziale la sostenibilità economica del contratto (si pensi alle apparecchiature di endoscopia, ecografia, etc.). Del resto nella predisposizione dell'offerta è da considerarsi molto probabile l'affidamento all'appaltatore di tali apparecchiature, qualora l'Ente si trovasse di fronte alla scelta se affidarle a terze parti, con i relativi costi, o affidarle all'appaltatore a costo nullo. Si chiede pertanto che l'eventuale affidamento all'appaltatore di ulteriori apparecchiature, rispetto a quelle inizialmente previste in fase di gara, possa comportare una corrispondente variazione contrattuale.

Risposta: Il quesito in oggetto è in riferimento a versione dell'allegato C.3 - "Attributi classi di apparecchiature" affetto da mero errore materiale. Vedasi pertanto nuova versione dell'allegato C.3 del capitolato speciale di gara (determina n. 64/DG del 28/01/2014).

3. **Quesito:** L'art.17 del Capitolato Speciale, comma 12 e 13, descrive le modalità con cui il Budget Disponibile - previsto dall'AORMN per l'approvvigionamento delle parti di ricambio, dei materiali soggetti ad usura e degli interventi di ditte terze che si rendessero eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto - può essere soggetto a variazioni in aumento o in decurtazione in caso, rispettivamente, di ingresso e di uscita di apparecchiature coinvolte nell'ambito del contratto. Si richiede di meglio specificare in che modo invece l'introduzione e la dismissione di apparecchiature tenga conto della relativa classe di incidenza manutentiva, indicata nell'allegato C.3 al Capitolato Speciale - "attributi classi apparecchiature", colonna D - "Classe di incidenza", dal momento che: 1) tale variabile non è considerata nel calcolo dell'adeguamento del suddetto Budget Disponibile 2) non sono previsti adeguamenti dei canoni contrattuali a seguito delle variazioni del Parco Tecnologico della AORMN e del Parco Tecnologico Direttamente Affidato, come descritto nel Capitolato Speciale all'art. 6, comma 5.

Risposta: L'adeguamento del Budget Disponibile avverrà secondo le modalità di cui all'art.17 del Capitolato speciale di gara, comma 12, ovvero indipendentemente dalla classe di incidenza manutentiva relativa alle ABM entranti o uscenti.

Vedasi inoltre risposta al quesito n.29 precedentemente pubblicato nell'ambito del documento relativo ai chiarimenti aggiornati alla data del 27/01/2014 (prot. N. 1738 del 27/01/2013).

4. **Quesito:** Poiché l'attività di "convalida autoclavi" è indicata:
- dalla Lettera d'invito tra i servizi citati al punto D "Servizi e forniture aggiuntive",
 - dal Capitolato Speciale tra le attività comprese nel "Controllo funzionale o di qualità per particolari tipologie di apparecchiature" (Art. 23 punto 2)

si chiede di specificare il punto della documentazione tecnica all'interno del quale deve essere descritta la modalità di esecuzione del servizio di convalida autoclavi. Inoltre si chiede di indicare il parametro tecnico qualitativo all'interno del quale tale aspetto sarà valutato.

Risposta: All'art.4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA della Lettera di invito, riga D1- "Servizi e forniture aggiuntive non previsti nell'oggetto dell'appalto" di tabella; la

dicitura "convalida autoclavi" è da considerarsi come non apposta (determina n. 64/DG del 28/01/2014). La modalità di esecuzione del servizio di cui trattasi dovrà essere descritta nei documenti di cui alle righe A2 e A5 della suddetta tabella. Il criterio qualitativo di interesse è il A01 - "Progetto tecnico - Organizzazione del servizio", sottocriterio A0102.

5. ERRATA CORRIGE: si riportano le seguenti sette Errata Corrige (cfr.Determina n.64 del 28/01/2014):

ID	Documento modificato	Modifiche	Motivazione
1	Allegato C.3 "attributi classi apparecchiature" del capitolato speciale di gara	La classe di incidenza delle apparecchiature biomediche con sigla "3RD" dettagliatamente riportate nell'allegato del presente atto viene modificata in "ESCLUSA"	Mero errore materiale
2	Allegato C.6 "penali ed inadempimenti" del capitolato speciale di gara	La riga ID7 (superamento del Budget Disponibile annuo contrattuale - criterio A0501) deve essere considerata non apposta	Mero errore materiale
3	Allegati C.9 "scheda offerta tecnica criteri quantitativi" al capitolato speciale di gara e artt. 6 "modalità di presentazione delle offerte" e 8 "svolgimento e partecipazione alla procedura ristretta" della lettera d'invito	<p>Offerta tecnica criterio quantitativo A05 "Incidenza percentuale del Budget Disponibile rispetto al valore del Parco Tecnologico Direttamente Affidato" viene riportato nell'allegato C. 9 Bis del Capitolato Speciale di gara invece che nell'allegato C.9 del capitolato stesso.</p> <p>All'art. 6 della lettera d'invito sotto il punto B aggiungere il seguente punto: B1) Allegato C. 9 Bis "Incidenza percentuale del Budget Disponibile A0501", a pena di esclusione, dovrà essere inserito in apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro trasparente adesivo e dovrà recare la dicitura "Contiene criterio A05".</p> <p>All'art.8 della lettera d'invito sostituire i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "alla lettura dei punteggi relativi alla qualità attribuiti dalla commissione giudicatrice; • all'esclusione delle eventuali offerte che avranno ottenuto una punteggio qualità riparametrato inferiore a 36 punti (ai sensi del punto 7 della presente lettera d'invito); <p>con i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "alla lettura dei punteggi relativi ai criteri A01, A02, A03, A04, A06, A07 e A08 attribuiti dalla commissione 	<p>Tale modifica consente di assegnare il punteggio qualità del criterio quantitativo di valutazione dell'item</p> <p>"Incidenza percentuale del Budget Disponibile rispetto al valore del Parco Tecnologico Direttamente Affidato" al momento dell'apertura in seduta pubblica dei plichi sigillati contenenti le offerte economiche a tutela dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa</p>

		<p>giudicatrice;</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'apertura dei plichi sigillati contenente l'allegato C.9 Bis; • all'attribuzione del punteggio per il criterio A05 e conseguente determinazione del Punteggio Tecnico totale Provvisorio (PTP) e Riparametrato (PTR) secondo la formula esplicitata al punto 7 della presente lettera d'invito; • all'esclusione delle eventuali offerte che avranno ottenuto una punteggio tecnico totale riparametrato (PTR) inferiore a 36 punti (ai sensi del punto 7 della presente lettera d'invito);" 	
4	Art. 7 "criteri di aggiudicazione" della lettera d'invito	Somma dei sottocriteri A0701, A0702, A0703 e A0704 è pari a 7,5 invece di 9,5	Mero errore materiale
5	Allegato C.6 "penali ed inadempimenti" del capitolato speciale di gara	La riga ID7 (superamento del Budget Disponibile annuo contrattuale - criterio A0501) deve essere considerata non apposta	Mero errore materiale
6	Art. 4 "documentazione tecnica" punto D.1 - servizi e forniture aggiuntive - " della lettera d'invito	La dicitura "convalida autoclavi" deve essere considerata non apposta	Mero errore materiale
7	Art. 6 "oggetto del contratto" punto 14 del Capitolato speciale di gara	<p>La frase "Le suddette sedi potranno essere suscettibili di variazioni, sia numeriche che di ubicazione, nel periodo di vigenza del contratto, per effetto di decisioni organizzative della AORMN. Dette eventuali variazioni non potranno dare luogo in nessun caso a revisioni dell'importo contrattuale."</p> <p>viene integrata come segue:</p> <p>"Le suddette sedi potranno essere suscettibili di variazioni, sia numeriche che di ubicazione ma solo limitatamente all'ambito del territorio comunale di Pesaro e Fano, nel periodo di vigenza del contratto, per effetto di decisioni organizzative della AORMN. Dette eventuali variazioni non potranno dare luogo in nessun caso a revisioni dell'importo contrattuale."</p>	Tale modifica consente di precisare meglio l'oggetto del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giancarlo Conti

