



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Marche

**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**

**DIPARTIMENTO OPERE E
TECNOLOGIE
INGEGNERIA CLINICA & HTA**

Sede: Piazzale Cinelli 4 – 61121
Pesaro

Direttore

ing. Giancarlo Conti

Tel:

0721.366441/6411/6384

Fax:

0721.366492

Mail:

giancarlo.conti@sanita.marche.it

daniela.masci@ospedalimarchenord.it

AORMN|0001738|IHTA|P|270.60|27/01/2014

CHIARIMENTI AGGIORNATI ALLA DATA DEL 27/01/2014

AMBITO: *procedura ristretta per l'appalto di servizi operativi di manutenzione locale delle tecnologie biomediche (manutenzioni preventive, manutenzioni correttive e attività connesse) e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio del life cycle delle tecnologie biomediche per l'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord per la durata di 60 mesi. CIG 5113298AFC.*

In relazione alla procedura in oggetto, si precisa preliminarmente che, vista la richiesta formulata da alcuni operatori economici, si ritiene opportuno prorogare il termine ultimo di presentazione delle offerte **al 24/02/2014 ore 11:00**.

Si forniscono i seguenti chiarimenti ad alcune richieste pervenute entro il termine ultimo fissato nella lettera d'invito. Si comunica altresì che entro **il giorno 03/02/2014** verranno pubblicati ulteriori risposte a chiarimenti pervenuti entro il termine fissato.

1. **Quesito:** al fine di predisporre la più corretta offerta tecnico-economica, si chiede cortesemente di voler pubblicare o di volerci inviare, gli allegati:
 - ALLEGATO C1 elenco delle apparecchiature in gestione diretta -PTDA;
 - ALLEGATO C2 elenco complessivo delle apparecchiature - PTA;
 - ALLEGATO C3 attributi classi apparecchiature;
 - ALLEGATO C4 valorizzazione classi di apparecchiature;

in formato EXCEL, formato indispensabile per informazioni di classificazioni e valorizzazioni delle apparecchiature.

Risposta: I file in EXCEL degli allegati C1, C2, C3 e C4 al capitolato speciale di gara vengono pubblicati sul sito internet www.ospedalimarchenord.it ([bandi e avvisi di gara]>[servizi]>[Procedura ristretta per l'affidamento di servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche]). Per l'apertura del file criptato viene inviata agli operatori economici prequalificati apposita password.

2. **Quesito:** si richiede di voler cortesemente pubblicare o di volerci inviare l'allegato A.4 (schema di contratto) in formato WORD, formato ritenuto indispensabile per poter inserire tutti i dati aziendali.

Risposta: Ai sensi dell'art. 3 della lettera d'invito non è richiesta la compilazione del documento di cui trattasi e pertanto non si ritiene necessario inviarne copia in formato word.

3. **Quesito:** si richiede l'invio su supporto informatico (versione EXCEL) della seguente documentazione già inviata su CD nella versione PDF:
 - INVENTARIO (ALLEGATO C1 - C2 - C3 e C4).

Risposta: Si rinvia alla risposta di cui al quesito n.1

4. **Quesito:** si richiede di confermare che nell'offerta economica non deve essere specificato il costo del lavoro essendo la procedura regolata dall'art. 83 d.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - e di conseguenza non viene applicata la modifica introdotta dalla legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 in vigore dal 21/08/2013.

trasmessa con ns. nota n. 414 del 09/01/2014, nei formati disponibili. Si comunica inoltre che nei locali da destinare a laboratori tecnici e sede direzionale sono presenti:

- Laboratorio IC&HTA PO Santa Croce di Fano: impianto idrico acqua calda/fredda, impianto elettrico/FEM/luce, impianto fonica/dati interno, impianto fonica/dati esterno, impianto termico/riscaldamento/raffrescamento.
- Laboratorio IC&HTA PO San Salvatore di Pesaro: impianto idrico acqua calda/fredda, impianto elettrico/FEM/luce, impianto fonica/dati interno, impianto fonica/dati esterno, impianto termico/riscaldamento/raffrescamento.
- Uffici amministrativi IC&HTA PO Santa Croce di Fano: impianto elettrico/FEM/luce, impianto fonica/dati interno, impianto termico/riscaldamento/raffrescamento.
- Sede direzionale IC&HTA di Pesaro: impianto elettrico/FEM/luce, impianto fonica/dati interno, impianto termico/riscaldamento/raffrescamento.

Eventuali ulteriori elementi possono essere rilevati in ambito di sopralluogo.

9. **Quesito:** Si chiede conferma che, nell'ipotesi di superamento del Budget Disponibile e conseguente presa in carico degli oneri eccedenti detto Budget da parte della Ditta Aggiudicataria (art. 17 del capitolato speciale), sarà a carico della stessa l'attività di reperimento di materiali di ricambio e di richiesta di interventi esterni (richiesta preventivi, emissione ordini, gestione fatturazione e pagamenti, ecc.).

Risposta: Si conferma quanto indicato rinviando inoltre all'art.17 commi 10 e 11.

10. **Quesito:** Dal confronto dei documenti richiesti all'art. 4 "Documentazione Tecnica" della lettera d'invito e dei criteri di aggiudicazione riportati all'art. 7 della stessa, si chiede conferma che:

- Documento: "A4 Orario di servizio" è oggetto di valutazione esclusivamente nel sub criterio A0801.
- Documento: "A5 Procedure, protocolli, piani delle attività programmate, documenti di registrazione, istruzioni operative, etc. proposti per i servizi richiesti" non è oggetto di valutazione.

Risposta: Con riferimento alla Lettera di invito (Artt. 4-Documentazione Tecnica, Art.7-Criteri di aggiudicazione) i contenuti dei documenti "A4 Orario di servizio" e "A5 Procedure, protocolli, piani delle attività programmate, documenti di registrazione, istruzioni operative, etc. proposti per i servizi richiesti" sono oggetto di valutazione nell'ambito del criterio qualitativo "A01 - Progetto tecnico - Organizzazione del servizio". Il criterio "A0801 - Numero di ore settimanali di copertura del servizio" è altresì oggetto di specifica valutazione quantitativa.

11. **Quesito:** Nel caso in cui siano intervenuti delle modifiche a livello CdA es. dimissioni di Legali Rappresentanti e Nuove Nomine, la documentazione prodotta in fase di Istanza di partecipazione alla gara, è da ritenersi sempre valida, oppure in questa fase di presentazione offerta, la documentazione succitata, dovrà essere nuovamente presentata.

Risposta: Nel caso in cui siano intervenuti delle modifiche a livello di CdA es. dimissioni di Legali Rappresentanti e Nuove Nomine, l'istanza di partecipazione è sempre valida. In ogni caso si richiede di presentare unitamente alla documentazione amministrativa (punto 3 della lettera d'invito) la prima pagina e la lettera A -requisiti di ordine generale -(art. 38 d.lgs. 163/06) del "modulo di istanza di partecipazione e di dichiarazione unica" allegato al bando di gara al fine di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

12. **Quesito:** Con la presente siamo a richiedere le copie delle planimetrie dei due laboratori e della Sede contenenti le misure, l'indicazione dei punti di accesso, le finestre e i punti di alimentazione.

Risposta: Si rinvia alla risposta di cui al quesito n.8.

13. **Quesito:** All'Art. 11 del Capitolato Speciale, al punto 2, si specifica: "Tali risorse dovranno essere fornite nuove di fabbrica. La AORMN si riserva di richiedere, in fase di valutazione, la presa visione della strumentazione di test e di laboratorio offerta." Poiché la richiesta di poter

prendere visione della strumentazione offerta non si concilia con la richiesta di strumentazione che, al momento dell'avvio del servizio, sia nuova di fabbrica, si chiede di chiarire il significato della prescrizione del Capitolato Speciale, ovvero se con la dicitura "in fase di valutazione" sia da intendersi la valutazione in corso di svolgimento del servizio e non in fase di gara.

Risposta: Con riferimento all'Art.11, punto 2, si comunica che, in fase di valutazione delle offerte, l'eventuale istanza di presa visione della strumentazione di test e di laboratorio offerta può essere assolta anche tramite la messa in visione di strumentazione di identiche marca/modello/configurazione.

14. **Quesito:** Per mero scrupolo si chiede di confermare che il materiale consumabile e usurabile necessario all'Azienda Ospedaliera al di fuori dello svolgimento delle attività di manutenzione preventiva/correttiva previste dall'appalto sarà totalmente a carico della Azienda Ospedaliera e non graverà sul Budget Disponibile.

Risposta: Si rinvia a quanto indicato all'Art.17 del Capitolato Speciale. Si segnala inoltre che:

- gli oneri derivanti dall'acquisto di materiale consumabile non necessario alle attività di manutenzione correttiva/preventiva sarà a carico della AORMN e non graverà sul Budget Disponibile (BD);
- stante la definizione di "Materiali soggetti ad usura (usurabile)/ materiali a vita breve" fornita all'Art.2 del Capitolato Speciale ed il contenuto dell'allegato C.5 "Materiali soggetti ad usura e di consumo" al Capitolato Speciale, gli oneri derivanti dall'acquisto del materiale soggetto ad usura sarà a carico della AORMN e graverà sul Budget Disponibile (BD).

15. **Quesito:** Si chiede di voler specificare il numero e l'ubicazione nei diversi presidi delle sale operatorie oggetto del servizio al fine di consentire la predisposizione dell'offerta tecnico-economica nella maniera più appropriata ed aderente allo specifico contesto dell'appalto.

Risposta: Si comunicano di seguito i dati richiesti alla data corrente:

- Presidio Santa Croce di Fano: 6 sale operatorie
- Presidio San Salvatore: 9 (blocco operatorio) +2 (polo endoscopico) sale operatorie
- Presidio Muraglia: 1 sala operatoria

16. **Quesito:** Si richiede di poter disporre di fac-simile dei rapporti di lavoro (art.27 Capitolato Speciale) impiegati per la formalizzazione delle attività pianificate e di manutenzione correttiva.

Risposta: Il documento di cui trattasi è elemento da fornire in offerta tecnica secondo quanto indicato all'Art.4 "DOCUMENTAZIONE TECNICA richiesta per la partecipazione alla procedura di gara", della Lettera di Invito, voce A5 della tabella.

17. **Quesito:** Al fine di individuare e dimensionare nella maniera più opportuna le risorse deputate alla formazione del personale sanitario e tecnico-sanitario (Art.19, comma 4 e 5, Capitolato Speciale), si richiede di indicare (anche sotto forma di stima) il numero di operatori annualmente coinvolti in questa attività.

Risposta: Le informazioni richieste sono reperibili sul sito aziendale alla pagina <http://www.ospedalimarchenord.it/3/organizzazione-aziendale/lazienda-in-cifre.html>.

18. **Quesito:** Secondo i criteri indicati per il dimensionamento delle attività di verifica di sicurezza (Art.21 del Capitolato Speciale) e controllo funzionale o di qualità (art.23 del Capitolato Speciale) le frequenze minime di esecuzione sono stabilite in relazione alla classe di rischio delle apparecchiature coinvolte. La classe di rischio, definita secondo la direttiva comunitaria (EEC 93/42 e s.m.i.), è correlata alla destinazione d'uso dichiarata dal produttore per ogni specifico modello. Pertanto si richiede all'Ente appaltante di specificare per ogni apparecchiatura a sua disposizione, presente negli elenchi allegati C.1 e C.2 al Capitolato Speciale, la relativa classe di rischio, al fine di poter correttamente dimensionare i carichi di attività e di conseguenza predisporre la più corretta offerta economica per i servizi oggetto dell'appalto.

Risposta: Allo stato attuale non si dispone dei dati richiesti. Detti dati potranno essere altresì puntualmente rilevati dalla Ditta aggiudicataria in fase di revisione di inventario (cfr. Art. 18 Gestione inventario tecnico). Cionondimeno si ritiene che le Ditte offerenti possano desumere con sufficiente affidabilità già dagli elenchi allegati C.1 e C.2 al Capitolato Speciale le informazioni necessarie per gli scopi richiesti.

19. **Quesito:** La Tabella A a pagina 8 e ss. della lettera di invito indica che il parametro tecnico qualitativo/quantitativo A07 assume valore complessivo di 9,5 punti (quale somma dei sottocriteri A0701, A0702, A0703 e A0704). Si ritiene che tale indicazione sia frutto di un mero errore materiale, considerato che la somma dei sottocriteri indicati è pari a 7,5 punti e pertanto, si chiede conferma che il parametro tecnico qualitativo/quantitativo A07 assume valore complessivo di 7,5 punti.

Risposta: Si conferma che la somma dei sottocriteri A0701, A0702, A0703 e A0704 è pari a 7,5.

20. **Quesito:** Pag. 14 del CSA – In riferimento all’art. 11 punto 1 si indica che la ditta aggiudicataria dovrà garantire l’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato garantendo l’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni dei fabbricanti. Nel caso in cui non ci siano esplicite indicazioni dei fabbricanti sull’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali usurabili, materiali consumabili e accessori di tipo compatibile, si chiede se il personale della ditta aggiudicataria debba limitarsi a richiedere preventivi solo di parti originali, e di conseguenza il personale tecnico non potrà montare parti diverse dalle originali.

Risposta: Indipendentemente dalle indicazioni del fabbricante si rinvia alle modalità indicate all’Art.17.

21. **Quesito:** Pag. 14 del CSA – In riferimento all’Art. 11 punto 2 si chiede alla ditta offerente di indicare in offerta tecnica, tramite compilazione del file “Scheda risorse logistiche e strumentali offerte.xls”, la numerosità, tipologia (es. marca-modello) nonché le caratteristiche tecniche delle risorse logistiche e strumentali che intende mettere a disposizione per l’esecuzione dei servizi previsti in appalto. Tali risorse dovranno essere fornite nuove di fabbrica. Si chiede di specificare se quest’ultima affermazione sia da intendersi per tutte le risorse logistiche strumentali, e precisamente:

- Strumentazione tecnica;
- Apparecchiature da ufficio;
- Autoveicoli;
- Utensileria;
- Norme tecniche.

Si chiede inoltre, di indicare relativamente agli autoveicoli, la possibilità di avvalersi di noleggio, e in tal caso come si debba intendere per “nuovo di fabbrica”.

Risposta: Si conferma che le risorse logistiche e strumentali sono da fornire ‘nuove di fabbrica’. Tale regola non si applica ai beni soggetti a pubblica registrazione (quali ad esempio gli autoveicoli); per detti beni non è richiesto il titolo di proprietà.

22. **Quesito:** Pag. 15 del CSA – In riferimento all’Art. 11 punto 2, DOCUMENTAZIONE TECNICA, relativamente al database informatizzato dei manuali, si chiede se il software gestionale Clingo gestisce questo aspetto.

Risposta: Si conferma quanto richiesto.

23. **Quesito:** Pag. 17 del CSA – In riferimento all’Art. 11 punto 14, poiché tutte le richieste di intervento dovranno essere debitamente archiviate, si chiede di specificare se è sufficiente la sola archiviazione elettronica, permettendo il software di gestione Clingo, tale possibilità.

Risposta: Si conferma che la sola archiviazione elettronica è considerata modalità sufficiente. Si sottolinea altresì che in fase di avvio, ovvero sino alla messa a regime dell’applicativo Clingo, potrà essere richiesta anche l’archiviazione cartacea delle richieste di intervento.

24. **Quesito:** Pag. 19 del CSA – Relativamente all’art. 13 punto 8 si chiede di indicare cosa si intende per “presenza esclusiva”.

Risposta: Per “presenza esclusiva” si intende la presenza di personale dedicato esclusivamente al contratto di cui trattasi.

25. **Quesito:** Pag. 21 del CSA – L’art. 16 punto 4 recita che la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il necessario supporto per l’avvio e lo sviluppo della gestione informatizzata del servizio con particolare riguardo alle attività di importazione, ottimizzazione, manutenzione dei dati nel software gestionale CLINGO. Si chiede di mettere a disposizione i tracciati record e le relazioni del database.

Risposta: Quanto necessario alla attività di cui trattasi sarà messo a disposizione della Ditta aggiudicataria nel rispetto di eventuali vincoli di riservatezza.

26. **Quesito:** Pag. 26 del CSA – All’art. 19 “Formazione e supporto informativo di ambito tecnico e sicurezza”, è richiesto alla Ditta aggiudicataria di realizzare un adeguato piano di formazione/informazione ed aggiornamento a favore del proprio personale nonché di quello tecnico, sanitario ed amministrativo della AORMN. Per poter meglio adempiere a tale mansione, di conseguenza valutarne meglio i costi, si chiede di poter fornire un numero approssimativo di personale della AORMN suddiviso in tecnici, sanitari e amministrativi, che verrà poi aggiornato tramite comunicazione da parte della AORMN durante la data di avvio del servizio, come specificato nel punto 8 dell’Art. 19.

Risposta: Vedasi risposta al quesito n.17.

27. **Quesito:** Pag. 49 del CSA – Relativamente all’art. 43 “doveri del personale dipendente dell’impresa aggiudicataria” si chiede, in riferimento al punto 1 comma 3, se sia corretto intendere come conclusione dell’espletamento del servizio, il rispetto degli orari di lavoro previsti da CSA.

Risposta: Si conferma che per espletamento del servizio si intende il termine dell’orario di lavoro.

28. **Quesito:** Come noto, la legge 102 del 3 agosto 2009 ha abrogato il comma 5 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, il quale disponeva che le offerte dovessero essere corredate dalle giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Alla luce di tale modifica al Codice dei Contratti Pubblici le giustificazioni preventive vengono in rilievo solo in via eventuale nella fase successiva dell’anomalia, qualora accertata, se e in quanto l’offerta risulti sospetta. Si chiede pertanto conferma della non necessità delle compilazione dell’Allegato 3 “Modulo esplicitazione offerta” poiché riconducibile ad una norma abrogata.

Risposta: Vedasi risposta al quesito 4.

29. **Quesito:** Al punto 5 viene specificato che “non sono previsti adeguamenti dei canoni contrattuali a seguito delle variazioni del Parco Tecnologico della AORMN e del Parco Tecnologico Direttamente Affidato”. Poiché, come giustamente specificato al punto 10 dello stesso articolo 6, l’appalto è concepito come “obbligazione di risultato”, è di tutta evidenza che un eventuale e significativo incremento delle attività, dovuto addirittura ad un incremento delle strutture sanitarie che potrebbero essere destinatarie del servizio, comporterebbe la necessità di incrementare in egual misura anche le risorse messe a disposizione dall’appaltatore, proprio al fine di mantenere inalterati i risultati attesi. Pertanto, onde evitare che, in ragione di tali prescrizioni, l’oggetto del contratto risulti “indeterminato”, si chiede a codesto Spett.le Ente di rivedere tale disposizione, in modo da garantire una variazione del canone in funzione di una eventuale variazione significativa delle apparecchiature gestite, o, in alternativa, di contemplare la possibilità di una variazione proporzionale dei livelli di servizio in funzione del parco apparecchiature gestito.

Risposta: Sono ammesse le varianti contrattuali ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

30. **Quesito:** Considerato che ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale, commi 2,3,5,10, 11, la scelta dei fornitori presso cui approvvigionare i beni e servizi deve essere effettuata dall'Ente Appaltante, si chiede di chiarire quali siano i criteri tramite i quali la ditta concorrente può definire un'offerta quantitativamente e qualitativamente vantaggiosa, dal momento che viene esclusa dalla prescrizione summenzionata la possibilità per la ditta concorrente di avvalersi dei propri rapporti con i fornitori e la propria capacità di individuare le opzioni di acquisto ottimali dal punto di vista tecnico, logistico e gestionale.

Risposta: Non si evidenzia nessuna prescrizione che vieti alla Ditta Aggiudicataria di avvalersi dei propri rapporti con i fornitori e la propria capacità di individuare le opzioni di acquisto ottimali dal punto di vista tecnico, logistico e gestionale nell'ambito di servizi previsti all'art. 17 del Capitolato speciale di gara nel rispetto della normativa vigente in materia.

31. **Quesito:** Si chiede di confermare che i beni e servizi che portino al superamento del Budget Disponibile (art. 17 comma 10 e 11) possono essere acquisiti in autonomia dalla ditta aggiudicataria e che in relazione a tali beni e servizi non si applica la procedura di cui all'art. 17 comma 3 del Capitolato Speciale.

Risposta: Vedasi risposta al quesito n.9.

32. **Quesito:** Si chiede di confermare che le "Schede risorse logistiche e strumentali offerte", richieste al punto B della documentazione tecnica, sono escluse dal conteggio dei 10 fogli singoli.

Risposta: Vedasi risposta al quesito n.6.

33. **Quesito:** Si chiede di meglio specificare cosa si intenda per "attività di supporto tecnico/operativo per attività programmate (ad es. test periodico di funzionamento dei gruppi elettrogeni) ed occasionali (ad es. emergenza idrica)", richiesta all'Art. 29 punto 12 del Capitolato Speciale.

Risposta: Per "attività di supporto tecnico/operativo per attività programmate (ad es. test periodico di funzionamento dei gruppi elettrogeni) ed occasionali (ad es. emergenza idrica)" si intendono le attività che la IC&HTA svolge in ausilio ad altri servizi della AORMN per la gestione di eventi, programmati o imprevedibili ancorché relativamente sporadici, che coinvolgono indirettamente le apparecchiature biomediche.

34. **Quesito:** All'interno del file C.2 sono presenti 5 apparecchiature, di cui 3 presenti anche all'interno del file C.1, per cui nella colonna "Descrizione" è inserito il valore "apparecchio generico". Poiché con i dati disponibili per tali apparecchiature non è possibile effettuare una corretta valutazione tecnico/economica del parco macchine, si chiede di fornire i dati mancanti per le apparecchiature citate.

Risposta: Si forniscono di seguito i dati richiesti:

| Codice | Descrizione | Costruttore | Modello |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0000369 | HARD DISK EXT (1TB) | TOSHIBA | STOR E CANVIO |
| 0035083 | METAL DETECTOR | EIA | PD 140 |
| 0055559 | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | BIO-RAD LABORATORIES INC | SUB-CELL MODEL 192 |
| 0074873 | ACCESS POINT | BLUEGIGA | WRAP ACCESS SERVER |
| 0077145 | SERVER DATI - SOFTWARE PER ARCHIVIAZ ESAMI AUDIOM E IMPEDENZ | TOSHIBA | PRO A 300 |
| 0079149 | CAVI ECG USB | GE | 5195563 |
| 0138321 | ACCESS POINT CONTROLLER | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | / |
| 0138329 | PERIFERICA ESTERNA PER ELABORATORE | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | ROUTER SERIAL SERVICE PORT |
| P005143 | MODULO | MMS | SOLAR BLUES |

35. **Quesito:** All'interno del file C.2 sono presenti 148 apparecchiature, di cui 9 presenti anche all'interno del file C.1, per cui nella colonna "Descrizione", "Modello" e "Costruttore" è inserito il valore "/". Poiché con i dati disponibili per tali apparecchiature non è possibile effettuare una corretta valutazione tecnico/economica del parco macchine, si chiede di fornire i dati mancanti per le apparecchiature citate.

Risposta: Si forniscono di seguito i dati richiesti:

N101598 micromanipolatore costr. Power win tech mod. acublade
P005425 gener. Radio (elb) costruttore striyker mod. crossfire
P005330 misuratore INR costrutt. Rokat inratio mod. roket-af
P005346 descriz. ? costrutt. Accu metrics mod. Verity now system
P005328 stazione di impilaggio costr. Alaris mod. asena ds
P561900 ? non presente
T000172 sostegno gambale costr. assente mod. assente
0035083 metal detector costr. EIA mod. PD 140
0055559 app. Per elettroforesi costr. bio rad mod. sub cell model 192
0057094 puntatore costr. Olympus mod. U-SD0 3-5
0077145 server dati-software per arch. Esami audiom./imped. Costrutt. Toshiba mod. proA 300
0074873 access point costr. Blueciga mod. Wrap access server
0076489 router costr. Philip mod. M 8023 A
0076490 router costr. Philip mod. M 8023 A
0000369 hard disk ext (1TB) costr. Toshiba mod. Stor e cambio
0062562 visore real time costr. Fujitsu Siemens mod. lifebook
0079149 cavi ecg usb costr. GE mod. 5195563
0100245 micromanipolatore per laser chirurgico costr. power mod. acublade
0138329 periferica esterna costrutt. Philips mod. router service report
0138321 access point controller costr. Philips
P005365 sistema trasferimento dati costr. Volcano mod. S5IUSB extender
P005144 trasduttore di flusso costr. MMS mod. non indicato
P005143 modulo costr. MMS mod. solar blue
P005142 estrattore profilometrico costr. MMS mod. non presente
P005253 ABR preamplificatore costrutt. Interacoustic mod. epa 4
Relativamente ai numeri di inventario di tipo A000xxx trattansi di accessori di tavoli operatori marca MAQUET serie 1150.

8

36. **Quesito:** All'interno degli inventari forniti sono presenti dei sistemi che risultano composti da principale non in gestione diretta (PTA) e componenti in gestione diretta (PTDA).

Ad esempio:

| Codice | Descrizione | Costruttore | Struttura | Codice Padre | Modello | Reparto | Titolo Proprieta | GESTIONE |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
| P001280 | CONSOLLE DI COMANDO | GE HEALTHCARE | Presidio San Salvatore Muraglia | 0035073 | / | Dip. Onco Ematologico - S.C. Radioterapia | Acquisto | PTDA |
| P001281 | GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO | GE HEALTHCARE | | 0035073 | / | | Acquisto | PTDA |
| P001279 | TAVOLO TOMOGRAFICO | GE HEALTHCARE | | 0035073 | / | | Acquisto | PTA |
| 0060549 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | / | | 0035073 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0035073 | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | GE HEALTHCARE | | 0035073 | CT HISPEED CT I | | Acquisto | PTA |

| Codice | Descrizione | Costruttore | Struttura | Codice Padre | Modello | Reparto | Titolo Proprieta | Gestione |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|------------------|----------|
| 0076408 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | HEWLETT PACKARD CO | Presidio San Salvatore Centro | 0074876 | XW 8400 | Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia | Donazione | PTDA |
| 0074882 | APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER | / | | 0074876 | / | | Donazione | PTDA |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------------------|--|------------------|------------|
| 0074876 | TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO | GE HEALTHCARE | | 0074876 | CT BRIGHTSPEED | | Donazione | PTA |
| 0074877 | ARMADIO DELL' ELETTRONICA | / | | 0074876 | / | | Donazione | PTDA |
| 0074878 | TAVOLO TOMOGRAFICO | GE HEALTHCARE | | 0074876 | / | | Donazione | PTA |
| 0077228 | MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO | NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD | | 0074876 | / | | Donazione | PTDA |
| 0076413 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD | | 0074876 | / | | Donazione | PTDA |

Si chiede di confermare che le apparecchiature a sistema con un'apparecchiatura principale NON in gestione diretta debbano essere considerata NON in gestione diretta. In caso negativo si chiede di specificare come debbano essere considerate tali apparecchiature ai fini della quantificazione delle attività ed economica.

Risposta: Si confermano le seguenti regole generali:

1. Nel caso di apparecchiatura principale (padre) non in gestione diretta le relative apparecchiature a sistema (figli) non sono in gestione diretta;
2. Nel caso di apparecchiatura principale (padre) in gestione diretta le relative apparecchiature a sistema (figli) sono in gestione diretta salvo se non esplicitamente dichiarate ESCLUSE nell'allegato C.4 - "allegato classi apparecchiature";

Si sottolinea altresì che una puntuale valutazione delle possibili casistiche potrà essere svolta solo a seguito della revisione di inventario di cui all'art.6 - Oggetto del contratto, comma 2, del Capitolato Speciale.

37. Quesito: All'interno degli inventari forniti sono presenti dei sistemi che risultano composti da principale in gestione diretta (PTDA) e componenti NON in gestione diretta (PTA).

Ad esempio:

| Codice | Descrizione | Costruttore | Struttura | Codice Padre | Modello | Reparto | Titolo Proprieta | Gestione |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|
| P005450 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | Presidio San Salvatore Centro | 0051053 | 3.5C | Dip. Materno Infantile - S.C. Ostetricia Gin | | PTA |
| P001074 | RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | SONY CORP | | 0051053 | UP 895 MD | | Acquisto | PTDA |
| P001075 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | | 0051053 | 3.5C | | Acquisto | PTDA |
| P001603 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | | 0051053 | 2050357 | | Acquisto | PTDA |
| 0051053 | ECOTOMOGRAFO | GE HEALTHCARE | | 0051053 | LOGIQ 7 | | Acquisto | PTDA |
| 0003908 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | | 0051053 | E8C-RS | | | PTA |
| 0079157 | SONDA ECOGRAFICA | GE HEALTHCARE | | 0051053 | IC5-9 D | | Acquisto | PTDA |

| Codice | Descrizione | Costruttore | Struttura | Codice Padre | Modello | Reparto | Titolo Proprieta | Gestione |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 0135594 | FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | Ospedale Santa Croce Fano | 0137842 | D LIGHT C | Blocco Operatorio Generale | | PTA |
| 0135598 | MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD | SONY CORP | | 0137842 | DVO 1000 MD | | | PTA |
| 0135599 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | | 0137842 | 20223020-1 TRICAM SL II | | Acquisto | PTDA |
| 0135131 | LITOTRITORE ENDOSCOPICO | EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA | | 0137842 | SWISS LITHOCLAST MASTER FT 128 W | | Acquisto | PTDA |
| N102283 | SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA | STORZ KARL GMBH & CO KG | | 0137842 | 20223020-1 TRICAM SL II | | Muletto | PTA |
| 0135593 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | STORZ KARL GMBH & CO KG | | 0137842 | SC-SX19-A1-A1-1 | | | PTA |
| 0137842 | CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI | COSTA SNC | | 0137842 | 18204 SINTESIS 145 TR | | Acquisto | PTDA |
| 0101632 | ELETTROBISTURI | ERBE | | 0137842 | ERBOTOM ICC 300 | | Acquisto | PTDA |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|
| | ELEKTROMEDIZI N GMBH | | H | |
|--|-------------------------|--|---|--|

| Codice | Descrizione | Costruttore | Struttura | Codice Padre | Modello | Reparto | Titolo Proprieta | Gestione |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------|
| 0101615 | MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | GE HEALTHCARE | | 0101578 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0101588 | CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO | GE HEALTHCARE | | 0101578 | 2223736 | | Acquisto | PTA |
| 0101593 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BARCO NV | | 0101578 | MGD 221 | | Acquisto | PTDA |
| 0101589 | SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA ECT O RADIOGRAFICA | GE HEALTHCARE | | 0101578 | ESSENTIAL STEROTAXY | | Acquisto | PTA |
| 0101590 | SERVER PER BIOIMMAGINI | ICAD INC | | 0101578 | SECOND LOOK DIGITAL | | Acquisto | PTA |
| 0101581 | COMPLESSO RADIOGENO | GE HEALTHCARE | | 0101578 | APOLLON | | Acquisto | PTA |
| 0101591 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | HEWLETT PACKARD CO | | 0101578 | XWD | | Acquisto | PTDA |
| 0101592 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANA O CORP | | 0101578 | RADIFORCE RX 320 | | Acquisto | PTDA |
| 0101587 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANA O CORP | | 0101578 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0101594 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | BARCO NV | | 0101578 | MGD 221 | | Acquisto | PTDA |
| 0101612 | MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | GE HEALTHCARE | | 0101578 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0101583 | CONSOLLE DI COMANDO | GE HEALTHCARE | | 0101578 | CONTROL STATION V4 | | Acquisto | PTDA |
| 0101614 | MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | GE HEALTHCARE | | 0101578 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0101616 | MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | GE HEALTHCARE | | 0101578 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0101579 | MAMMOGRAFO | GE HEALTHCARE | | 0101578 | SENOGRAPHE ESSENTIAL | | Acquisto | PTA |
| 0101617 | MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | GE HEALTHCARE | | 0101578 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0101624 | TAVOLO PER PAZIENTE | MEDICAL POSITIONING INC | | 0101578 | DBI TABLE + | | Acquisto | PTDA |
| 0101578 | ARMADIO DELL'ELETTRONICA | GE HEALTHCARE | | 0101578 | SENOGRAPHE ESSENTIAL | | Acquisto | PTDA |
| 0101613 | MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | GE HEALTHCARE | Ospedale Santa Croce Fano | 0101578 | / | | Acquisto | PTDA |
| 0101062 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANA O CORP | | 0101578 | RADIFORCE RX 320 | RADIOLOGIA | Acquisto | PTDA |

Si chiede di specificare come debbano essere considerate tali apparecchiature ai fini della quantificazione delle attività ed economica.

Risposta: Vedasi risposta al quesito n.36.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giancarlo Conti