



tenda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

P.O. Appalti e Contratti
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Ref. Dott.ssa Lucilla Venturi
Tel: 0721. 3663441-70
Fax: 0721. 366336
Mail to
lucilla.venturi@ospedalimarchenord
.it

Pesaro, li 15/06/2016

A tutti gli operatori economici interessati

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura ed installazione di tecnologie per la realizzazione della Centrale di Sterilizzazione presso il PO di Pesaro.

Pubblicazione chiarimenti.

Preliminarmente si richiamano le precedenti comunicazioni pubblicate inerenti la procedura in oggetto:

- rettifica capitolato speciale in data 24/05/2016;
- rettifica date sopralluogo e relative precisazioni 25/05/2016;
- rettifica punto 17.5.2 del disciplinare e chiarimenti.

Si forniscono i seguenti chiarimenti alla richieste pervenute entro i termine ultimo previsto dal disciplinare di gara (ore 11.00 del 10/06/2016):

CHIARIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

1. "quali sono le categorie di cui è composta è la gara"?

Non trova applicazione il sistema di qualificazione per categorie di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 in quanto le opere accessorie di adeguamento impiantistico previste dalla documentazione di gara hanno un importo stimato pari ad € 106.200,00 IVA esclusa.

Pur tuttavia, visto e richiamato quanto previsto dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico, si precisa che l'esecutore delle opere impiantistiche accessorie dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati dall'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.R.P. 207/2010 smi.

A tal fine si invitano gli operatori economici a fornire idonea dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti resa ai sensi e con le forme di cui al DPR 445/00 (in allegato ai presenti chiarimenti si pubblica nuovo modulo di domanda di partecipazione debitamente integrato).

La tipologia di lavori analoghi di cui alla lettera a) del succitato art. 90 del D.P.R. 207/2010 smi è quella di cui alla categoria OG11 pertanto, nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso dell'attestazione SOA relativa a tale categoria dovrà fornirne idonea dichiarazione e non sarà necessaria ulteriore dimostrazione circa il possesso dei succitati requisiti.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il concorrente intenda subappaltare la realizzazione delle opere impiantistiche, dovrà dichiarare, ai sensi e con le forme di cui al DPR 445/2000, che l'eventuale subappaltatore sarà in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 smi

2. "si richiede di confermare se i documenti richiesti da inserire nell'offerta tecnica sono esclusivamente quelli indicati nell'allegato 3 - sinossi dei documenti progetto-offerta"

Si conferma che i documenti tecnici da presentare sono quelli richiesti dall'allegato 3- sinossi dei documenti progetto-offerta;

3. *“si seguito del precedente punto si richiede di specificare se e dove dovrà essere inserito la parte della progettazione esecutiva e quali caratteristiche deve possedere (tavole di progetto, etc.)”;*
“a pag. 1 del Disciplinare di gara, Allegato 2, all'art. 1 "Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara" viene richiesta la "progettazione esecutiva". Nel capitolato speciale a pag. 2, all'art. 2 "Oggetto e importo della fornitura" viene riportato "...la progettazione esecutiva...." e, al punto 1, "Progettazione definitiva....". Si chiede di chiarire se nell'offerta dovrà essere inclusa la progettazione definitiva e soltanto l'aggiudicatario dovrà successivamente provvedere alla progettazione esecutiva”.

L'offerente dovrà inserire la parte della progettazione definitiva all'interno della “Relazione Tecnica Generale di Progetto” come indicato nell’Allegato n.3 – Sinossi dei documenti Progetto-Offerta”. L'Offerente può esprimersi liberamente nella descrizione del progetto e allegare la documentazione che ritiene necessaria nel rispetto delle indicazioni fornite all'interno del Capitolato Tecnico.

Si precisa che la progettazione esecutiva dovrà essere fornita dall'operatore economico aggiudicatario.

4. *“Si chiede di fornire il modello DGUE in formato “ESPD request”; “chiediamo, cortesemente, che ci venga fornito il file DGUE in formato elettronico. Come riportato nel sito internet della Commissione Europea, "l'acquirente pubblico deve rendere disponibile il DGUE in formato elettronico insieme agli altri documenti di gara, cosicché l'impresa partecipante possa importare questo modello, compilarlo inserendo i dati necessari (anche importandoli tramite il rispettivo strumento per gli appalti elettronici in uso), scaricarlo e stamparlo se necessario e quindi presentare il DGUE insieme agli altri documenti di gara”;*

“si richiede di precisare quali PARTI (I, II, III, IV, V) devono essere obbligatoriamente compilate?”

“nella parte IV e V Criterio di selezione viene riportato che "l'operatore economico deve riportare le informazioni solo se i criteri di selezione sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara". Poiché tale richiesta non appare in nessuno dei documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato) chiediamo di precisare per il paragrafo IV e V quali campi vanno compilati”

Si invitano gli operatori economici partecipanti ad utilizzare il modulo DGUE in formato editabile pubblicato unitamente ai presenti chiarimenti.

Si precisa che dovranno essere compilate le seguenti parti:

- Parte I :Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice;
- Parte II: Informazioni sull'operatore economico (sez. A; sez. B; sez. C e sez. D), in considerazione del chiarimento n. 1 si invita, in caso di subappalto della realizzazione delle opere accessorie impiantistiche, a dichiarare che il subappaltatore sarà in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 smi);
- Parte III: Motivi di esclusione (sez. A; sez. B e sez. C);
- Parte IV: Criteri di selezione (sez. A: idoneità n. 1 “iscrizione in registro professionale o commerciale”; sez. C: “capacità tecniche e professionali” n. 10 subappalto);
- Parte VI: dichiarazioni finali

5. *“a pag. 2 del Disciplinare di gara, Allegato 2, all'art. 1 "Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara" viene indicato che "l'importo complessivo a base d'asta " pari a Euro 819.000,00...articolato come segue:*

- *prestazioni principali euro 712.000,00*
- *prestazioni accessorie euro 106.200,00”*

a) cosa si intende con "prestazioni accessorie": si riferisce agli accessori delle apparecchiature? si riferisce all'impianto di generazione vapore pulito? si riferisce alle voci varie di realizzazione opere impiantistiche, consegna e installazione, convalide, formazione, assistenza full risk,...?

b) nel modulo offerta, allegato B.3, sono riportate distinte le voci apparecchiature e realizzazioni impianti e opere succitate. Si chiede se l'offerta presentata dovrà rispettare la suddivisione della B.A. come sopra riportato (euro 712.000,00 prestazioni principali e euro 106.200,00 prestazioni accessorie) oppure se viene presa in considerazione l'importo complessivo totale dell'offerta e quindi unico riferimento B.A. sarà euro 819.000,00?"

Per prestazioni accessorie si intendono le opere di adeguamento impiantistico inserite in progetto. La base d'asta della procedura è pari ad € 819.000,00.

6. "si chiede cortesemente, se possibile, di comunicare il costo relativo all'importo pubblicazione bando e avviso esito sulla G.U.;

Le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad € 1.973,83. Si presume che le spese per la pubblicazione dell'avviso d'esito sulla GURI potranno ammontare a circa € 800,00.

7. "a pag. 7 del Disciplinare di gara, all'art. 17.1 "Criterio di aggiudicazione" viene riportato "il punteggio complessivo sarà dato.... secondo modalità indicate all. 2". Trattasi di refuso e si intendeva l'all. n. 4? Lo stesso refuso " riportato a pag. 8 del Disciplinare di gara, all'art. 17.4 "Valutazione dell'offerta tecnica";

Trattasi di refuso. Il punteggio complessivo verrà assegnato sulla base dei criteri dettagliatamente indicati nell'allegato n. 4 al CTP "criteri di valutazione";

8. "a pag. 6 del Disciplinare di gara, all'art. 11 "documentazione tecnica" viene riportata "la documentazione tecnicaindicata nell'allegato 2". Trattasi di refuso e si intendeva l'all. n. 3?;

Trattasi di refuso. La documentazione tecnica da presentare è elencata nell'allegato 3 al CTP "sinossi documenti di offerta"

9. "si chiede di confermare se il Capitolato descrittivo prestazionale composto da 28 pagine totali; Si conferma che il capitolato tecnico prestazionale è composto da n. 28 pagine totali

10. "Cauzione provvisoria:

a) si richiede se e' prevista la riduzione del 50% in caso l'azienda sia in possesso della certificazione ISO (art.93, comma 7 del Codice)

b) se la polizza puo' essere emessa con firma digitale da caricare su CD e se la medesima si puo' poi stampare in forma cartacea con la copia della verifica della firma da allegare al plico dei documenti

E' prevista la riduzione del 50% della cauzione provvisoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

E' ammessa la presentazione della cauzione provvisoria in formato elettronico con firma digitale caricata su CD unitamente alla presentazione cartacea della stessa con allegata copia della verifica della firma digitale.

11. "riportando il CIG 6694213F4F da Voi indicato per l'emissione del AVC PASS in codice CIG non risulta esistente. Per cortesia verificare"

Si procederà a "confermare" il codice CIG in data odierna

CHIARIMENTI DI CARATTERE TECNICO:

12. "si richiede se oltre allo strumentario chirurgico vengono trattate anche le telerie"

Non vengono trattate telerie

13. "potenza elettrica disponibile"

Interruttore in cabina elettrica da 4x400A magnetotermico e linea dalla cabina alla centrale di sterilizzazione FG7R 3x1x240 + 1x120+T

14. *“dati lavaferri HAMO: anno di produzione, consumi elettrici ed idraulici”;*
Si veda la planimetria AsBuilt-IF103 allegata ai presenti chiarimenti
15. *“acqua demineralizzata e/o osmotizzata lit. ora disponibili”;*
La portata dell'impianto di osmosi risulta di 1200 l/h complessivi
16. *“dati impianto di climatizzazione portata e ricambi ora”;*
E' in fase di acquisizione una nuova UTA con una portata di 11250 mc/h con cui sostituire l'attuale. L'impianto è stato valutato garantendo un ricambio aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di minimo 15 volumi/h nei locali di confezionamento e sterilizzazione, stoccaggio e deposito.
17. *“si richiede che vengano fornite le tavole impiantistiche in formato .dwg”;*
Vengono fornite le planimetrie As Built (si veda AsBuilt_DWG.zip) allegate ai presenti chiarimenti
18. *“si richiede di specificare i dati tecnici (portate, connessioni, etc.) degli impianti (acqua, aria, scarichi, elettrico, etc.) attualmente previsti e rilevati durante il sopralluogo”;*
Interruttore in cabina elettrica da 4x400A magnetotermico e linea dalla cabina alla centrale di sterilizzazione FG7R 3x1x240 + 1x120+T
Si veda lo schema del quadro elettrico (Quadro_elettrico.zip)
La portata dell'impianto di osmosi risulta di 1200 l/h complessivi.
E' in fase di acquisizione una nuova UTA con una portata di 11250 mc/h con cui sostituire l'attuale. L'impianto è stato valutato garantendo un ricambio aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di minimo 15 volumi/h nei locali di confezionamento e sterilizzazione, stoccaggio e deposito.
Si vedano tutte le planimetrie As Built fornite ed allegate ai presenti chiarimenti
19. *“durante il sopralluogo è stata rilevata la presenza di n.2 collettori sopra le lavaferri (si ipotizza fossero sfiati). Si richiedono i dati impiantistici di tali tubazioni, il numero, e qualora fossero sfiati previsti per le lavastumenti, dove vengono convogliati”;*
Si veda la planimetria AsBuilt-IF103 allegata ai presenti chiarimenti
20. *Si richiede di indicare le portate dei solai, soprattutto dove sono previste le apparecchiature,*
Il piano interrato dell'edificio in cui è collocata la centrale di sterilizzazione non è dotato di solaio ma poggia direttamente sul terreno a mezzo di soletta.
21. *“Si richiede di specificare cosa si intende per "Pass-Box porta singola". Le caratteristiche indicate non rappresentano quelle di una camera di passaggio "pass".*
Per Pass-Box porta singola si intende una singola finestra con sistema di apertura e chiusura che mette in comunicazione 2 ambienti adiacenti. Le caratteristiche tecniche da soddisfare sono elencate nell'Allegato n1_Spec_Tecniche_Questionario Tecnico”.
22. *“As built di tutti gli impianti”;*
Si vedano tutte le planimetrie As Built fornite allegate ai presenti chiarimenti.
23. *“Nel punto 3.1.1 del capitolato di gara viene richiesta, se necessaria, opera di rinforzo dei solai. Si richiede conferma di quanto recepito durante il sopralluogo, ossia il solaio che interessa tutta l'area della Cds poggia su terra pieno. Si richiedono pertanto i file contenenti i disegni con le sezioni del solaio e le relative portate. Si richiede inoltre la documentazione relativa all'antisismica dell'edificio”.*
Si conferma che il piano interrato dell'edificio in cui è collocata la centrale di sterilizzazione non è dotato di solaio ma poggia direttamente sul terreno a mezzo di soletta. Non si ritiene necessario fornire in tale fase documentazione relativa all'antisismica dell'edificio.

24. *“Nel punto 3.1.1 del capitolato di gara vengono richieste opere di adeguamento anti-incendio della Cds coordinate al progetto anti-incendio dell’intera struttura ospedaliera. Si richiede il piano anti-incendio della struttura. Poiché non è stato possibile verificare l’esistenza di rivelatori di fumo nel controsoffitto, si richiede la planimetria antincendio della centrale di sterilizzazione”.*
Relativamente al progetto antincendio si veda la planimetria del piano interrato relativa al più recente esame progetto presentato presso il comando provinciale dei VV.F. (VVF_P_Interrato.pdf)
Per i rivelatori di fumo si veda la planimetria AsBuilt-IE103 allegata ai presenti chiarimenti.
25. *“Al punto 3.1.1 del capitolato tecnico si richiedono allacciamenti agli impianti fissi e canalizzazioni necessarie, se non è possibile sfruttare le esistenti.
Si richiede la scheda tecnica dell’U.T.A. interessata e i relativi disegni delle canalizzazioni esistenti.”*
E' in fase di acquisizione una nuova UTA con una portata di 11250 mc/h con cui sostituire l'attuale. Per le canalizzazioni esistenti si vedano le planimetrie AsBuilt-IC101/IC102 allegate ai presenti chiarimenti.
26. *“Nel capitolato tecnico, al punto 2.1.6, è richiesto l’abbattimento della temperatura di scarico al di sotto dei 50 C in quanto gli scarichi esistenti non sono in grado di sopportare sollecitazioni termiche superiori. Si richiede la scheda tecnica dei materiali utilizzati per gli scarichi. Si richiede la planimetria relativa agli scarichi.”*
Si veda la planimetria AsBuilt-IF102 e le schede tecniche dei materiali utilizzati per gli scarichi (Schede_scarichi.zip) allegata ai presenti chiarimenti.
27. *“Nel capitolato tecnico al punto 3.1.1 vengono richiesti collegamenti hardware alla rete informatica. Si richiede la planimetria con indicate linee e prese della rete dati”.*
Si veda la planimetria AsBuilt-IE104 allegata ai presenti chiarimenti.
28. *“Nel capitolato tecnico al punto 3.1.1 vengono richiesti collegamenti dei sistemi all’impianto elettrico. Si richiede lo schema dell’impianto elettrico. Si richiede schema del quadro elettrico. Si richiede planimetria con indicate le linee e le prese elettriche”.*
Si veda la planimetria As Built-IE101 e lo schema del quadro elettrico (Quadro_elettrico.zip) allegata ai presenti chiarimenti
29. *“Nel capitolato tecnico al punto 3.1.1 viene richiesto di realizzare tutti collegamenti funzionali relativi all’impianto”.*
Si richiede schema e tavola dell’impianto idrico a servizio delle macchine (acqua calda e fredda addolcita, acqua osmotizzata). Si richiede schema e pianta dell’aria compressa medicale ed industriale.
Si vedano le planimetrie As Built-IF101/IF104 allegate ai presenti chiarimenti
30. *“Possibilità di utilizzo del metano per alimentare il generatore di vapore pulito a servizio delle sterilizzatrici”*
Esiste la possibilità di utilizzo del metano.
31. *“la tabella A "Elenco materiali deteriorabili/usurabili" e la tabella B "elenco materiali di consumo", allegate al disciplinare tecnico, riportano apparecchiature diverse da quelle richieste nei documenti di gara. Si chiede di confermare se trattasi di refuso e se tali documenti non vanno tenuti in considerazione”;*

Le tabelle A e B riportano delle macro-categorie che mirano a classificare la distinzione tra materiali usurabili e consumabili. Qualora non si trovi alcun riscontro con le categorie dettagliate tali documenti non vanno tenuti in considerazione.

32. *“nell'allegato 6 al Capitolato descrittivo prestazionale, vengono richiesti i consumi idrici/elettrici/vapore/disinfettante e nelle colonne viene indicato "orario totale giornaliero (l/h), (dalle 7 alle 24)". Vanno riportati solamente i consumi ora, in quanto il totale consumi giornaliero sarà dato dall'orario di utilizzo effettivo delle apparecchiature? Pregasi confermare”.*

Si conferma che il consumo giornaliero sarà dato dal prodotto tra il consumo orario e l'orario totale giornaliero.

33. *“Non abbiamo trovato nel Capitolato tecnico indicazioni circa l'eventuale disponibilità di aria compressa nei punti di installazione delle apparecchiature. Vi chiediamo di indicare se l'aria compressa è già disponibile”.*

In centrale di sterilizzazione sono presenti 5 predisposizioni per l'allaccio dell'aria compressa nella zona delle lavastumenti e 3 nella zona autoclavi. Si veda la planimetria AsBuilt-IF104 dell'aria compressa disponibile allegata ai presenti chiarimenti.

34. *Nel disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche vengono citati materiali "usurabili" e "consumabili" (indicati in appendice a tale documento) la maggior parte dei quali non rientrano specificatamente nei materiali usurabili/consumabili relative alle autoclavi mentre non sono citati elementi usurabili e/o consumabili tipici delle autoclavi quali ad esempio le guarnizioni porta. Indipendentemente dalle tabelle A e B dobbiamo indicare materiali consumabili e/o usurabili non citati nelle tabelle A e B?*

Si conferma che dovranno essere indicati tutti i materiali usurabili e consumabili che caratterizzano tutte le tecnologie in offerta

35. *Pag. 25 di 25 del CDP, punto 3.1.4 La ditta dovrà descrivere attraverso una relazione dettagliata, tutta la procedura di convalida degli strumenti installati..... con "strumenti" si intendono le apparecchiature installate (autoclavi, lavaferri, ecc....) oppure la strumentazione a bordo apparecchiature (esempio sonde, trasduttori) ??*

Con "strumenti" si intendono tutte le apparecchiature installate

36. *“si richiede di chiarire a carico di chi sono le Qualifiche di Prestazione annuale PQ dopo i primi 12 mesi?”*

Dopo i primi 12 mesi le Qualifiche di Prestazione saranno a carico della Stazione Appaltante;

37. *Il modulo ICHTA.3: a) si deve compilare un modulo per ogni apparecchiatura offerta oppure un modulo unico che indichi tutte le apparecchiature? Nel caso lo spazio editabile all'interno del modulo non sia sufficiente, è possibile allegare documenti a completamento? b) questo modulo DEVE essere compilato sia per la manutenzione Full Risk prevista dal periodo di garanzia che per il post-garanzia?*

Il modulo ICHTA.3 deve essere compilato per tutte le apparecchiature offerte. Qualora lo spazio editabile non sia sufficiente è possibile allegare ulteriori copie del modulo ed eventualmente documenti a completamento.

Si conferma che tale modulo deve essere compilato sia per la manutenzione Full Risk prevista dal periodo di garanzia che per il post-garanzia.

38. *Alla luce delle indicazioni, soprattutto impiantistiche, si richiede la possibilità di effettuare un secondo sopralluogo per verificare tali indicazioni e se fosse possibile il posticipo della scadenza della gara. Si richiede proroga dei termini di scadenza delle offerte.*

Tenuto conto dei chiarimenti che vengono forniti con il presente documento questa Azienda ritiene di non accogliere le istante poste.

Infine si evidenzia che, ai sensi del punto 6 del disciplinare di gara, con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il R.U.P.
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



~~~~~

Allegati:

- Modulo domanda di partecipazione e dichiarazione atto notorio integrata;
- Modulo DGUE editabile;
- Planimetrie e AS Built