



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

P.O. Appalti e Contratti
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Ref. Dott.ssa Lucilla Venturi
Tel: 0721. 3663441-70
Fax: 0721. 366336
Mail to
lucilla.venturi@ospedalimarchenord
.it

Pesaro, li 16/06/2016

A tutti gli operatori economici interessati

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura ed installazione di tecnologie per la realizzazione della Centrale di Sterilizzazione presso il PO di Pesaro.

Pubblicazione chiarimenti.

Preliminarmente si richiamano le precedenti comunicazioni pubblicate inerenti la procedura in oggetto:

- rettifica capitolato speciale in data 24/05/2016;
- rettifica date sopralluogo e relative precisazioni 25/05/2016;
- rettifica punto 17.5.2 del disciplinare e chiarimenti;
- chiarimenti del 15/06/2016.

Preliminarmente si precisa che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nell'ipotesi in cui l'operatore economico partecipante intenda avvalersi della facoltà di subappalto, dovrà indicare la terna di subappaltatori. Inoltre, nell'ipotesi in cui è intenzione del concorrente subappaltare la realizzazione delle opere impiantistiche, dovrà dichiarare, ai sensi e con le forme di cui al DPR 445/00, che i subappaltatori individuati sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 smi. Resta inteso che questa Azienda si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Si forniscono i seguenti chiarimenti alla richieste pervenute entro il termine ultimo previsto dal disciplinare di gara (ore 11.00 del 10/06/2016):

1. *“quale potenza elettrica complessiva verrà fornita alla Centrale di Sterilizzazione.*
Interruttore in cabina elettrica da 4x400A magnetotermico e linea dalla cabina alla centrale di sterilizzazione FG7R 3x1x240 + 1x120+T.
2. *se per le autoclavi deve essere previsto anche il trattamento delle “vetrerie da laboratorio” poiché le sterilizzatrici richieste sono destinate all'utilizzo ospedaliero.*
Le autoclavi da fornire sono destinate ad uso ospedaliero e non devono trattare le vetrerie da Laboratorio;
3. *In caso di ATI si devono presentare singole domande di partecipazione singolarmente firmate oppure può essere presentata un'unica domanda contenente i dati di tutte le ditte componenti l'ATI e sottoscritta da tutti?*
Sono ammesse entrambe le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
4. *Si chiede di specificare se per “produzione vapore pulito” si intende che debba essere vapore pulito (secondo quanto riportato nelle EN285) dalla sorgente fino a tutte le apparecchiature utilizzatrici.*

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: P.le Cinelli 391 – 61121 PESARO - P.Iva 02432930416
Centralino Pesaro 07213611 – Centralino Fano 07218821
www.marchenord.marche.it

Si conferma che per “*produzione vapore pulito*” si intende il vapore pulito che dalla sorgente deve raggiungere tutte le apparecchiature utilizzatrici.

Infine si evidenzia che, ai sensi del punto 6 del disciplinare di gara, con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il R.U.P.

Dott.ssa Chiara D’Eusanio

