

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse:

Aggiornamento a tomosintesi del mammografo marca GE - modello SENOGRAPHE ESSENTIAL - matricola generatore 569676BU0 - N° sistema A5189341, ubicato presso il P.O. San Salvatore inclusi smontaggio conservativo, imballaggio, trasferimento e re-installazione presso lo Stabilimento di Muraglia di AORMN

Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN) Piazzale Cinelli, 4 Pesdaro – 61121.- Italia. U.O.C. Approvvigionamento beni, servizi e logistica. www.ospedalimarchenord.it.

Oggetto: E' intenzione di questa Azienda avviare procedura di negoziazione per l'aggiornamento a tomosintesi del mammografo marca GE - modello SENOGRAPHE ESSENTIAL - matricola generatore 569676BU0 - N° sistema A5189341, ubicato presso il P.O. San Salvatore inclusi smontaggio conservativo, imballaggio, trasferimento e re-installazione presso lo Stabilimento di Muraglia come di seguito riportato:

Aggiornamento a tomosintesi di apparecchiatura per mammografia in dotazione alla UOC Diagnostica per Immagini presso lo Stabilimento di Muraglia		
n. 01	DBT (Digital Breast Tomosynthesis)	Aggiornamento a TOMOSINTESI comprensivo di: -kit hardware e accessori dedicati (pedaliera) -Compressore dedicato 24 x 31 cm "elevated" -n.1 licenza software
n. 01	KIT ACCELERA	Aggiornamento stazione di acquisizione a V4 per permettere il funzionamento della tomosintesi mediante fornitura di nuovo PC
n. 01	HW e SW IDI v 4.7 M3	Aggiornamento stazione di refertazione per gestire immagini tomo mediante fornitura di nuovo PC con software IDI (piattaforma Windows)
n.01	Reinstallazione, formazione e assistenza tecnica	Smontaggio conservativo e reinstallazione, messa in utilizzo, formazione del personale operatore e del personale tecnico e assistenza tecnica di tipo FULL-RISK per il periodo di garanzia
Importo totale a base d'asta		€ 90.000,00 + IVA

Requisiti tecnici e professionali di partecipazione:

Al fine di garantire la massima affidabilità ed il mantenimento dei requisiti essenziali per quanto attiene alle caratteristiche di sicurezza e di prestazione (rif.to D.Lgs 46/97 s.m.i.), l'impresa fornitrice deve dimostrare che l'intervento verrà realizzato:

- tramite utilizzo di componenti hw/sw, parti e ricambi originali ovvero compatibili a norma di legge (marcatura CE e specifica destinazione d'uso) con il

- avvalendosi di tecnici che interverranno sulle componenti del dispositivo esistente adeguatamente istruiti all'intervento richiesto;
- in conformità alla regola dell'arte ovvero alla normativa vigente sui dispositivi medici (rif.to D.Lgs 46/97 s.m.i.) rilasciando apposita certificazione.

Finalità: Il presente avviso ha valore di verifica della esclusività o meno della possibilità di affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b.2) del D.Lgs.50/2016 del servizio di cui sopra alla società GE MEDICAL Systems Italia S.p.A. di Milano. Pertanto si invitano gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

Il presente avviso non è vincolante per questa Azienda, la quale si riserva di non procedere all'avvio della procedura di negoziazione.

Eventuali richieste di partecipazione dovranno essere inviate entro le **ore 12:00 del 13/06/2016** al seguente numero di fax 0721/366336 o al seguente indirizzo PEC aomarchenord@emarche. Alla richiesta di invito dovrà essere allegata – pena l'esclusione – resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante o procuratore speciale o dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti o dichiarazione dimostrante l'esistenza di soluzioni alternative ragionevoli. Richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Daniela Masci

Data pubblicazione avviso: 27/05/2016