



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI
E LOGISTICA

Dirigente

Dott. Antonio Draisci

Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Tel: 0721-3663340

Fax: 0721-366336

Email:

chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

Avviso esplorativo:
acquisto n. 3 WORKSTATION IVF CON STEREOMICROSCOPI E ACCESSORI

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" Piazzale Cinelli 4 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica www.ospedalimarchenord.it/ e-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it.

Oggetto: E' intenzione di questa Azienda avviare una procedura di negoziazione per l'acquisizione di n. 3 workstation IVF con stereomicroscopi e accessori di marca **Nikon** sistema **K-System** modello **L-234** con stereomicroscopio marca **Nikon** modello **SMZ1270**.

Stante le criticità delle attività che verranno svolte con tali tecnologie, le stesse dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche infungibili:

Workstation:

1. Biohazard di classe II
2. Doppia filtrazione esclusivamente mediante filtri HEPA H14
3. Stereomicroscopio incorporato
4. Piano riscaldato elettricamente con temperatura tarabile su adeguato numero di settori indipendenti (non inferiori a 4)
5. Zona di osservazione in vetro riscaldato con temperatura tarabile separatamente e diametro di almeno 90 mm (compatibile con gli Oosight Collection dishes in uso)
6. Pannello di controllo digitale touch-screen integrato per la regolazione della temperatura e delle funzioni dello stereomicroscopio
7. Sistema di illuminazione per stereomicroscopio a LED
8. Connessione a sistema di erogazione gas premiscelati ed ugelli di uscita gas in camera di lavoro
9. Rumorosità inferiore a 51 dB
10. Data-logger integrato con connessione di rete che consenta la memorizzazione dei seguenti parametri: temperatura e velocità flusso
11. Accessori: sistema per dispensazione miscela di gas completo di filtro VOC e flussimetro digitale, umidificatore riscaldato, campana in vetro, n. 2 termo block per n. 10 tubi da 17 mm
12. Conformità alla norma EN 12469 della workstation.

Stereomicroscopi:

13. Conformità alla Direttive 98/79 (D.Lgs 332/2000) dello stereomicroscopio
14. Oculari 10x
15. Zoom che consenta ingrandimento di range minimo 6,5x-80x
16. Tubo inclinato indicativamente a 20°
17. Obiettivo planare apocromatico 1x con elevata risoluzione ottica

Finalità: il presente avviso è finalizzato ad accertare la presenza sul mercato di potenziali fornitori. Il presente avviso non è vincolante per questa Azienda, la quale si riserva di non procedere all'avvio della procedura di negoziazione;

Importo complessivo presunto: € 73.000,00 IVA esclusa;

Eventuali richieste di invito dovranno essere inviate entro le ore 11.00 del 19/10/2015 al seguente numero di fax 0721/366336. Richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. Alla richiesta di invito dovrà essere allegata dichiarazione analitica del costruttore/fornitore (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sulla conformità del prodotto alle specifiche suindicate (voci da 1 a 17);

Data pubblicazione avviso: 08/10/2015.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara D'Eusanio