



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
**Ospedali Riuniti Marche Nord**  
**GESTIONE**  
**APPROVVIGIONAMENTO**  
**BENI, SERVIZI**  
**E LOGISTICA**

**PO Appalti e Contratti**  
Dott. ssa Chiara D'Eusanio

Tel: 0721-3663340  
Fax: 0721-366336  
Email:  
chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

### Avviso esplorativo

Acquisto di "Sistema di controllo automatico di temperatura e umidità per l'ottimizzazione della qualità dei preparati cromosomici".

**Stazione Appaltante:** AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"  
Piazzale Cinelli 4 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica  
[www.ospedalimarchenord.it/](http://www.ospedalimarchenord.it/) e-mail: [chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it](mailto:chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it).

**Oggetto:** E' intenzione di questa Azienda avviare una procedura di negoziazione con la società Euroclone S.p.A. per la fornitura di un sistema di controllo automatico di temperatura e umidità per l'ottimizzazione della qualità dei preparati cromosomici per il Laboratorio Analisi di questa Azienda.

### Sintesi della proposta progettuale

Lo strumento deve creare l'ambiente ideale per l'evaporazione del fissativo, per l'ottimizzazione dei preparati cromosomici, personalizzando i parametri temperatura ed umidità all'interno di un ampio intervallo di valori.

L'operatore deve poter impostare direttamente sul display i valori di temperatura ed umidità richiesti per il campione da analizzare.

I dati devono poter essere memorizzati e richiamati, assegnando loro un numero di programma scelto dall'operatore.

Lo strumento deve poter accettare sia vetrini rettangolari che circolari, in modo da far fronte a tutte le esigenze analitiche come preparati da sangue periferico, da midollo osseo, da liquido amniotico o da altri tessuti.

Lo strumento deve prevedere la tutela della salute dell'operatore adsorbendo ed eliminando i vapori nocivi prodotti.

### Il citato sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

#### strumentazione:

- a. sistema automatico di controllo della Temperatura;
- b. sistema automatico di controllo dell'Umidità;
- c. strumentazione compatta e di minimo ingombro;
- d. marchio C.E. rif EN 61326-2-6:2006 e IEC 61010-1;

#### kit preparati cromosomici:

- e. sterile e pronto all'uso;
- f. adatto all'analisi diretta, senza tripsinizzazione;
- g. adatto per bandeggio cromosomico;
- h. utilizzabile sia per analisi citogenetiche classiche che molecolari;
- i. utilizzabile in sistemi automatici;
- j. formato facilmente maneggevole;
- k. marchio C.E. 98/79 IVD.

Importo complessivo annuale presunto è di € 35.000,00 IVA esclusa (dato di attività anno 2015: n. 1400 prestazioni annuali). Si precisa che è intenzione di questa Azienda valutare l'opportunità di prevedere una durata pluriennale dell'eventuale contratto.

**Eventuali proposte di soluzioni alternative praticabili (e relativa documentazione) dovranno essere inviate entro le ore 11.00 del 25/11/2016 al seguente numero di fax 0721/366336 o al seguente indirizzo pec: [aomarchenord@emarche.it](mailto:aomarchenord@emarche.it).**

**Data pubblicazione avviso: 09/11/2016**

**Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara D'Eusanio**

