

| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 120 | Pag. | |
| Data | 26 FEB, 2016 | | 1 |

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 120 DEL 26 FEB, 2016**

Oggetto: procedura aperta per l'acquisizione - suddivisa in lotti - di tavoli barelle e letti operatori occorrenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord. Indizione.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore Amministrativo e della U.O.C. Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in merito al Bilancio di Previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

- D E T E R M I N A -

1. **di autorizzare**, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 smi, l'indizione della procedura aperta per l'acquisizione - suddivisa in lotti - di tavoli barelle e letti operatori occorrenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", per un importo complessivo presunto a base d'asta di € 300.000,00 IVA esclusa, (ossia € 366.000,00 IVA inclusa);
2. **di approvare** lo schema di bando integrale di gara (all. n.1), lo schema dell'estratto del bando di gara (all.n.2), lo schema di disciplinare di gara e relativi allegati (all. n.3), il capitolato speciale (all. n.4), il capitolato tecnico e relativi allegati (all.n.5), lo schema di contratto (all. n. 6), il DUVRI (all.n.7), tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto che** la pubblicazione del bando di gara e gli esiti di gara avverrà ai sensi dell'art. 66, comma 7 del D.Lgs. n.163/06 s.m.i.;
4. **di nominare**, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'ing. Natascia Rondina, ingegnere biomedico della UOC Ingegneria Clinica;
5. **di dare atto**, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13, lett. d) del D.L. n.95/2012 e della DGRM n. 1220/2012, che al momento non vi sono, per la Regione Marche, convenzioni attivate da Consip S.p.a. o da altra centrale di

| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 120 | Pag. | |
| Data | 26 FEB, 2016 | | 2 |

committenza regionale di riferimento relative alla fornitura oggetto del presente provvedimento;

6. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci



Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli




UOC CONTABILITA' BILANCIO PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Si attesta che la spesa presunta derivante dalla presente determina pari a complessivi € 366.000,00 IVA inclusa, è stata annotata nell'autorizzazione EC 2016.28.0 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie).

Quanto sopra trova copertura finanziaria, provvisoriamente, con i fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con DGRM n. 1224 del 30/12/2015.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.


Dott.ssa Anna Gattini

Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini

ATTESTAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Si attesta di aver preso nota della spesa complessiva presunta di € 6.000,00 IVA inclusa, per la pubblicazione del bando di gara e degli esiti di gara, con sub autorizzazione 2016.1.1 nel conto n. 0521030201.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci



| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 120 | Pag. | |
| Data | 26 FEB. 2016 | | 3 |

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa ed il seguente proprio atto di riferimento:

- **D.Lgs. 163/06 e s.m.i.**, recante ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **D.P.R. n. 207/2010** recante ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Si richiama la seguente determina:

- determina del Direttore Generale n. 91 del 17/02/2016 avente ad oggetto: "Autorizzazione a contrarre per l'acquisto di attrezzature sanitarie varie (n. 1 Stampigliatrice, Pensili e Scialitiche e n. 1 Laser) mediante invio di Richiesta di Offerta (Rdo) sul Mercato Elettronico della PA (Me.PA.)"

Premesso che:

- ✓ in data 16/02/2016 il Responsabile f.f. della UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 smi, relazione tecnico-illustrativa relativa all'acquisizione di tecnologie per l'allestimento del Polo Endoscopico e della Sala Operatoria della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santa Croce di Fano. Dalla suddetta relazione emerge che le forniture di che trattasi sono state suddivise in n.2 stralci;
- ✓ nel rispetto di quanto esposto nella suddetta relazione, con determina n. 91/2016 , è stato autorizzato l'avvio del procedimento di scelta del contraente, mediante richiesta di offerta sul Me.Pa, per la fornitura ed installazione di pensili e scialitiche (oggetto del c.d. 1^ stralcio);
- ✓ relativamente all'acquisizione delle tecnologie sanitarie oggetto del 2^ stralcio nel ridetto documento di progettazione si sottolinea che: "... Questa Azienda ha avviato i lavori per la realizzazione del nuovo Polo Endoscopico presso l'Ala C del P.O. Santa Croce di Fano. Trattandosi di una nuova piastra tecnologica si è reso necessario prevedere l'acquisto di tutte le tecnologie per l'allestimento delle sale endoscopiche e di tutti i locali adiacenti a loro servizio.

Le sale previste nel nuovo polo endoscopico sono le seguenti:

- Sala A - Endoscopia Urologica
- Sala B - Endoscopia Digestiva
- Sala C - Endoscopia Pneumologica
- Sala D - Endoscopia Operativa Digestiva/Pneumologica

Parallelamente alle attività di cui sopra, sono in fase di conclusione i lavori di adeguamento e allestimento del Nuovo Blocco Travaglio e Parto afferente l'U.O.C.

Ostetricia e Ginecologia del medesimo P.O. Il tavolo operatorio attualmente in uso (OPT 80 risalente al 2000) risulta essere obsoleto per la destinazione d'uso attuale e pertanto se ne ravvisa la sostituzione con un modello a piani trasferibili. Ciò al fine di garantire il trasbordo in sicurezza del paziente nel rispetto dei percorsi igienico sanitari ed un minor impatto sul rischio da movimentazione manuale dei pazienti.

La realizzazione del nuovo Polo Endoscopico prevede una riorganizzazione dei carichi di lavoro tra i due maggiori presidi ospedalieri di codesta Azienda.

Da una verifica della dotazione tecnologica a servizio del Polo Endoscopico del P.O. San Salvatore di Pesaro è emersa la necessità di prevedere la sostituzione dei tavoli operatori attualmente in utilizzo in quanto non sono più disponibili le parti di ricambio per garantire il loro corretto funzionamento in caso di guasto. Le apparecchiature di cui trattasi sono le seguenti:

- ATHOS n. inv. 61749 (in corso di DISMISSIONE)
- ATHOS n. inv. 51355

... omissis...

2° STRALCIO: *Fornitura e installazione di Tavoli Barelle e Letti Operatori per l'allestimento del Polo Endoscopico e della Sala Operatoria di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Santa Croce di Fano*

La fornitura progettata si propone di allestire il nuovo Polo Endoscopico del P.O. Santa Croce di Fano con le seguenti tecnologie:

1. *Sale del nuovo Polo Endoscopico e area preparazione/osservazione paziente del P.O. Santa Croce di Fano con le seguenti tecnologie:*
 - n.5 Tavoli Barelle
 - n.2 Tavoli operatori mobili
2. *Sale del Polo Endoscopico di Pesaro e area preparazione/osservazione con le seguenti tecnologie:*
 - N.3 Tavoli Barelle
3. *Sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fano con le seguenti tecnologie:*
 - N.1 Tavolo operatorio a piani trasferibili con accessori a corredo

Per le tecnologie previste in fornitura sono compresi i seguenti servizi:

- *Realizzazione delle opere edili/impiantistiche propedeutiche all'installazione delle tecnologie;*
- *Attività di coordinamento con l'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell'area interessata;*
- *Consegna ed installazione delle tecnologie offerte;*
- *Formazione all'uso, alla gestione e monitoraggio delle apparecchiature offerte;*
- *Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della fornitura.*

| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | A 20 | Pag. | |
| Data | 26 FEB. 2016 | | 5 |

La quantità e la dislocazione delle apparecchiature previste nel progetto è rimodulata in funzione alle seguenti evidenze:

- variazione del carico di lavoro tra i presidi ospedalieri aziendali;
- standardizzazione dei livelli di qualità delle procedure di endoscopia;
- necessità di semplificazione dei processi organizzativi, gestionali e manutentivi.

Il quadro economico che compone il progetto complessivo di allestimento è pari a complessivi € 300.000,00 IVA esclusa ...omissis"

- al fine di consentire l'avvio della relativa procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di detti fattori produttivi da parte della UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica, il Responsabile f.f. della UOC Ingegneria Clinica, con nota id. 247552 del 23/02/2016, ha inviato il capitolato tecnico ed i relativi allegati;
- nell'ambito dei citati documenti sono stati, altresì, esplicitati i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, i requisiti minimi che devono essere posseduti - a pena di esclusione - dalle tecnologie offerte ed il criterio di attribuzione del punteggio economico. In merito a tale criterio il progettista propone "...di assegnare il punteggio del parametro "prezzo" attraverso il metodo "basato sull'utilizzo del punteggio assoluto". L'adozione di questa formula permette di sfruttare l'intero range di punteggio disponibile (0-40 punti) in relazione ad offerte che potranno garantirsi incrementi di punteggio proporzionali fino ad un ribasso pari al 40% rispetto alla base d'asta. Oltre tale livello sarà facoltà della ditta offerente procedere con ulteriori ribassi ma non saranno corrisposti ulteriori punti prezzo....";

con nota id. 247849 del 24/02/2016 il Direttore Amministrativo ha disposto di procedere all'acquisizione dei suindicati fattori produttivi attingendo provvisoriamente ai fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con DGRM n. 1224 del 30/12/2015.

Ciò posto la UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica, sulla scorta di quanto esplicitato dal capitolato tecnico e dalla documentazione tecnica allegata, ha provveduto a predisporre la documentazione amministrativa propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale, schema di contratto).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

- trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 300.000,00 (IVA esclusa) e, tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente, si ritiene di avviare, per l'affidamento della fornitura in parola, una procedura aperta a livello europeo alle condizioni fissate nella documentazione di gara allegata al presente provvedimento (all. n.1 - 7);
- in conformità a quanto analiticamente indicato nel capitolato tecnico, l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., a lotti interi non frazionabili, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; lotto n. 1 tavoli barelle per un importo di € 100.000,00 IVA esclusa e lotto n. 2 tavoli operatori per un importo di € 200.000,00 IVA esclusa;
- ad oggi non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto i prodotti di che trattasi, inoltre, tali prodotti non rientrano fra le categorie merceologiche per le quali il soggetto aggregatore/SUAM ha l'obbligo di avviare procedure di acquisto nel corso dell'anno 2016.


| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 120 | Pag. | |
| Data | 26 FEB. 2016 | | 6 |

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. **di autorizzare**, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/06 s.m.i, l'indizione della procedura aperta per l'acquisizione - a lotto unico intero non frazionabile - di tavoli barelle e letti operatori occorrenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", per un importo complessivo presunto a base d'asta di € 300.000,00 IVA esclusa, (ossia € 366.000,00 IVA inclusa);
2. **di approvare** lo schema di bando integrale di gara (all. n.1), lo schema dell'estratto del bando di gara (all.n.2), lo schema di disciplinare di gara e relativi allegati (all. n.3), il capitolato speciale (all. n.4), il capitolato tecnico e relativi allegati (all.n.5), lo schema di contratto (all. n.6), il DUVRI (all.n.7), tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto che** la pubblicazione del bando di gara e gli esiti di gara avverrà ai sensi dell'art. 66, comma 7 del D.Lgs. n.163/06 s.m.i.;
4. **di dare atto**, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13, lett. d) del D.L. n.95/2012 e della DGRM n. 1220/2012, che al momento non vi sono, per la Regione Marche, convenzioni attivate da Consip S.p.a. o da altra centrale di committenza regionale di riferimento relative alla fornitura oggetto del presente provvedimento.

II R.U.P.

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Assistente amm.vo

Lucia Giorgi



| | | | |
|--------|--------------|------|---|
| Numero | 120 | Pag. | |
| Data | 26 FEB. 2016 | | 7 |

- ALLEGATI -

n. 7 allegati in originale cartaceo depositati agli atti.

la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Questa Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico e relativi allegati, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara D'Eusanio.

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: _____, Pesaro, _____.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Chiara D'Eusanio.

ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE

Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Viale Trieste 391 Pesaro 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica tel. 0721/366206-40-41, fax 0721/366336. **Oggetto della gara:** procedura aperta per la fornitura – suddivisa in n. 2 lotti interi non frazionabili - di tavoli barelle e letti operatori. Lotto 1: CIG n° _____; Lotto 2: CIG n° _____; **Quantitativo o entità totale:** l'importo complessivo è pari ad € 300.000,00 Iva esclusa. Verranno escluse offerte superiori. **Criteri di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa come meglio specificato nel disciplinare di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida. **Termine e luogo presentazione offerte:** entro e non oltre le ore 11:00 del _____ al Protocollo della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica di questa Azienda Viale Trieste 391 (secondo piano) – 61121 Pesaro, pena l'esclusione. Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione di gara disponibili sul sito, www.ospedalimarchenord.it. Data spedizione del bando integrale di gara alla G.U.U.E: _____. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara D'Eusanio. Pesaro, li _____.

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA
Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (PU) Tel. 0721-366340/41/6206 - Fax 0721-366336.

All. n. 3 - Schema di DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
PER L'ACQUISIZIONE DI TAVOLI BARELLE E LETTI OPERATORI OCCORRENTI ALL'A.O.
"OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD".

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'acquisizione di tavoli barelle e letti operatori occorrenti all'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord", come meglio specificato nella documentazione di gara allegata.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. ____/DG del _____ e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i (di seguito Codice).

Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data _____.

La documentazione di gara comprende:

1. BANDO INTEGRALE DI GARA;
2. DISCIPLINARE DI GARA e relativi allegati:
 - B.1) modulo domanda di partecipazione e dichiarazione unica;
 - B.2) modulo offerta
3. CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
4. CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE (di seguito CTP) e relativi allegati;
5. SCHEMA DI CONTRATTO;
6. DOCUMENTO INFORMATIVO AORMN destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008;
7. D.U.V.R.I.;
8. PATTO DI INTEGRITA' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è la Dott.ssa Chiara D'Eusanio mentre il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Natascia Rondina (ingegnere biomedico della UOC ingegneria Clinica).

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1 L'appalto, suddiviso in n. 2 lotti interi non frazionabili, si compone delle seguenti prestazioni/servizi:
- fornitura consegna e installazione delle tecnologie sanitarie (di seguito TS) presso le UU.OO indicate nel CTP;
 - formazione all'uso, alla gestione ed al monitoraggio delle TS da parte degli operatori;
 - aggiornamento fornitura;
 - assistenza tecnica full-risk per tutta la durata del periodo di garanzia;
- 1.2 la fornitura dovrà essere effettuata entro i termini di esecuzione previsti dal capitolato speciale e dal CTP e nel rispetto delle modalità dettagliatamente descritte nei suddetti documenti di gara.

Gli importi a base d'asta dei singoli lotti sono i seguenti:

| Lotto | Importo complv.o IVA esclusa | CIG |
|--------------------|------------------------------|-----|
| 1) Tavoli barelle | € 100.000,00 | |
| 2) Letti operatori | € 200.000,00 | |

Offerte di importo superiore verranno escluse.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13;

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78);

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Questa Azienda si riserva comunque di attivare anche le verifiche direttamente dalle PP.AA. certificanti

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E FACOLTA' DI SOPRALLUOGO

5.1. La documentazione elencata in premessa è disponibile sia sul sito internet aziendale: <http://www.ospedalimarchenord.it>;

5.2. E' facoltà delle imprese partecipanti prendere visione delle sedi e dei locali interessati alla fornitura oggetto del presente appalto;

5.3. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti potranno effettuare esplicita richiesta da inviare al RUP, mediante fax, al seguente numero: 0721/366336.

La richiesta dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del _____. La richiesta di sopralluogo dovrà indicare la ragione sociale dell'operatore economico richiedente, il nome e

cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/fax cui indirizzare la convocazione.

5.4. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 3 (tre) giorni di anticipo; conseguentemente l'impresa partecipante dovrà comunicare a questa U.O.C. il/i nominativo/i dell'incaricato del sopralluogo.

6. CHIARIMENTI

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente via fax al seguente numero: 0721/366336, entro il termine ultimo indicato nel bando di gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il termine ultimo indicato nel bando di gara, mediante pubblicazione di un documento denominato "acquisizione_tavoli_barelle-chiarimenti del _____", sul sito internet: <http://www.ospedaliriunitimarchenord.it>.

6.3. Questa Azienda si riserva di pubblicare nel suddetto sito eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

6.4. Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti/integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice;

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana con allegata dichiarazione di conformità. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

7.5. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.ospedaliriunitimarchenord.it> (cfr. modulo domanda di partecipazione e dichiarazione unica e modulo offerta);

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice;

7.7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nella misura pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo posto a base d'asta. In caso di cumulo di violazioni l'amministrazione incrementerà la sanzione fino al triplo.

7.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

8. COMUNICAZIONI

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e/o al numero di fax indicati dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale;

9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltato.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

10.2. L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito internet aziendale;

10.3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato decorso il termine di 35 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;

10.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. E' fatta salva la facoltà di sottoscrivere i contratti sotto condizione risolutiva dell'esito positivo della verifica dei requisiti;

10.5. Le spese relative alla pubblicazione dell'estratto del bando e dell'avviso d'esito sui quotidiani nazionali e regionali sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Per una maggiore trasparenza questa Azienda comunicherà, unitamente ai chiarimenti richiesti di cui al punto 6 del presente disciplinare, l'importo sostenuto per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara;

10.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta di ogni lotto per il quale si presenta offerta, e costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso Banca della Marche c.corrente di tesoreria n. 2100400 intestato ad Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" - IBAN: IT57 X 06055 13310 000000028325;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso in cui il medesimo operatore economico partecipi a più lotti è possibile presentare un'unica cauzione provvisoria purché la stessa indichi i lotti per i quali viene presentata offerta;

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'AORMN, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- 2) essere presentata in originale o in copia conforme, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 7) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante.

11.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;

11.5. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

11.8. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

1. Limitatamente al lotto n. 2 i concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità scegliendo tra le modalità previste dall'ANAC (ex AVCP) per l'importo di € 20,00.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

13.REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1) iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto del presente disciplinare o analogo registro commerciale dello stato di appartenenza, ai sensi dell'art.39 del D.l.gs. 163/06 s.m.i;

2) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 da cui risulti che il concorrente abbia sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria potrà altresì essere dimostrato con ogni altro documento ritenuto idoneo ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 163/06 e smi;

13.2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso del requisito di carattere economico-finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:

13.4. Per il requisiti relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 13.1 .1):

13.4.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla CCIAA o analogo registro dello stato di appartenenza;

13.5. Le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1.2) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzi ordinario o aggregazione di imprese di rete;

13.6. Il requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

13.7. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

13.8. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta deve essere, a pena di esclusione, sigillato e deve pervenire, entro le ore _____ del giorno _____, esclusivamente all'indirizzo di seguito indicato: U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", Ufficio Protocollo - V.le Trieste, 391 (secondo piano), 61121 Pesaro (orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 tutti i giorni (escluso il sabato) presso l'ufficio protocollo della UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica sito in V.le Trieste, 391 Pesaro (secondo piano).

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura "*procedura aperta per l'acquisizione di tavoli barelle e letti operatori. Lotti n. _____*". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: 1) "A - Documentazione amministrativa"; 2) "B - Offerta tecnica"; 3) "C - Offerta economica".

14.5. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

14.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, non verranno prese in considerazione le offerte in alternativa

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti in copia cartacea e su supporto informatico (CD/DVD):

15.1. **domanda di partecipazione**, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice

Si precisa che:

1. a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del

Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

4. a pena di esclusione, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere analoga a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

- attesta di aver perfetta conoscenza dell'ubicazione delle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" interessate alla fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura;
- attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione);

inoltre il concorrente è tenuto a *(tali dichiarazioni non sono da ritenersi essenziali)*:

- indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, di posta elettronica non certificata ed il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indicare le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- indicare le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 15.1 e 15.2 il concorrente/i ha facoltà di utilizzare il modulo predisposto da questa Azienda e messo a disposizione sul sito aziendale (cfr. modulo domanda di partecipazione e dichiarazione unica);

15.3. in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

15.4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;

15.5. a pena di esclusione, documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, pena l'esclusione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

15.6. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

15.7. **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comparsa di detto pagamento sarà causa di esclusione;

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.8. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio (scansione della copia autentica), con indicazione delle imprese consorziate;

15.9. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

15.10. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.11. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (scansione della copia autentica), con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.12. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.13. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

15.14. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.15. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.16. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.17. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

15.18. a pena di esclusione, scansione della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)

15.19. a pena di esclusione, scansione della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

15.20. *Si precisa che, come previsto dal comma 2bis art.38 del D.Lgs. 163/06 smi la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) del valore della presente gara.*

Al concorrente nei cui confronti è comminata la sanzione pecuniaria è assegnato un termine di 8 (otto) giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine il concorrente è altresì escluso dalla gara.

Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al punto 11 del presente disciplinare; in caso di applicazione della sanzione l'operatore economico sarà obbligato a reintegrare tempestivamente la suddetta cauzione del corrispondente importo, pena l'esclusione.

In caso di cumulo di violazioni l'amministrazione incrementerà la sanzione fino al triplo.

16. DOCUMENTAZIONE TECNICA

16.1. Le imprese concorrenti sono tenute a presentare, per ciascun lotto al quale si partecipa, la documentazione tecnica dettagliatamente indicata nell'allegato n. 2 del CTP (documenti di offerta). Tale documentazione dovrà essere presentata sia in forma cartacea sia su supporto informatico (n. 3 CD)

Resta inteso che la mancanza del plico contenente la documentazione tecnica richiesta non consentendo la valutazione tecnica comporterà l'esclusione dell'offerta; mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto al presente punto, l'Azienda, fermo restando il principio di immutabilità dell'offerta tecnica, si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/06 smi entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della richiesta.

16.2. La documentazione tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

16.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere firmata, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

17. OFFERTA ECONOMICA

17.1 Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo lo schema allegato al presente disciplinare di gara (all.n.B2).

17.2. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

17.3. All'interno della busta "C-offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "giustificazioni". La mancata produzione anticipata delle giustificazioni non costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

18.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero non frazionabile, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei parametri della qualità e del prezzo riservando alla qualità 60 punti e al prezzo 40 punti.

Il punteggio tecnico viene determinato secondo le modalità dettagliatamente indicate al successivo punto 18.4.4.

Il punteggio economico (PE) viene determinato secondo le modalità indicate al successivo punto 18.5. Questa Azienda si riserva di procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'artt. 81, comma 1, e art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica. Non saranno prese in esame offerte parziali e/o alternative. Non sono ammesse varianti.

Gli elementi di valutazione, per un totale di punti 100, saranno i seguenti:

| CRITERIO | P.TI MAX |
|-------------------------------------|----------|
| Punteggio tecnico riparametrato PTR | 60 |
| Punteggio economico PE | 40 |

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati in via analitica nell'allegato n.2 del CTP. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito riparametrato (secondo le modalità indicate nel succitato allegato n.2 al CTP) per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

$P_{totale} = PTR + PE$

Saranno ammesse a partecipare alla fase di apertura delle buste relative alla offerta economica le sole offerte che avranno ottenuto un Punteggio Tecnico Provvisorio superiore o uguale a 31 punti.

18.2. Operazioni di gara

18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica il giorno _____ alle ore _____.

I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti potranno rendere dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.2.3. Il RUP, alla presenza di due testimoni della UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

18.2.4. Successivamente si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del Codice. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione alle imprese partecipanti con preavviso di circa 3 (tre) giorni procederà all'apertura delle buste concernenti

l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. La Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame dei contenuti dei documenti presentati ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

18.2.5. Successivamente, in seduta pubblica, e previa comunicazione alle imprese partecipanti con preavviso di circa 3 (tre) giorni la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei relativi prezzi offerti.

18.2.6. Successivamente la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi economici ed alla somma degli stessi con i punteggi tecnici, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara ed all'individuazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

18.2.7. Successivamente il RUP procederà alla eventuale verifica di congruità delle offerte provvisoriamente aggiudicatarie che superino la soglia di anomalia cui all'art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18.2.8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

18.2.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

18.2.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP predispone il provvedimento di aggiudicazione definitiva che verrà adottato dal Direttore Generale.

18.3. Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della busta "A"

18.3.1. Il RUP, in seduta pubblica (vedasi punto 18.2.1), sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione.

Il RUP, come previsto dalla deliberazione dell'ANAC n.1 del 08/01/2015 procede all'immediata all'esclusione nelle ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; il RUP procederà altresì all'esclusione in caso di assenza dei requisiti di partecipazione richiesti;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

d) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1 mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo.

18.4. Valutazione dell'offerta tecnica - contenuto della busta "B"

18.4.1. La Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B-Offerta tecnico-organizzativa, attribuirà, a proprio giudizio insindacabile, il PT sulla base dei criteri di valutazione dettagliatamente indicati nell'allegato 2 del CTP (criteri di valutazione).

18.5. Apertura offerte economiche - busta "C"

18.5.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procederà all'apertura delle buste "C-Offerta economica", dando lettura dei prezzi offerti.

18.5.2. La Commissione provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula denominata "Punteggio assoluto" di seguito riportata:

$$P_i = R_i * 100 \quad \text{dove } = (BA - PR_i) / BA$$

dove:

| DEFINIZIONE | SIGNIFICATO |
|-------------|---|
| BA | Base d'asta del singolo lotto |
| Pmax | Punteggio massimo attribuito al prezzo (= 40) |
| Pi | Punteggio attribuito all'i-sima ditta |
| Ri (0; 1) | Ribasso percentuale offerto dall'i-sima ditta |
| PRi | Prezzo offerto dall'i-sima ditta |

18.5.3. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero del seggio di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice.

18.5.4. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di minimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di minimo 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

18.6.4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice e l'art. 121 del Regolamento.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

20. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'impresa aggiudicataria, successivamente alla stipula del contratto, e comunque prima dell'emissione degli ordinativi di fornitura, dovrà procedere ad effettuare il sopralluogo dei locali interessati alla fornitura.

21. STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Per i tempi e per la formalizzazione del contratto si rinvia agli artt.11 e 79 del D.Lgs.163/06 e smi.

In particolare si procederà alla formalizzazione contrattuale mediante sottoscrizione di scrittura privata tra le parti (il cui schema è allegato alla documentazione di gara).

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria.

La formalizzazione contrattuale svincola automaticamente la cauzione provvisoria presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria; non si procederà pertanto alla restituzione della medesima.

Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.38 del d.Lgs. 163/06 s.m.i.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 163/06 e smi, questa Azienda si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

22. GARANZIE DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06 e smi.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata all'impresa capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le imprese facenti parte dello stesso.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro i termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara.

Lo svincolo della cauzione definitiva anzidetta sarà disposto da questa Azienda su espressa richiesta dell'impresa aggiudicataria solo dopo l'attestazione di corretta e regolare esecuzione della fornitura.

23. ALTRE NORME

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione delle risultanze da parte di questa Azienda.

Questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al

riguardo, di: non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Per quanto non previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara, si rinvia alla documentazione di gara elencata in premessa, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica, tel. 0721/366206-6340-6341; fax: 0721/366336.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)

Oggetto della gara: _____
Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
(_____)
residente a _____ (_____) Via _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
della ditta _____ (di seguito nominata per brevità Impresa)
con _____ sede _____ legale _____ in _____

N codice attività dell'Impresa _____

N matricola INPS dell'Impresa _____

Camera di Commercio competente _____ ; fax: _____

Cancelleria fallimentare competente _____ ; fax: _____

Provincia competente _____ ; fax: _____

Agenzia delle Entrate competente _____ ; fax: _____

Concessionario Riscossione Tributi competente _____ ; fax: _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

A) DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME (barrare la casella corrispondente):

- impresa singola;
- raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle seguenti imprese (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto eseguite da ciascuna ditta):

| Ditta | Prestazioni eseguite | % dell'appalto eseguita |
|-------|----------------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente impresa (mandataria) _____ che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandati. Inoltre si uniformerà alla disciplina vigente in materia;

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane (art.34 co.1 lett.b del D.Lgs. 163/06 e smi);
 - consorzio stabile (art.34 co.1 lett.c del D.Lgs. 163/06 e smi);
 - consorzio ordinario (art.34 co.1 lett.e del D.Lgs. 163/06 e smi);
- per conto delle seguenti ditte consorziate (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto eseguite da ciascuna ditta):

| Ditta | Prestazioni eseguite | % dell'appalto eseguita |
|-------|----------------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

INOLTRE ATTESTA/DICHIARA:

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice ossia:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
 - c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
oppure
 - c.1) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

-
-
- d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); in merito si precisa che l'Impresa (**barrare la casella corrispondente**):
- ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla L. 68/99;
 - non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici);
 - non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000;
- k. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- l. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- n. ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- (oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- (oppure)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che, a pena di esclusione:

1. le attestazioni di cui sopra nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;

- che la succitata ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ (_____) n. _____ per la seguente attività _____;
- i seguenti dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi:

| Nome e cognome | Carica | Luogo e data di nascita | Codice fiscale | Residenza |
|----------------|--------|-------------------------|----------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- si attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- accetta, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- **chairmenti**
- attesta di aver perfetta conoscenza dell'ubicazione delle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" interessate alla fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura;
- attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione)

Ulteriori dichiarazioni NON ESSENZIALI:

- indica il seguente domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, di posta elettronica non certificata ed il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
 - domicilio fiscale: _____;
 - codice fiscale: _____;
 - partita IVA: _____;
 - indirizzo PEC: _____;

- mail non certificata: _____;
- numero di fax: _____

- dimensione aziendale (**barrare una delle seguenti opzioni**):
 - Da 1 a 5 dipendenti
 - Da 6 a 15 dipendenti
 - Da 16 a 50 dipendenti
 - Da 51 a 100 dipendenti
 - Oltre 100
- totale lavoratori n _____ di cui dipendenti n _____
- accesso agli atti (**barrare una delle seguenti opzioni**):
 - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
 - non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- **SUBAPPALTO (art. 118 D.Lgs. 163/2006):**
che intende subappaltare le seguenti parti della fornitura (specificare le prestazioni e la percentuale dell'appalto che si intende subappaltare):

- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'utilizzo dei dati contenuti nella documentazione di gara presentata ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti

N.B. = PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI SI RINIVA A QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA (PUNTO 15)

In caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:


- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;


c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Il Dichiarante



In particolare il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.1341 c.c., di accettare le disposizioni contenute nella documentazione di gara

Il Dichiarante



ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- L'impresa ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste e/o allegare al presente schema eventuali ulteriori dichiarazioni.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e smi:

Si informa che:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici;
- i dati possono essere comunicati a:
 1. personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento
 2. concorrenti che partecipano alla gara
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241
 4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di appalti;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione

richiesta dalla Amministrazione in base alla vigente normativa, in caso di mancato conferimento questa Azienda si riserva di chiedere l'integrazione della documentazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'ESCLUSIONE;

- il Responsabile del trattamento è il Dott.ssa Chiara D'Eusanio, mentre soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi all'indirizzo specificato.

Modello Offerta

Il sottoscritto _____, con sede legale in _____ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta C.F./P.Iva _____, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di _____, in esecuzione all' A.C. Opzioni Riuniti Marche Nord dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Premesso quanto sopra il sottoscritto si impegna a eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

I costi della sicurezza legati all'attività di impresa, non soggetti a ribasso, sono pari ad € _____

(a.b. = l'indicazione dei costi della sicurezza sono previsti a pena di esclusione)

LOTTO N. 1) importo complessivo a base d'asta € 340.000,00 IVA esclusa

| descrizione | Q.TA. (col. A) | CODICE PRODOTTO | prezzo unitario IVA Esclusa (col. B) | prezzo complessivo IVA Esclusa (col. C = col. A x col. B) |
|---|-------------------|--------------------|--|---|
| tavoli bar/caffè | 8 | | | |
| asse portafoglio con gamba | 8 | | | |
| riposiglio braccio | 8 | | | |
| vano portabacchette per ossigeno | 2 | | | |
| spese protezione pazienza rimovibili/alatrabili | 16 | | | |

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA ESCLUSA
(colonna col. C)

aliquota IVA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA INCLUSA

Quantozioni servizi di assistenza tecnica successivi alla scadenza del periodo di garanzia
(indicare la percentuale di incidenza su base annuo rispetto al valore di acquisto offerto)

Assistenza "Service TUTTO COMPRESO" (T.C.)

perizia "tecniche" PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL' AORIN

data, timbro della società e firma leggibile

Modulo Offerta

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _____, con sede legale in _____, via _____, C.F./P.Iva _____, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di _____ occorrente all' A.O. Ospedali Riuniti MARche Nord dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

I costi della sicurezza legati all'attività di impresa, non soggetti a ribasso, sono pari ad € _____
(n.b. = l'indicazione dei costi della sicurezza sono previsti a pena di esclusione)

| LOTTO N. 2) importo compl.vo a base d'asta: € 200.000,00 IVA esclusa | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DESCRIZIONE | Q.TA' (col.A) | CODICE PRODOTTO | prezzo unitario IVA Esclusa | prezzo complessivo IVA Esclusa |
| letto operatorio a piani trasferibili così composto: | | | | |
| colonna mobile | 1 | | | 0 |
| piani trasferibili | 2 | | | 0 |
| carrelli | 2 | | | 0 |
| Accessori A (in elenco) | | | | |
| appoggia braccio | 2 | | | 0 |
| reggitelo | 2 | | | 0 |
| supporti laterali con cuscini per addome e schiena | 1 | | | 0 |
| cuscini aggiuntivi per addome schiena da adattare ai supporti laterali | 2 | | | 0 |
| reggispalle | 2 | | | 0 |
| carrello porta accessori con relativi contenitori di supporto | 1 | | | 0 |
| fasce fissa-corpo | 2 | | | 0 |
| fasce fissa-polso | 2 | | | 0 |
| fasce fissa-gambe separate | 2 | | | 0 |
| reggipolpacci (tipo a stivaletto) | 2 | | | 0 |
| pezzo tipo GOEPEL | 2 | | | 0 |
| pezzo ALLEN | 2 | | | 0 |
| tavolino portastrumenti da posizionare vicino al piano pelvico | 1 | | | 0 |
| placca acrilica per la protezione del braccio | 1 | | | 0 |
| letto operatorio mobile | 2 | | | 0 |
| Accessori B (in elenco) | | | | |
| cuscino gel poggia testa | 1 | | | 0 |
| appoggia braccio | 2 | | | 0 |
| reggitelo | 2 | | | 0 |
| supporti laterali con cuscini per addome e schiena | 2 | | | 0 |
| cuscini aggiuntivi per addome schiena da adattare ai supporti laterali | 2 | | | 0 |
| pezzi reggispalle | 4 | | | 0 |
| carrello porta accessori con relativi contenitori di supporto | 3 | | | 0 |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| fasce fissa-corpo | 4 | | | 0 |
| fasce fissa-polso | 4 | | | 0 |
| fasce fissa-gambe separate | 4 | | | 0 |
| pezzi tipo GOEPEL | 2 | | | 0 |
| pezzi reggipolpacci (tipo a stivaletto) | 2 | | | 0 |
| placca acrilica per la protezione del braccio | 2 | | | 0 |
| teli di protezione RX da aggancare alle barre del letto per l'esecuzione di esami radiologici corredato degli accessori | 2 | | | 0 |
| sponde protezione caduta paziente removibili/abbattibili | 4 | | | 0 |

| | |
|---|--|
| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA ESCLUSA (somma col. C) | |
|---|--|

| | |
|---------------------|--|
| aliquota IVA | |
|---------------------|--|

| | |
|---|--|
| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA INCLUSA | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| Quotazione servizi di assistenza tecnica (indicare la percentuale di incidenza su base annuo rispetto al valore di acquisto offerto) | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Assistenza Tecnica "TUTTO COMPRESO" (TC) | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Assistenza Tecnica "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'AORMN" (IC) | |
|--|--|

data, timbro della società e firma leggibile



CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina l'acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessità di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

- SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- CTP: capitolato tecnico prestazionale che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
- Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;
- Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;
- T.U. n. 445/2000;
- L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura - in n. 2 lotti distinti - interi non frazionabili -, installazione, messa in funzione delle seguenti TS:

- Lotto 1) n. 8 Tavoli Barelle, garanzia 12 mesi - importo a base d'asta € 100.000,00 IVA esclusa;
- Lotto 2) n. 3 Letti operatori, garanzia 12 mesi - importo a base d'asta 200.000,00 IVA esclusa.

Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia ai relativi CT.

Art. 3 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita all'ing. Natascia Rondina, ingegnere biomedico della UOC Ingegneria Clinica o suo delegato.

Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010 s.m.i. nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che la merce consegnata dal fornitore sia conforme al prodotto aggiudicato ed al capitolato di gara,
- il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il "certificato di verifica di conformità/collaudato" (art. 322, DPR 207/2010) con le modalità previste al successivo art. 6 del presente capitolato speciale;
- attesta il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità;
- effettua le attività di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza della garanzia e le attività di monitoraggio sulla corretta funzionalità delle apparecchiature ed emette, al termine del periodo di garanzia, "l'attestazione di regolare esecuzione" (ai sensi dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010);
- segnala l'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;
- svolge tutte le attività/adempimenti previsti dal DPR 207/2010.

Art. 4 - CONSEGNA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico) dovrà essere consegnata - installata - funzionante e pronta al collaudo entro **massimo 45 giorni naturali, consecutivi e continui** dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.

Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà essere garantita la consegna delle tecnologie all'ultima versione del valore commerciale aggiudicato.

L'impresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/366411-365258). In caso di mancato rispetto di tale prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente capitolato speciale.

Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a quelli aggiudicati. In tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all'ordinativo scritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all'offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, l'aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette

sostituzioni. L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. L'aggiudicatario dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA l'allacciamento elettrico, idraulico e la connessione di rete. All'installazione dovranno essere consegnati i manuali per operatore. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.

L'impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

L'impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

L'impresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e smi e D.P.R. n. 207/2010.

Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti dall'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell'azienda sia dell'utenza, ed agire occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Responsabile tecnico della fornitura:

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un responsabile tecnico della fornitura che dovrà interfacciarsi con il RUP ed il DEC per tutte le comunicazioni relative alla fornitura oggetto del presente documento.

Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi:

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione (si rinvia all'art. 14 dello schema di contratto).

Art. 6 - COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITA')

Il DEC procederà al collaudo (verifica di conformità) dell'attrezzatura aggiudicata.

Il collaudo ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell'arte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. *Verifica documentale:*

- 1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;
- 1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;
- 1.3. la fornitura in *due copie del manuale d'uso* (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;
- 1.4. la fornitura del *manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service)* contenente tutte le istruzioni necessarie per la *manutenzione correttiva e preventiva* delle TS fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, *tutte le password di accesso* (comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;
- 1.5. *elenco di parti/ricambi* con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);
- 1.6. descrizione su documento a parte, se non già comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di *manutenzione preventiva* necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;
- 1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;
- 1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla *manutenzione correttiva e preventiva* delle TS fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. *Verifica Operativa*

- 2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;
- 2.2 Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:
 - 2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (*Questionario Tecnico*), se richiesti e ove ciò sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
 - 2.2.2 valutazione della conformità delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall'Aggiudicatario.
- 2.3 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;
- 2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;
- 2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso il collaudo verificherà la qualità complessiva della fornitura (TS, servizi, ...) , applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato dalla SA.

Esiti del collaudo:

- a) il collaudatore, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di collaudo **con esito positivo (certificato di verifica di conformità)** ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010 e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;
- b) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TS e sono di lieve entità, il collaudatore emette il **certificato di collaudo con esito positivo** e determina,

nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

- c) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalità della TS ma necessitano di attività correttive, il collaudatore sospende il collaudo ed **emette un'autorizzazione provvisoria all'uso** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito positivo;
- d) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità della TS aggiudicata il collaudatore **sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformità** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà del collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte il collaudatore emette un certificato di collaudo con esito positivo;
- e) riscontrandosi, durante il collaudo, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalità della TS aggiudicata e che non sono sanabili il collaudatore **emette un certificato di collaudo con esito negativo**.

In caso di esito negativo del collaudo il collaudatore trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare l'aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla SA. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il collaudatore **sospende** il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P., proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P. non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

L'Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente all'esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 7 - CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

La liquidazione della fattura avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali (esito positivo del collaudo) effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 i pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data dell'attestazione di regolare adempimento agli obblighi contrattuali. In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i, a pena di nullità assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si fa espresso riferimento alla disciplina prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 s.m.i:

- nell'ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;
- nell'ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa circostanza non sospende i termini di consegna di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale;
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara sarà applicata una penale, per ogni non conformità rilevata, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo pari al valore dello 0,05% calcolato sull'intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull'intero importo contrattuale.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 s.m.i;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;

- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dalla Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni della Ditta.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" "

(scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara"), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano **essere pari a zero**.

Prima dell'avvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione di cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DVR.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 163/06 s.m.i, al DPR 207/2010 ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

~~~~~

All. 5 alle  
determina

ALLEGATO N° 5 ..... ALLA DETERMINA N° 120  
DEL ..... 26 FEB, 2016 .....



## AZIENDA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

### 2° STRALCIO

Fornitura e installazione di Tavoli Barelle e Letti Operatori per  
l'allestimento del Polo Endoscopico e della Sala Operatoria di Ginecologia  
e Ostetricia del P.O. Santa Croce di Fano

Capitolato descrittivo prestazionale

## Indice generale

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Il nuovo Polo Endoscopico e la nuova Sala Operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fano nei suoi termini generali .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>1.1. Definizioni .....</b>                                                                                                               | <b>3</b>  |
| <b>1.2. Caratteristiche generali della fornitura .....</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| 1.2.1. Oggetto della fornitura .....                                                                                                        | 4         |
| 1.2.2. Destinazione d'uso .....                                                                                                             | 5         |
| 1.2.3. Durata della garanzia .....                                                                                                          | 5         |
| 1.2.4. Obiettivi specifici della fornitura .....                                                                                            | 5         |
| 1.2.5. Quadro Economico di Progetto .....                                                                                                   | 6         |
| <b>2. Descrizione della Fornitura .....</b>                                                                                                 | <b>7</b>  |
| 2.1.1. Premessa .....                                                                                                                       | 8         |
| 2.1.2. Apparecchiature da fornire .....                                                                                                     | 8         |
| 2.1.3. Vincoli, Condizioni e Sopralluogo .....                                                                                              | 9         |
| 2.1.4. Caratteristiche Generali .....                                                                                                       | 9         |
| 2.1.5. Conformità normativa .....                                                                                                           | 9         |
| <b>3. Servizi .....</b>                                                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>3.1. Servizi annessi alla realizzazione della fornitura .....</b>                                                                        | <b>10</b> |
| 3.1.1. Consegna ed Installazione .....                                                                                                      | 10        |
| 3.1.2. Formazione all'uso .....                                                                                                             | 10        |
| 3.1.3. Garanzia - Assistenza Tecnica Full Risk .....                                                                                        | 11        |
| <b>3.2. Servizi post-garanzia .....</b>                                                                                                     | <b>11</b> |
| <b>4. Allegati .....</b>                                                                                                                    | <b>12</b> |



# 1. Il nuovo Polo Endoscopico e la nuova Sala Operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fanonei suoi termini generali

## 1.1. Definizioni

Nel presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

- **AORMN/Ente appaltante:** Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord con sede legale in Piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro (PU) Tel. 0721.3611 - P.I. 02432930416
- **Committente:** AORMN
- **RUP:** responsabile unico del procedimento
- **DEC:** Direttore della Esecuzione del contratto
- **DOP:** Direttore Operativo
- **Ingegneria Clinica & Health Technology Assessment (ICHTA):** servizio interno alla AORMN deputato alla gestione delle tecnologie biomediche;
- **Ingegneria Clinica (IC):** servizio interno alla ASUR deputato alla gestione delle tecnologie biomediche;
- **Operatore economico:** l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
- **Produttore/Fabbricante:** la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.
- **Concorrente/Offerente/Ditta offerente:** operatore economico che presenta offerta nell'ambito della procedura di gara
- **Appaltatore/Ditta aggiudicataria/Impresa:** il soggetto scelto in conseguenza della procedura di gara e individuato come aggiudicatario dell'appalto, che ha sottoscritto il contratto
- **Contratto:** accordo a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra la il committente e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione del servizio in questione alle condizioni previste dal presente capitolato.
- **Termini:** i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono, di norma, dal giorno successivo all'atto o all'evento che ne costituisce il punto di partenza, salvo quanto diversamente disposto nel Capitolato. Qualora l'ultimo giorno del periodo coincida con un giorno festivo, il termine scade il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo.



## 1.2. Caratteristiche generali della fornitura

### 1.2.1. Oggetto della fornitura

La presente procedura di gara è finalizzata alla acquisizione a LOTTI SEPARATI dei beni e servizi di seguito elencati:

- Fornitura ed installazione di Tavoli Barellee Letti Operatori e relativi accessori per l'allestimento del Polo Endoscopico del P.O. Santa Croce di Fano, del Polo endoscopico del P.O. San Salvatore di Pesaro e della sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fano.
- Fornitura/Servizi di:
  - Consegna ed installazione delle tecnologie offerte in progetto;
  - Formazione all'uso, all'agevolazione e monitoraggio delle apparecchiature offerte;
  - Assistenza Tecnica Full Risk (manutenzione preventiva e correttiva, supporto utenti, risk management) per tutta la durata della garanzia.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria principale:[Z] APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORIE MATERIALI                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Gruppi:<br>[Z12] STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI<br>[Z11] STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Tipologie:<br>[Z1201]STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE<br>[Z120112]STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE<br>[Z1103]STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA<br>[Z110305]STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA |                                                                                                        |
| CODICE CND/CIVAB                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE                                                                                            |
| Z12011202/TOP                                                                                                                                                                                                                                                      | TAVOLI OPERATORI                                                                                       |
| Z11030503/TPA                                                                                                                                                                                                                                                      | TAVOLI PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO                                                        |
| UBICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | Locali Polo Endoscopico e Sala Operatoria Ostetricia e Ginecologia                                     |
| PRESIDIO OSPEDALIERO                                                                                                                                                                                                                                               | P.O.SANTA CROCE DI FANO                                                                                |
| AZIENDA                                                                                                                                                                                                                                                            | AO OSPEDALIRI UNITI MARCHE NORD                                                                        |
| DESTINAZIONE D'USO                                                                                                                                                                                                                                                 | Allestimento tecnologico di apparecchiature biomediche fisse e mobili per attività di sala operatoria. |



### **1.2.2. Destinazione d'uso**

Allestimento previsto in ambiente di sala operatoria per il corretto posizionamento del paziente con l'utilizzo di apparecchiature radiologiche per indagini diagnostiche e/o interventi chirurgici endoscopici e a cielo aperto.

### **1.2.3. Durata della garanzia**

La durata contrattuale (garanzia + servizi) è pari a complessivi 12 mesi dalla data di collaudo, ovvero all'eventuale offerta migliorativa aggiudicataria.

Nel periodo successivo (post garanzia) AORMN si riserva la facoltà di attivare uno dei contratti di manutenzione tra quelli descritti nei relativi Allegati.

### **1.2.4. Obiettivi specifici della fornitura**

Gli obiettivi che l'Amministrazione Appaltante intende perseguire con l'acquisizione delle attrezzature oggetto della gara sono i seguenti:

- Migliorare la performance di utilizzo delle apparecchiature e del personale;
- Rispondere alle esigenze di rinnovo delle T.S. e adeguamento allo stato dell'arte della tecnologia
- Miglioramento delle funzionalità ed incremento del livello di sicurezza offerto al paziente;
- Migliorare e rendere più efficiente il processo di cura;
- Assicurare una gestione appropriata, efficace, efficiente, sicura ed economica delle attrezzature, nell'ambito delle specifiche destinazione d'uso;
- Assicurare le migliori condizioni di lavoro a tutto il personale dell'Amministrazione Appaltante.



### 1.2.5. Quadro Economico di Progetto

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| VOCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTI  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PARZIALI | TOTALI              |
| <b>LOTTO 1</b><br>Fornitura ed installazione di tavoli barelle e relativi accessori per l'allestimento del Polo Endoscopico del P.O. Santa Croce di Fano<br>Servizi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna ed installazione delle tecnologie offerte;</li> <li>• Formazione all'uso, allagestione e monitoraggio delle apparecchiature offerte;</li> <li>• Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della garanzia.</li> </ul>                                                     |          | 100.000,00          |
| <b>LOTTO 2</b><br>Fornitura ed installazione di letti operatorie relativi accessori per l'allestimento del Polo Endoscopico e della sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santa Croce di Fano<br>Servizi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna ed installazione delle tecnologie offerte;</li> <li>• Formazione all'uso, allagestione e monitoraggio delle apparecchiature offerte;</li> <li>• Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della garanzia.</li> </ul> |          | 200.000,00          |
| <b>Importo complessivo a base d'asta al netto oneri della sicurezza IVA ESCLUSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>€ 300.000,00</b> |
| Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta relativi alle attività rientranti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0,00   |                     |
| Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | € 0,00              |
| <b>Importo complessivo inclusi oneri della sicurezza IVA ESCLUSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <b>€ 300.000,00</b> |
| IVA (22%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | € 66.000,00         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>€ 366.000,00</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |
| <b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>€ 366.000,00</b> |



## 2. Descrizione della Fornitura

Quanto di seguito descritto rappresenta un modello progettuale di riferimento.

Il Concorrente dovrà:

- adottare e/o migliorare il più possibile il modello proposto;
- rispettarne i vincoli;
- fornire tecnologie adeguate in termini generali, di performance ed affidabilità.

Il Concorrente dovrà elencare chiaramente dove sono stati installati sistemi analoghi a quelli offerti.

L'intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a:

1. manuale utente per l'utilizzo di ogni apparecchiatura compresa nella fornitura
2. manuali tecnici/operativi e di amministrazione del sistema usati dal personale della ditta aggiudicataria per la gestione e amministrazione del sistema

Le specifiche tecniche del sistema offerto sono descritte nell'*Allegato n.1 – Questionario Tecnico* e sono distinte in:

- **obbligatorie le specifiche di 'minima'.**

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.

Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l'ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.

Il soddisfacimento 'stretto' ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.

Il soddisfacimento 'ampio' ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

- **auspicabili le specifiche 'preferenziali'.**

La fornitura PUO' soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.

Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

Ogni specifica i-esima è espressa in tabella indicandone:

- il codice identificativo univoco IDi (ad es. ID1, ID34,...) della caratteristica;
- la categoria di appartenenza della caratteristica (ad es. SICUREZZA);
- la descrizione della caratteristica o requisito;
- la condizione richiesta della caratteristica (MIN=specifico di minima, PRE=specifico preferenziale).



La descrizione della fornitura, le specifiche di minima e le specifiche preferenziali devono essere esplicitamente dichiarate e sottoscritte dal Concorrente tramite la compilazione degli allegati n.1 e n.2- Questionario Tecnico in formato Excel.

### **2.1.1. Premessa**

La presente fornitura si propone di attrezzare le sale del nuovo Polo Endoscopico e l'area preparazione/osservazione paziente del P.O. Santa Croce di Fano e di sostituire per obsolescenza il Parco attrezzature del Polo Endoscopico del P.O. San Salvatore di Pesaro. Inoltre la presente fornitura si propone di allestire la nuova sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fano.

### **2.1.2. Apparecchiature da fornire**

#### **LOTTO 1**

Allestimento delle sale del nuovo Polo Endoscopico e area preparazione/osservazione paziente del P.O. Santa Croce di Fano con le seguenti tecnologie:

- n.5 Tavoli Barelle

Allestimento delle sale del Polo Endoscopico di Pesaro e area preparazione/osservazione con le seguenti tecnologie:

- n.3 Tavoli Barelle

#### **LOTTO 2**

Allestimento delle sale del nuovo Polo Endoscopico e area preparazione/osservazione paziente del P.O. Santa Croce di Fano con le seguenti tecnologie:

- n.2 Tavoli operatori mobili

Allestimento della sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fano con le seguenti tecnologie:

- n.1 Tavolo operatorio a piani trasferibili con accessori a corredo

Per entrambi i lotti sono inoltre da intendersi inclusi nella fornitura i costi relativi a:

- Realizzazione delle opere edili/impiantistiche propedeutiche all'installazione delle tecnologie;
- Consegna ed installazione delle tecnologie offerte;
- Formazione all'uso, all'agestione e monitoraggio delle apparecchiature offerte;
- Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della garanzia.



### 2.1.3. Vincoli, Condizioni e Sopralluogo

Si tenga presente che comunque sono da ritenersi validi i seguenti vincoli e condizioni:

- Tutte le opere di installazione fino al collaudo dell'intera fornitura sono da ritenersi a carico della Ditta offerente.
- Le apparecchiature e/o gli eventuali accessori dovranno essere fornite con spine di alimentazione compatibili con le prese in dotazione all'AORMN;
- Nella progettazione dell'allestimento, la Ditta in seguito a verifica delle portate statiche esistenti, dovrà indicare come collocare le proprie attrezzature.

### 2.1.4. Caratteristiche Generali

La conformazione arrotondata delle piegature e degli spigoli deve essere rispondente ai requisiti prescritti per la sicurezza degli operatori. Tutti gli arredi devono essere conformi a quanto definito dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al D.lgs 81/2008.

### 2.1.5. Conformità normativa

Il progetto, i prodotti ed i servizi presentati in offerta dal concorrente **DEVONO OBBLIGATORIAMENTE** essere conformi alle norme standard cogenti.

I prodotti classificati secondo la loro destinazione d'uso come 'dispositivi medici' (D.L.46/97 , D.L.37/2010 e s.m.i. Direttive Europee 93/42/CE, 2007/47/CE e s.m.i) **DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE:**

- essere registrati nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici;
- possedere la marcatura CE in accordo ai D.L.46/97 , D.L.37/2010 e s.m.i.

## 3. Servizi

Il presente appalto prevede che la realizzazione della fornitura comprende i seguenti servizi:

- Consegna ed installazione delle tecnologie offerte in progetto;
- Formazione all'uso;
- Assistenza Tecnica Full Risk tutta la durata della garanzia.

Il Concorrente dovrà indicare in offerta, oltre al valore a corpo della fornitura di beni/servizi, anche il valore a canone dei servizi richiesti nel periodo post-garanzia (pari a 12 mesi, ovvero all'eventuale offerta migliorativa aggiudicataria) secondo quanto indicato nel presente documento.

Le specifiche dei servizi offerti sono descritte negli *Allegati n.1 e n.2 – Questionario Tecnico*



### **3.1. Servizi annessi alla realizzazione della fornitura**

#### **3.1.1. Consegna ed Installazione**

La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant'altro previsto nell'offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell'ordine.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, l'Aggiudicatario dovrà darne comunicazione alle aziende Committenti che si riservano il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta.

La consegna di tutto quanto previsto nell'offerta dovrà essere effettuata a tutto rischio e spese della ditta aggiudicataria e dovrà essere conclusa entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ordine.

La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i riferimenti del buono d'ordine.

L'intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a:

- manuale utente per ciascun componente hardware e/o software
- manuali tecnici / operativi del sistema per ciascun componente hardware e/o software

#### **3.1.2. Formazione all'uso**

Tale servizio dovrà permettere l'inserimento dei nuovi sistemi, sostituendo i sistemi attualmente in uso, prevedendo un adeguato piano di formazione agli operatori sanitari, amministrativi e tecnico-sanitari ed al personale tecnico dell'Azienda Committente.

Per tutto il periodo di vigenza contrattuale dovrà essere garantita la formazione:

- a tutto il personale utilizzatore dei sistemi offerti per l'apprendimento delle funzioni generiche e specialistiche e per la gestione dei sistemi offerti;
- al personale tecnico non sanitario della ICHTA ovvero a personale da questi indicato per la gestione amministrativa ad alto livello del sistema e per il supporto tecnico di primo intervento.



A tale riguardo il Concorrente dovrà presentare uno specifico piano di formazione comprendente:

- le modalità e gli strumenti di formazione adottati
- l'individuazione dei diversi profili di formazione sulla base delle funzioni svolte dall'utente
- la programmazione degli eventi formativi
- la sintesi degli argomenti trattati per ciascun profilo di formazione

Il piano di formazione dovrà contemplare la copertura formativa di tutto il personale coinvolto.

Successivamente al periodo di garanzia ulteriori servizi di formazione a carattere continuativo saranno inclusi e remunerati nei servizi a canone e saranno finalizzati a:

- mantenimento del livello di formazione raggiunto;
- approfondimento nell'uso e nella gestione avanzata delle risorse e degli strumenti messi a disposizione;
- formazione per nuove implementazioni/evoluzioni del sistema;
- formazione per turn-over del personale.

### **3.1.3. Garanzia - Assistenza Tecnica Full Risk**

Con il presente appalto si richiede l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica Full Risk di tutti i sistemi forniti nell'ambito del presente appalto per tutta la durata della garanzia, ovvero all'eventuale offerta migliorativa aggiudicataria. Saranno giudicate positivamente le offerte che estenderanno il periodo di garanzia oltre i 12 mesi.

I dettagli del servizio di Assistenza Tecnica Full Risk sono contenuti all'Allegato n.3 – Disciplinare Tecnico di Manutenzione AB.

## **3.2. Servizi post-garanzia**

Successivamente al periodo di valenza contrattuale il Committente ha facoltà di richiedere la fornitura di ulteriori servizi di cui al presente paragrafo sulla base del valore di offerta quotato dal Concorrente a canone annuo intendendo con ciò il corrispettivo dovuto per la fornitura dello specifico servizio per anni uno. Si richiede pertanto di fornire la quotazione in termini percentuali dell'incidenza di tali servizi su base annua rispetto al valore di acquisto dichiarato in Offerta Economica. I servizi per i quali si procederà a fornire una valutazione in termine qualitativo sono i seguenti:

- Assistenza Tecnica "TUTTO COMPRESO" (TC);
- Assistenza Tecnica "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'AORMN" (IC).

I dettagli dei servizi di Assistenza Tecnica richiesti sono contenuti all'Allegato n.3 – Disciplinare Tecnico di Manutenzione AB.



#### 4. Allegati

- Allegato n.1.1–Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico (in formato Excel) – LOTTO 1
- Allegato n.1.2 - Specifiche Tecniche - Questionario Tecnico (in formato Excel) – LOTTO 2
- Allegato n.2 - Criteri di valutazione
- Allegato n.3 - Disciplinare Tecnico per il Servizio di Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche
  - sub 3.1 - ICHTA.1 – *“installazione fornitura e servizio di formazione personale tecnico e sanitario”*
  - sub 3.2 - ICHTA.2 – *“servizio di assistenza tecnica della ditta”*
  - sub 3.3 - ICHTA.3 – *“offerta per contratti di manutenzione”*



**CARATTERISTICHE DI MINIMA**

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.  
 Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l'ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.  
 Il soddisfacimento 'stretto' ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.  
 Il soddisfacimento 'ampio' ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.  
 La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

|          |                        | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA                                                                                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                     |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID (CMI) | CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (DI)                                                                                                                                              | CM/CP | S/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative) |
| CM1      |                        | <b>TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO</b>                                                                                                                                                 | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM2      |                        | <b>GENERALITA':</b>                                                                                                                                                                                    | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM3      | CRITERIO A             | Tavolo/barella ideale per la gestione di esami endoscopici;                                                                                                                                            | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM4      | CRITERIO D             | Tavolo/barella ideale per la movimentazione del paziente in sicurezza;                                                                                                                                 | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM5      | CRITERIO C             | Base del tavolo/barella a C                                                                                                                                                                            | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM6      | CRITERIO A             | Dotato/a di 4 ruote antistatiche frenabili;                                                                                                                                                            | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM7      | CRITERIO D             | Tavolo/Barella che consenta un ampio e agevole utilizzo dell'amplificatore di brillantezza;                                                                                                            | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM8      | CRITERIO F             | Presenza di maniglioni posti all'estremità del tavolo/barella per consentire un maneggevole e sicuro trasporto;                                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM9      | CRITERIO A             | Tavolo/Barella in acciaio INOX o alluminio CrNi                                                                                                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM10     | CRITERIO B             | regolazione in altezza del telaio di tipo idraulica                                                                                                                                                    | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM11     | CRITERIO A             | presenza maniglione di spinta                                                                                                                                                                          | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM12     |                        | <b>PIANO</b>                                                                                                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM13     | CRITERIO C             | Il piano deve essere composto da due sezioni con struttura in acciaio inox o plexiglass o materiale equivalente che ne garantisca la totale radiotrasparenza.                                          | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM14     | CRITERIO A             | sezione del piano inclinabile fino a 60°                                                                                                                                                               | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM15     | CRITERIO A             | Dimensioni di ingombro indicativamente max 220x600 cm.                                                                                                                                                 | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM16     | CRITERIO A             | Larghezza del piano almeno 80 cm.                                                                                                                                                                      | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM17     | CRITERIO E             | Materiale di realizzazione del tavolo/barella resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi                                                                                              | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM18     | CRITERIO E             | Di facile pulizia per l'operatore                                                                                                                                                                      | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM19     | CRITERIO E             | Materassini sterilizzabili in autoclave, asportabili nelle singole sezioni, radiotrasparenti, antidecubito, latex free di altezza non inferiore a 6 cm.                                                | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM20     | CRITERIO E             | Cuscino anatomico testa                                                                                                                                                                                | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM21     | CRITERIO A             | Carico paziente non inferiore a 160 Kg.                                                                                                                                                                | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM22     | CRITERIO D             | I materassini devono garantire la copertura completa di tutti gli snodi e delle superfici con cui il paziente potrebbe venire a contatto;                                                              | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM23     | CRITERIO D             | Spondine laterali di protezione paziente                                                                                                                                                               | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM24     | CRITERIO D             | Spondine di tipo removibili                                                                                                                                                                            | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM25     | CRITERIO D             | Spondine di tipo abbattibili                                                                                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM26     | CRITERIO A             | Presenza di rotaie porta accessori in acciaio almeno 4 per ogni barella                                                                                                                                | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM27     | CRITERIO D             | Materassino di emergenza scorrevole radiotrasparente                                                                                                                                                   | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM28     | CRITERIO A             | <b>Elevata qualità costruttiva e funzionale degli Accessori</b>                                                                                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM29     | CRITERIO A             | Tutti gli accessori dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio con aggancio di tipo universale e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM30     | CRITERIO G             | <b>Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO</b>                                                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM31     | CRITERIO G             | durata estensione garanzia di tipo FULL RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi                                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM32     | CRITERIO F             | <b>Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)</b>                                                                                                                                 | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM33     | CRITERIO F             | copertura del servizio in giorni festivi o prefestivi: NO                                                                                                                                              | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM34     | CRITERIO F             | copertura 24h/7gg. NO                                                                                                                                                                                  | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM35     | CRITERIO F             | inclusa fornitura consumabile: NO                                                                                                                                                                      | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM36     | CRITERIO F             | inclusa fornitura usurabile: NO                                                                                                                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM37     | CRITERIO F             | tempo massimo di consegna parti/cambi da magazzino ≤ 48h                                                                                                                                               | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM38     | CRITERIO F             | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM39     | CRITERIO F             | o per guasto bloccante ≤ 17h                                                                                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM40     | CRITERIO F             | o per guasto non bloccante ≤ 48h                                                                                                                                                                       | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM41     | CRITERIO F             | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)                                                                                               | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM42     | CRITERIO F             | o per guasto bloccante ≤ 48h                                                                                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM43     | CRITERIO F             | o per guasto non bloccante ≤ 96h                                                                                                                                                                       | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM44     | CRITERIO F             | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI                                                                                                                                           | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM45     | CRITERIO F             | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI                                                                                                                                            | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM46     | CRITERIO F             | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI                                                                                                                                      | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM47     | CRITERIO F             | nessuna esclusione di parti/cambi in vigenza contrattuale: SI                                                                                                                                          | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM48     | CRITERIO F             | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg                                                                                                    | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM49     | CRITERIO F             | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) - 8h                                                                                                                                       | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM50     | CRITERIO F             | range orario attività lavorative (in vigenza contrattuale) - 8h                                                                                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM51     | CRITERIO F             | manutenzione remota, teleassistenza: NO                                                                                                                                                                | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM52     | CRITERIO F             | fornitura HW per manutenzione remota: NO                                                                                                                                                               | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM53     | CRITERIO F             | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 4%                                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM54     | CRITERIO F             | <b>Servizi di Formazione e supporto scientifico</b>                                                                                                                                                    | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM55     | CRITERIO F             | durata del corso per il personale tecnico e medico su più giornate (copertura di almeno 3 turni lavorativi) ≥ 6h                                                                                       | CM    |      |                                                                                                                                     |
| CM56     | CRITERIO F             | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h                                                                                                                                              | CM    |      |                                                                                                                                     |



**CARATTERISTICHE PREFERENZIALI**

La fornitura PUO' soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.

Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

**E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA**

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

|         |            | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA                                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID (CP) |            | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (DI)                                                                                            | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative) |
| CP1     |            | <b>TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO</b>                                                                                               |       |       |                                                                                                                                     |
| CP2     |            | <b>GENERALITA':</b>                                                                                                                                  |       |       |                                                                                                                                     |
| CP3     | CRITERIO D | presenza paracolpi di sicurezza                                                                                                                      |       |       |                                                                                                                                     |
| CP4     | CRITERIO A | regolazione in altezza del telaio di tipo elettrica                                                                                                  | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP5     |            | <b>PIANO</b>                                                                                                                                         | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP6     | CRITERIO B | Movimenti di serie elettrificati, trendellemburg e antitrendellemburg                                                                                | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP7     | CRITERIO F | Presenza di telecomando movimentazioni                                                                                                               | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP8     | CRITERIO B | Movimenti schienale superiore a 60°                                                                                                                  | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP9     | CRITERIO B | Movimentazione sezione gambe                                                                                                                         | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP10    | CRITERIO B | Caricabatterie / alimentatore integrato                                                                                                              | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP11    | CRITERIO E | Tastierino di comando facilmente sanificabile                                                                                                        | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP12    | CRITERIO A | Base del tavolo/barella completamente in acciaio INOX                                                                                                | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP13    | CRITERIO E | Ruote del tavolo/barella di grandi dimensioni e frenabili due a due                                                                                  | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP14    | CRITERIO E | Materassini sterilizzabili in autoclave, asportabili nelle singole sezioni, radiotrasparenti, antidecubito, lattex free di altezza superiore a 6 cm; | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP15    | CRITERIO A | Tavolo/barella robusto superiore a 160kg                                                                                                             | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP16    | CRITERIO C | Larghezza del piano radiotrasparente superiore a 80 cm;                                                                                              | CP    |       |                                                                                                                                     |
| CP17    | CRITERIO B | Altre caratteristiche (descrivere)                                                                                                                   | CP    |       |                                                                                                                                     |

| FORNITURA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ID        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI/NO                           | NOTE |
| 1         | N.8 tavoli barelle corredate come segue dei seguenti accessori (in totale):                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |
| 2         | n.8 aste portaflebo con due ganci                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |
| 3         | n.8 appoggia braccio                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |      |
| 4         | n.2 vano porta bombola per ossigeno                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |
| 5         | n.16 sponde protezione caduta paziente removibili/abbattibili                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |      |
| 6         | Tutti gli accessori che ne necessitano dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza                                                                                                                       |                                 |      |
| 7         | La fornitura dovrà essere comprensiva di:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |      |
| 8         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizi di formazione e supporto scientifico</b> a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) delle UOC afferenti al Polo Endoscopico e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica.</li> </ul> |                                 |      |
| 9         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servizi di assistenza tecnica</b> di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.</li> </ul>                                                                                                                         |                                 |      |
| 10        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione, configurazione a sistema, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia</li> </ul>                                                                                                                                                           |                                 |      |

| FORNITURA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPIAZIONE A CURA DELLA DITTA |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| ID        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINO                           | NOTE |
| 1         | N.1 letto operatore a piani trasferibili così composto:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |
| 2         | • N.1 colonna mobile;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |      |
| 3         | • N.2 piani trasferibili;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |
| 4         | • N.2 carrelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |      |
| 5         | • Accessori A (in elenco)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |
| 6         | n.2 appoggia braccio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |      |
| 7         | n.2 reggiletto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |
| 8         | n.1 supporti laterali con cuscini per addome e schiena                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |      |
| 9         | n.2 cuscine aggiuntivi per addome schiena da adattare ai supporti laterali                                                                                                                                                                                                                                        |                                |      |
| 10        | n.2 pezzi (1 coppia) reggispalle                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |
| 11        | n.1 carrello porta accessori con relativi contenitori di supporto                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |      |
| 12        | n.2 fascie fissa-corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |      |
| 13        | n.2 fascie fissa-polsa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |      |
| 14        | n.2 fascie fissa-gambe separate                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |
| 15        | n.2 pezzi (1 coppia) reggipolciacci (tipo a sivalletto)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |
| 16        | n.2 pezzi (1 coppia) tipo GOEPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |
| 17        | n.2 pezzi (1 coppia) ALLEN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |      |
| 18        | n.1 tavolino portastumenti da posizione vicino al piano del letto                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |      |
| 19        | n.1 piastra acrilica per la protezione del braccio                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |      |
| 20        | Tutti gli accessori che ne necessitiamo dovranno essere comandati dai relativi fornitori di fissaggio e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza                                                                                                                       |                                |      |
| 21        | N.2 letti operatori mobili così composti:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |
| 22        | • Accessori B (in elenco)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |
| 23        | n.1 cuscino del poggiatesta                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |      |
| 24        | n.2 appoggia braccio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |      |
| 25        | n.2 reggiletto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |
| 26        | n.2 supporti laterali con cuscine per addome e schiena                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |      |
| 27        | n.2 cuscine aggiuntivi per addome schiena da adattare ai supporti laterali                                                                                                                                                                                                                                        |                                |      |
| 28        | n.4 pezzi (2 coppie) reggispalle                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |
| 29        | n.2 carrello porta accessori con relativi contenitori di supporto                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |      |
| 30        | n.4 fascie fissa-polsa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |      |
| 31        | n.4 fascie fissa-gambe separate                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |      |
| 32        | n.2 pezzi (1 coppia) tipo GOEPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |      |
| 33        | n.2 pezzi (1 coppia) reggipolciacci (tipo a sivalletto)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |      |
| 34        | n.2 piastra acrilica per la protezione del braccio                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |      |
| 35        | n.2 tavoli di protezione RX da appoggiare alle barre del letto per l'esecuzione di esami radiologici con relativo degli accessori                                                                                                                                                                                 |                                |      |
| 36        | n.4 sponne protezione caduta paziente removibili/abbattibili                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |      |
| 37        | Tutti gli accessori che ne necessitiamo dovranno essere correlati dai relativi fornitori di fissaggio e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza                                                                                                                       |                                |      |
| 38        | La fornitura dovrà essere comprensiva di:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |
| 39        | • <b>Servizi di formazione e supporto scientifico</b> a favore del personale utilizzatore ( tecnico e medico) sala operatoria della UOC Ginecologia e Ostetricia, della UOC affetti al Polo Endoscopico e personale della UOC Impedimenta Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica. |                                |      |
| 40        | • <b>Servizi di assistenza tecnica</b> di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/cambi, per tutta la durata del contratto.                                                                                                                                                                               |                                |      |
| 41        | • installazione, configurazione a sistema, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia                                                                                                                                                                                                               |                                |      |

| (5)<br>DI | CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di)                                                                           | CM/CP | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA |                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                        |                                                                                                                                     |       | SI/NO                           | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative) |
| 1         |                        | TAVOLO OPERATORIO MOBILE di tipo ELETTROIDRAULICO                                                                                   | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 2         |                        | GENERALITA':                                                                                                                        | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 3         | CRITERIO C             | movimentazione alto/basso con escursione minima almeno di 25cm ( specificare)                                                       | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 4         | CRITERIO C             | movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg (specificare)                                                                        | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 5         | CRITERIO C             | movimentazione tilt bilaterale (specificare)                                                                                        | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 6         | CRITERIO C             | movimentazione traslazione longitudinale (specificare)                                                                              | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 7         | CRITERIO A             | materiale di realizzazione della colonna resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi e rivestimento in acciaio inox | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 8         | CRITERIO C             | pulsantiera integrata per la movimentazione del tavolo                                                                              | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 9         | CRITERIO A             | presenza unico comando per riportare tutti i movimenti in posizione "zero"                                                          | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 10        | CRITERIO A             | alimentatore esterno per la ricarica delle batterie del tetto/funzionamento tramite rete elettrica                                  | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 11        | CRITERIO C             | durata delle batterie (specificare)                                                                                                 | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 12        | CRITERIO C             | telecomando con cavo                                                                                                                | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 13        | CRITERIO C             | telecomando IR                                                                                                                      | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 14        | CRITERIO E             | di facile pulizia per l'operatore                                                                                                   | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 15        | CRITERIO A             | materiale di realizzazione della colonna IPX8 resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi                           | CP    |                                 |                                                                                                                                     |
| 16        | CRITERIO E             | Sistema per movimentazione di emergenza                                                                                             | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 17        | CRITERIO E             | Sistema anticollisione                                                                                                              | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 18        | CRITERIO E             | Inversione testa-piedi (reverse)                                                                                                    | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 19        | CRITERIO B             | Piano suddiviso in almeno 6 sezioni (testa, 2 per schiena, 1 bacino, 2 per gambe)                                                   | CM *  |                                 |                                                                                                                                     |
| 20        | CRITERIO B             | prolunga bacino ( specificare misure)                                                                                               | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
|           | CRITERIO B             | realizzato in acciaio inox di elevata qualità con movimentazioni elettromeccaniche                                                  |       |                                 |                                                                                                                                     |
| 21        | CRITERIO A             | movimentazioni elettromeccaniche                                                                                                    | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
| 22        | CRITERIO B             | funzionalità garantita nel lungo tempo                                                                                              | CM    |                                 |                                                                                                                                     |
|           |                        | realizzato con garanzia di sicurezza per il posizionamento del paziente, buona ergonomia e massima versatilità d'uso                |       |                                 |                                                                                                                                     |
| 23        | CRITERIO E             |                                                                                                                                     | CM    |                                 |                                                                                                                                     |

|    |            |                                                                                                                                                                                                        |    |  |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 24 | CRITERIO D | sezioni di movimento con traslazione longitudinale automatica del piano al fine di garantire massima accessibilità alle apparecchiature di diagnostica radiologica                                     | CM |  |
| 25 | CRITERIO D | radio trasparenze del piano                                                                                                                                                                            | CM |  |
| 26 | CRITERIO B | sezione testa regolabile                                                                                                                                                                               | CM |  |
| 27 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati a regolazione elettrica, estraibile.                                                                                      | CP |  |
| 28 | CRITERIO B | accesso perineale (chirurgia proctologica, urologica e ginecologica)                                                                                                                                   | CM |  |
| 29 | CRITERIO E | portata minima del sistema in condizione dinamica non inferiore a 250Kg di peso corporeo                                                                                                               | CM |  |
| 30 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano antistatici, antidecubito e autoprotanti                                                                                                                                | CM |  |
| 31 | CRITERIO E | di facile pulizia per l'operatore                                                                                                                                                                      | CP |  |
| 32 | CRITERIO B | sezione testa regolabile in posizioni alto-basso e inclinazione laterale                                                                                                                               | CP |  |
| 33 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati                                                                                                                           | CM |  |
| 34 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano: asportabili                                                                                                                                                            | CP |  |
| 35 | CRITERIO E | con portata fino 350Kg di peso corporeo                                                                                                                                                                | CP |  |
| 36 | CRITERIO E | facilmente manovrabile per l'operatore                                                                                                                                                                 | CM |  |
| 37 | CRITERIO E | garanzia di massima sicurezza per il paziente                                                                                                                                                          | CM |  |
| 38 | CRITERIO A | dotato di dispositivi di bloccaggio delle ruote                                                                                                                                                        | CM |  |
| 39 | CRITERIO E | di facile pulizia per l'operatore                                                                                                                                                                      | CM |  |
| 40 | CRITERIO E | con portata fino 350Kg di peso corporeo                                                                                                                                                                | CP |  |
| 41 | CRITERIO E | Elevata qualità costruttiva e funzionale degli Accessori                                                                                                                                               | CP |  |
| 42 | CRITERIO E | Tutti gli accessori dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio con aggancio di tipo universale e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza | CM |  |
| 43 | CRITERIO G | <b>Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO</b>                                                                                                                                           | CM |  |
| 44 | CRITERIO G | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi                                                                                                                           | CM |  |
| 45 | CRITERIO F | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)                                                                                                                                        | CM |  |
| 46 | CRITERIO F | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO                                                                                                                                              | CM |  |
| 47 | CRITERIO F | copertura 24hx7gg: NO                                                                                                                                                                                  | CM |  |
| 48 | CRITERIO F | inclusa fornitura consumabile: NO                                                                                                                                                                      | CM |  |
| 49 | CRITERIO F | inclusa fornitura usurabile: NO                                                                                                                                                                        | CM |  |
| 50 | CRITERIO F | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h                                                                                                                                             | CM |  |
| 51 | CRITERIO F | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)                                                                                                           | CM |  |

|    |            |                                                                                                                   |    |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 52 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 12h                                                                                      | CM |  |
| 53 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 48h                                                                                  | CM |  |
| 54 | CRITERIO F | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)          | CM |  |
| 55 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 48h                                                                                      | CM |  |
| 56 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 96h                                                                                  | CM |  |
| 57 | CRITERIO F | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI                                                      | CM |  |
| 58 | CRITERIO F | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI                                                       | CM |  |
| 59 | CRITERIO F | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI                                                 | CM |  |
| 60 | CRITERIO F | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI                                                   | CM |  |
| 61 | CRITERIO F | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg               | CM |  |
| 62 | CRITERIO F | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h                                                  | CM |  |
| 63 | CRITERIO F | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h                                                   | CM |  |
| 64 | CRITERIO F | manutenzione remota, teleassistenza: NO                                                                           | CM |  |
| 65 | CRITERIO F | fornitura HW per manutenzione remota: NO                                                                          | CM |  |
| 66 | CRITERIO F | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8%   | CM |  |
| 67 | CRITERIO F | <b>Servizi di Formazione e supporto scientifico</b>                                                               | CM |  |
| 68 | CRITERIO F | durata del corso per il personale tecnico e medico su più giornate ( copertura di almeno 3 turni lavorativi) ≥ 8h | CM |  |
| 69 | CRITERIO F | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h                                                         | CM |  |
| 70 | CRITERIO F | esaustività dei piani formativi                                                                                   | CM |  |

| ID (Ci) | CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di)                                                                           | CM/CP | S/NO | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA                                                                                                     |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        |                                                                                                                                     |       |      | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative) |
| 1       |                        | TAVOLI OPERATORI A PIANI TRASFERIBILI                                                                                               | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 2       |                        | GENERALITA':                                                                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 3       |                        | Destinazione d'uso prevista: interventi di ostetricia e ginecologia                                                                 | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 4       |                        | Colonna mobile:                                                                                                                     | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 5       | CRITERIO C             | movimentazione alto/basso con escursione minima almeno di 25cm ( specificare)                                                       | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 6       | CRITERIO C             | movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg minima di 20°/20° ( specificare)                                                     | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 7       | CRITERIO C             | movimentazione tilt bilaterale minima 10°/10° ( specificare)                                                                        | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 8       | CRITERIO C             | movimentazione traslazione longitudinale ( specificare)                                                                             | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 9       | CRITERIO A             | materiale di realizzazione della colonna resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi e rivestimento in acciaio inox | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 10      | CRITERIO C             | pulsantiera integrata per la movimentazione della colonna e dei piani trasferibili                                                  | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 11      | CRITERIO A             | presenza unico comando per riportare tutti i movimenti in posizione "zero"                                                          | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 12      | CRITERIO C             | alimentatore esterno per la ricarica delle batterie del letto/funzionamento tramite rete elettrica                                  | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 13      | CRITERIO C             | durata delle batterie (specificare)                                                                                                 | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 14      | CRITERIO C             | telecomando con cavo                                                                                                                | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 15      | CRITERIO C             | telecomando IR                                                                                                                      | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 16      | CRITERIO E             | di facie pulizia per l'operatore                                                                                                    | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 17      | CRITERIO A             | materiale di realizzazione della colonna IPX8 resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi                           | CP    |      |                                                                                                                                     |
| 18      | CRITERIO C             | Sistema per movimentazione di emergenza                                                                                             | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 19      | CRITERIO A             | Sistema anticollisione                                                                                                              | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 20      | CRITERIO A             | Inversione testa-piedi (reverse)                                                                                                    | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 21      |                        | <b>Piano trasferibile:</b>                                                                                                          | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 22      | CRITERIO B             | Piano suddiviso in almeno 6 sezioni (testa, 2 per schiena, 1 bacino, 2 per gambe)                                                   | CM    |      |                                                                                                                                     |
| 23      | CRITERIO B             | prolunga bacino ( specificare misure)                                                                                               | CM    |      |                                                                                                                                     |

|    |            |                                                                                                                                                                    |    |  |  |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 24 | CRITERIO B | realizzato in acciaio inox di elevata qualità con movimentazioni elettromeccaniche                                                                                 | CM |  |  |
| 25 | CRITERIO E | funzionalità garantita nel lungo tempo                                                                                                                             | CM |  |  |
| 26 | CRITERIO E | realizzato con garanzia di sicurezza per il posizionamento del paziente, buona ergonomia e massima versatilità d'uso                                               | CM |  |  |
| 27 | CRITERIO C | sezioni di movimento con traslazione longitudinale automatica del piano al fine di garantire massima accessibilità alle apparecchiature di diagnostica radiologica | CM |  |  |
| 28 | CRITERIO D | radiotrasparenza del piano                                                                                                                                         | CM |  |  |
| 29 | CRITERIO B | piano suddiviso in almeno 6 sezioni                                                                                                                                | CM |  |  |
| 30 | CRITERIO B | sezione testa regolabile                                                                                                                                           | CM |  |  |
| 31 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati a regolazione elettrica, estraibile.                                                  | CP |  |  |
| 32 | CRITERIO B | accesso perineale (chirurgia proctologica, urologica e ginecologica)                                                                                               | CM |  |  |
| 33 | CRITERIO B | portata minima del sistema in condizione dinamica non inferiore a 250Kg di peso corporeo                                                                           | CM |  |  |
| 34 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano antistatici, antidecubito e autopulenti                                                                                             | CM |  |  |
| 35 | CRITERIO E | di facile pulizia per l'operatore                                                                                                                                  | CP |  |  |
| 36 | CRITERIO B | sezione testa regolabile in posizioni alto-basso e inclinazione laterale                                                                                           | CP |  |  |
| 37 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati                                                                                       | CM |  |  |
| 38 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano asportabili                                                                                                                         | CP |  |  |
| 39 | CRITERIO B | con portata fino 350Kg di peso corporeo                                                                                                                            | CP |  |  |
| 40 |            | <b>Carrello:</b>                                                                                                                                                   | CM |  |  |
| 41 | CRITERIO C | robusto per il trasporto del singolo piano operatorio e contemporaneamente del piano operatorio e della colonna                                                    | CM |  |  |
| 42 | CRITERIO C | buona qualità costruttiva                                                                                                                                          | CM |  |  |
| 43 | CRITERIO C | dotato di movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg                                                                                                           | CM |  |  |
| 44 | CRITERIO C | sia consentito il trasporto del piano con il paziente almeno indicativamente per 250Kg di peso corporeo                                                            | CM |  |  |
| 45 | CRITERIO C | carrello con variazione in altezza del piano operatorio                                                                                                            | CM |  |  |
| 46 | CRITERIO E | facilmente manovrabile per l'operatore                                                                                                                             | CM |  |  |
| 47 | CRITERIO E | garanzia di massima sicurezza per il paziente                                                                                                                      | CM |  |  |
| 48 | CRITERIO E | dotato di dispositivi di bloccaggio delle ruote                                                                                                                    | CM |  |  |
| 49 | CRITERIO E | dotato di sponde anticaduta per il paziente                                                                                                                        | CM |  |  |

|    |            |                                                                                                                 |    |  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 50 | CRITERIO E | di facile pulizia per l'operatore                                                                               | CM |  |
| 51 | CRITERIO C | con portata fino 350Kg di peso corporeo                                                                         | CP |  |
| 52 | CRITERIO E | Elevata qualità costruttiva e funzionale degli Accessori                                                        | CP |  |
| 53 | CRITERIO G | <b>Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO</b>                                                    | CM |  |
| 54 | CRITERIO G | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi                                    | CM |  |
| 55 | CRITERIO F | <b>Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)</b>                                          | CM |  |
| 56 | CRITERIO F | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO                                                       | CM |  |
| 57 | CRITERIO F | copertura 24hx7gg: NO                                                                                           | CM |  |
| 58 | CRITERIO F | inclusa fornitura consumabile: NO                                                                               | CM |  |
| 59 | CRITERIO F | inclusa fornitura usurabile: NO                                                                                 | CM |  |
| 60 | CRITERIO F | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h                                                      | CM |  |
| 61 | CRITERIO F | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale: ore solari consecutive)                    | CM |  |
| 62 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 12h                                                                                    | CM |  |
| 63 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 48h                                                                                | CM |  |
| 64 | CRITERIO F | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)        | CM |  |
| 65 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 48h                                                                                    | CM |  |
| 66 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 96h                                                                                | CM |  |
| 67 | CRITERIO F | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI                                                    | CM |  |
| 68 | CRITERIO F | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI                                                     | CM |  |
| 69 | CRITERIO F | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI                                               | CM |  |
| 70 | CRITERIO F | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI                                                 | CM |  |
| 71 | CRITERIO F | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg             | CM |  |
| 72 | CRITERIO F | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h                                                | CM |  |
| 73 | CRITERIO F | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h                                                 | CM |  |
| 74 | CRITERIO F | manutenzione remota, teleassistenza: NO                                                                         | CM |  |
| 75 | CRITERIO F | fornitura HW per manutenzione remota: NO                                                                        | CM |  |
| 76 | CRITERIO F | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | CM |  |
| 77 | CRITERIO F | <b>Servizi di Formazione e supporto scientifico</b>                                                             | CM |  |

|    |            |                                                                                                                   |    |  |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 78 | CRITERIO F | durata del corso per il personale tecnico e medico su più giornate ( copertura di almeno 3 turni lavorativi) ≥ 8h | CM |  |  |
| 79 | CRITERIO F | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h                                                         | CM |  |  |
| 80 | CRITERIO F | esautività dei piani formativi                                                                                    | CM |  |  |



## AZIENDA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

Fornitura e installazione di Pensili e Scialtiche per l'allestimento del Polo  
Endoscopico del P.O. Santa Croce di Fano

### Allegato n.2 – Criteri di valutazione

Vers. 1.0

del 25/02/2016

## Indice

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Criteri di valutazione.....               | 3 |
| 2. Documentazione da presentare in gara..... | 7 |

## 1. Criteri di valutazione

### LOTTO 1

I coefficienti ed i punteggi per i criteri qualitativi indicati nella seguente tabella verranno assegnati tramite il metodo del 'Confronto a coppie'.

| Criteri | Descrizione                                                                                                           | Peso      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A       | Caratteristiche costruttive del tavolo/barella                                                                        | 10        |
| B       | Caratteristiche di comando e movimentazione del tavolo/barella                                                        | 15        |
| C       | Caratteristiche del piano radiotrasparente, ingombri/compatibilità/ergonomia con l'utilizzo di apparecchi radiologici | 5         |
| D       | Caratteristiche di sicurezza del tavolo/barella                                                                       | 8         |
| E       | Caratteristiche igienico sanitarie, ergonomia                                                                         | 5         |
| F       | Servizi di supporto all'installazione, formazione, supporto scientifico, normative e assistenza tecnica               | 12        |
| G       | Garanzia superiore ai 12 mesi                                                                                         | 5         |
|         | <b>PUNTEGGIO QUALITA' TOTALE</b>                                                                                      | <b>60</b> |

L'aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei requisiti: qualità (peso 60) e prezzo (peso 40).

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 81, comma 1, e art. 83, comma 1, del D.Lgs.n. 163/2006 e dell'allegato G "linee guida per l'applicazione del metodo di confronto a coppie", del DPR n.207/2010.

Gli elementi di valutazione, per un totale di punti 100, saranno i seguenti:

| CRITERIO                            | P.TI MAX |
|-------------------------------------|----------|
| Punteggio tecnico riparametrato PTR | 60       |
| Punteggio economico PE              | 40       |

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri successivamente indicati in via analitica. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito riparametrato (secondo le modalità sotto indicate) per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

$$P_{\text{totale}} = \text{PTR} + \text{PE}$$

Saranno ammesse a partecipare alla fase di apertura delle buste relative alla offerta economica le sole offerte che avranno ottenuto un Punteggio Tecnico Provvisorio superiore o uguale a 31 punti.

Il Punteggio Tecnico totale Provvisorio (PTP) viene determinato con le seguenti modalità:

1. **Da Criterio A a Criterio F**

tramite confronto a coppie per ogni elemento qualitativo secondo la seguente modalità:

Il punteggio di ciascun concorrente, è determinato sommando i valori calcolati per ciascun sotto-criterio, ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente risultante per ciascuna offerta, in base al confronto a coppie mediante l'impiego della tabella triangolare prevista dalle linee guida, per gli elementi qualitativi (da A a F). Ciascun commissario provvede dunque a valutare quale dei due elementi, che formano ciascuna coppia, sia da preferire e attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza (in caso di parità entrambe le lettere, assegnando un punto a ciascuno degli elementi di confronto). Terminati i confronti a coppie si sommano i valori risultanti e attribuiti per ogni parametro dai commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie risultanti dall'attribuzione di tutti i commissari.

In presenza di un numero di offerte inferiore a tre non verrà applicato il "confronto a coppie". Il punteggio verrà assegnato secondo quanto indicato nell'Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a4: "la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ... una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate." con la formula  $\text{Coeff}(i) = \text{media}(i) / \text{media}(\text{massima})$ .

2) tramite formula per il punteggio quantitativo al **criterio G**, ovvero:

all'offerta che presenterà il valore più alto (VM) verranno assegnati 5 punti, alle altre offerte punti secondo la formula:

$$P(G) = 5 * (VO - VMIN) / (VM - VMIN)$$

dove:

VMIN=12

VM = valore migliore

VO = valore offerto

Il punteggio tecnico totale Provvisorio (PTP) come sopra determinato viene quindi Riparametrato (PTR) tramite la seguente formula:

$$PTR = 60 \times (PTP) / (PTMax)$$

dove:

- PTR = Punteggio tecnico riparametrato
- PTP = Punteggio Tecnico totale Provvisorio
- PTMax = valore del punteggio tecnico totale provvisorio ottenuto dalla migliore offerta

Tale riparametrazione consente di rendere confrontabili i punteggi tecnici ed economici in quanto garantisce il mantenimento del rapporto tra il peso stabilito per la valutazione dell'offerta tecnica (60) ed il peso stabilito per l'offerta economica (40).

## LOTTO 2

I coefficienti ed i punteggi per i criteri qualitativi indicati nella seguente tabella verranno assegnati tramite il metodo del 'Confronto a coppie'.

| Criteria | Descrizione                                                                                                           | Peso      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A        | Caratteristiche costruttive della colonna                                                                             | 10        |
| B        | Caratteristiche costruttive del piano                                                                                 | 10        |
| C        | Caratteristiche di comando e movimentazione del sistema                                                               | 10        |
| D        | Caratteristiche del piano radiotrasparente, ingombri/compatibilità/ergonomia con l'utilizzo di apparecchi radiologici | 5         |
| E        | Caratteristiche igienico sanitarie, sicurezza, ergonomia                                                              | 8         |
| F        | Servizi di supporto all'installazione, formazione, supporto scientifico, normative e assistenza tecnica               | 12        |
| G        | Garanzia superiore ai 12 mesi                                                                                         | 5         |
|          | <b>PUNTEGGIO QUALITA' TOTALE</b>                                                                                      | <b>60</b> |

L'aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei requisiti: qualità (peso 60) e prezzo (peso 40).

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 81, comma 1, e art. 83, comma 1, del D.Lgs.n. 163/2006 e dell'allegato G "linee guida per l'applicazione del metodo di confronto a coppie", del DPR n.207/2010.

Gli elementi di valutazione, per un totale di punti 100, saranno i seguenti:

| CRITERIO                            | P.TI MAX |
|-------------------------------------|----------|
| Punteggio tecnico riparametrato PTR | 60       |
| Punteggio economico PE              | 40       |

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri successivamente indicati in via analitica. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito riparametrato (secondo le modalità sotto indicate) per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

$$P_{\text{totale}} = PTR + PE$$

Saranno ammesse a partecipare alla fase di apertura delle buste relative alla offerta economica le sole offerte che avranno ottenuto un Punteggio Tecnico Provvisorio superiore o uguale a 31 punti.

Il Punteggio Tecnico totale Provvisorio (PTP) viene determinato con le seguenti modalità:

1. **Da Criterio A a Criterio F**

tramite confronto a coppie per ogni elemento qualitativo secondo la seguente modalità:

Il punteggio di ciascun concorrente, è determinato sommando i valori calcolati per ciascun sotto-criterio, ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente risultante per ciascuna offerta, in base al confronto a coppie mediante l'impiego della tabella triangolare prevista dalle linee guida, per gli elementi qualitativi (da A a F). Ciascun commissario provvede dunque a valutare quale dei due elementi, che formano ciascuna coppia, sia da preferire e attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza (in caso di parità entrambe le lettere, assegnando un punto a ciascuno degli elementi di confronto). Terminati i confronti a coppie si sommano i valori risultanti e attribuiti per ogni parametro dai commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie risultanti dall'attribuzione di tutti i commissari.

In presenza di un numero di offerte inferiore a tre non verrà applicato il "confronto a coppie". Il punteggio verrà assegnato secondo quanto indicato nell'Allegato G al D.P.R. 207/2010 al punto a4: "la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ... una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate." con la formula  $\text{Coeff}(i) = \text{media}(i) / \text{media}(\text{massima})$ .

2) tramite formula per il punteggio quantitativo al **criterio G**, ovvero:

all'offerta che presenterà il valore più alto (VM) verranno assegnati 5 punti, alle altre offerte punti secondo la formula:

$$P(G) = 5 * (VO - VMIN) / (VM - VMIN)$$

dove:

VMIN=12

VM = valore migliore

VO = valore offerto

Il punteggio tecnico totale Provvisorio (PTP) come sopra determinato viene quindi Riparametrato (PTR) tramite la seguente formula:

$$PTR = 60 \times (PTP)/(PTMax)$$

dove:

- PTR = Punteggio tecnico riparametrato
- PTP = Punteggio Tecnico totale Provvisorio
- PTMax = valore del punteggio tecnico totale provvisorio ottenuto dalla migliore offerta

Tale riparametrazione consente di rendere confrontabili i punteggi tecnici ed economici in quanto garantisce il mantenimento del rapporto tra il peso stabilito per la valutazione dell'offerta tecnica (60) ed il peso stabilito per l'offerta economica (40).

## 2. Documentazione da presentare in gara

NB: la modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su supporto informatizzato e deve essere presentata in offerta sia in formato informatizzato originale (compilati e firmati digitalmente) che cartaceo (sottoscritti).

- Relazione di presentazione dei prodotti offerti
- Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica
- Manuale d'uso in lingua italiana (in formato elettronico)
- Manuale di service completo di descrizione delle operazioni di Manutenzione Preventiva (in formato elettronico)
- \* Questionario Caratteristiche Tecniche
- \* Questionario Assistenza Tecnica e Servizi DA COMPILARE, composto dai file:
  - Schede\_daCompilare\_ICHTA1.pdf
  - Schede\_daCompilare\_ICHTA2.pdf
  - Schede\_daCompilare\_ICHTA3.pdf
- Certificato conformità EEC 93/42
- Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (d.lgs 20/02/2007, d.lgs. 21/12/2009)



## DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

### Art. 1. - OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature biomediche e sanitarie localizzate negli immobili dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN) e di cui all'allegato elenco (all.to A).

L'intendimento dell'Amministrazione è quello di pervenire ad una gestione di tali attrezzature in modo da garantirne la massima affidabilità ed un costante aggiornamento tecnologico in una cornice di sicurezza, di aderenza alle normative tecnico amministrative e di certezza programmata di spesa.

### Art. 2. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione sarà regolamentato dal presente disciplinare.

Il servizio di manutenzione può essere del tipo:

- "TUTTO COMPRESO" (TC);
- "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA" (MP);
- "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'AORMN" (IC);
- "MANUTENZIONE SU CHIAMATA"

Tutte le procedure di manutenzione devono garantire quanto espresso all' art. 3 del D.Lgs. 46/97 integrato successivamente dal D.Lgs. 37/10, relativamente al concetto di "adeguata manutenzione".

La Ditta dovrà offrire una proposta di servizi di manutenzione annuale, articolato per ogni apparecchiatura, modulo e accessorio secondo i primi tre i tipi di manutenzione descritti di seguito.

Attraverso la Scheda ICHTA.3 la Ditta potrà descrivere la totalità dei contratti di manutenzione da offrire (All.to B sub B.3).

#### Contratto "TUTTO COMPRESO":

Tale contratto deve comprendere tutte le visite di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature della Scheda ICHTA.3, così come le parti di ricambio.

Devono essere dichiarati i **giorni massimi di indisponibilità** in un anno che la Ditta ritiene di garantire sulle apparecchiature della Scheda ICHTA.3. Se i giorni di indisponibilità verranno superati saranno applicate le penali. La indisponibilità viene calcolata dal momento in cui alla Ditta viene richiesto l'intervento fino alla risoluzione del guasto anche se l'apparecchiatura funziona parzialmente. Esempi. Se la Ditta viene chiamata l'11 novembre e interviene lo stesso giorno e ripara il guasto è conteggiato un giorno di indisponibilità, se interviene il 12 novembre e ripara il guasto sono conteggiati due giorni di indisponibilità, se interviene ripetutamente e il guasto viene risolto il 20 novembre sono dieci giorni di indisponibilità. I giorni di indisponibilità devono comprendere anche le giornate di manutenzione preventiva.

**NOTA 1:** La Ditta deve garantire comunque nel contratto "TUTTO COMPRESO" un numero minimo di 1 visita di manutenzione preventiva annuali.

Nel caso in cui la Ditta preveda l'esclusione di specifiche parti di ricambio dal servizio di manutenzione queste ultime vanno specificate a parte nella Scheda ICHTA.3 con un elenco comprendente almeno descrizione, codice e prezzo.

Nella Scheda ICHTA.3 si richiede la formulazione di due ipotesi di contratto Tutto Compreso:

- Tutto Compreso (TC) in cui si intendono esclusi i materiali usurabili e consumabili in accordo con quanto riportato in appendice alla presente;
- Tutto Compreso All included (TCA) in cui si intendono inclusi i materiali usurabili ed esclusi i materiali consumabili in accordo con quanto riportato in appendice alla presente.

#### Contratto "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA":

Tale contratto, deve comprendere tutte e solo le visite di manutenzione preventiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature della Scheda ICHTA.3. Nella Scheda ICHTA.3 oltre ai canoni di



manutenzione, vengono stabilite le tariffe e i prezzi per le parti di ricambio e per interventi "extra-contratto" (di manutenzione correttiva).

Nel caso in cui la Ditta proponga l'esclusione di parti di ricambio dal servizio di manutenzione preventiva questi ultimi vanno specificati a parte nella Scheda ICHTA.3 con un elenco comprendente almeno descrizione, codice e prezzo.

**NOTA:** La Ditta deve garantire comunque nel contratto "TUTTO COMPRESO" un numero minimo di 1 visita di manutenzione preventiva annuali.

**Contratto "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'AORMN":**

Tale contratto prevede che il primo intervento su guasto e le operazioni di manutenzione preventiva siano a carico dei tecnici della AORMN opportunamente addestrati dalla Ditta.

L'offerta economica, di questo tipo di contratto dovrà essere presentata, nella Scheda ICHTA.3. Nella Scheda ICHTA.3 oltre alla descrizione del contratto, vengono stabiliti i prezzi per le parti di ricambio.

Tale contratto comprende tutte le visite di manutenzione correttiva sulle apparecchiature soggette a guasto non risolto dai tecnici dell'AORMN.

Nel caso in cui la Ditta proponga l'esclusione di parti di ricambio da questo tipo di servizio di manutenzione questi ultimi vanno specificati a parte nella Scheda ICHTA.3 con un elenco comprendente almeno descrizione, codice e prezzo.

La Ditta dovrà fornire, in ogni caso, un consuntivo annuale del lavoro svolto e relazione tecnica dettagliata sulla affidabilità delle apparecchiature in contratto; tale relazione è vincolante al pagamento dell'ultima rata.

Al fine di determinare correttamente la definizione del contratto "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'AORMN" è utile schematizzare l'attività di manutenzione nelle fasi indicate:

| <b>Fase / sottofase</b>                                      | <b>Descrizione</b>                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Diagnosi dell'avaria</b>                               |                                                                                                                 |
| 1.1 Rilevazione avaria                                       | Attività volta a verificare l'esistenza di un guasto.                                                           |
| 1.2 Localizzazione avaria di 1° livello (sottoentità)        | Identificazione della sottoentità in avaria.                                                                    |
| 1.3 Identificazione cause (solo se il guasto è sistematico). | Identificazione delle cause del guasto.                                                                         |
| <b>2. Preparazione</b>                                       |                                                                                                                 |
| 2.1 Concepimento/Progetto                                    | Concepimento del tipo di lavoro da effettuare sull'apparecchiatura e del tipo di risoluzione della avaria.      |
| 2.2 Attivazione intervento                                   |                                                                                                                 |
| 2.2.1 Attività amministrativa                                | Attività volta alla esecuzione delle pratiche amministrative                                                    |
| 2.2.2 Attività logistica                                     | Acquisizione delle risorse necessarie alla manutenzione correttiva                                              |
| <b>3. MANUTENZIONE ATTIVA</b>                                |                                                                                                                 |
| 3.1 Azioni tecniche ausiliari                                | Attività finalizzata alla predisposizione delle strutture necessarie all'intervento di manutenzione correttiva. |
| 3.2 Riparazione                                              |                                                                                                                 |
| 3.2.1 Localizzazione avaria 2° livello (parte)               | Identificazione della parte di una sottoentità in avaria.                                                       |
| 3.2.2 Acquisizione parti di ricambio                         | Acquisizione di parti di ricambio necessarie alla risoluzione dell'avaria.                                      |
| 3.3.3 Correzione avaria                                      | Attività di riparazione/sostituzione della parte in avaria.                                                     |
| 3.3.4 Verifica funzionamento                                 | Attività di verifica dell'efficacia dell'intervento correttivo.                                                 |
| <b>4. RIMESSA IN SERVIZIO</b>                                |                                                                                                                 |

Per "Primo Intervento a carico dell'AORMN" si intende l'espletamento almeno delle seguenti fasi:

1. Diagnosi dell'avaria
  - 1.1. Rilevazione dell'avaria
  - 1.2. Localizzazione avaria di 1° Livello (sottoentità)
  - 1.3. Identificazione cause
2. Preparazione
  - 2.1. Concepimento/Progetto



Nella fase 2.1 si decide, dipendentemente dall'avaria diagnosticata, se le successive fasi saranno svolte internamente (dai tecnici del Servizio) o se sarà necessario attivare la Ditta manutentrice.

**"MANUTENZIONE SU CHIAMATA":**

Per quanto concerne la **manutenzione su chiamata** viene richiesto un tariffario comprendente le specifiche voci ( diritto su chiamata, costo orario di viaggio, tariffa oraria manodopera, tariffa oraria chilometrica, Indennità chilometrica, costo forfetario per interventi superiori alle 8 ore ) che la **Ditta si impegnerà a mantenere invariato per tutta la vita dell'apparecchiatura** mediamente stimata intorno agli 8 anni.

Nella Scheda ICHTA.3 nella Sezione Manutenzione su Chiamata è presente anche la voce *Altro* all'interno della quale possono essere imputati dei costi non specificati nelle altre voci della sezione. Nell'eventualità che non risultino segnalate altre tariffe, si intenderà che tutti gli ulteriori servizi saranno offerti gratuitamente dalla Ditta aggiudicataria.

**Art. 3. - OFFERTA ECONOMICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

Tutte le quotazioni economiche inerenti i tipi di manutenzioni sopra descritti devono essere inseriti nella Scheda ICHTA.3 del Questionario Assistenza Tecnica e Servizi.

L'offerta economica del contratto di manutenzione del tipo:

- "TUTTO COMPRESO (TC e TCA)",

e/o

- "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA",

e/o

- "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'AORMN",

e/o

- "MANUTENZIONE SU CHIAMATA"

La Ditta dovrà compilare come da fac-simile la Scheda ICHTA.3 in accordo con quanto richiesto.

Si ricorda che nell'offerta relativa alla "manutenzione su chiamata" dovrà essere specificato il tariffario di intervento nella Scheda ICHTA.3 del Questionario Assistenza Tecnica e Servizi.

**Art. 4. - MANUTENZIONE PREVENTIVA**

Per le attrezzature incluse nel contratto di manutenzione "TUTTO COMPRESO" e "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA" la Ditta provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio delle apparecchiature e con le periodicità indicate. La descrizione sintetica delle procedure di manutenzione preventiva periodica dovrà essere descritta nell'allegato da fornire con la documentazione di gara.

**Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con i servizi utilizzatori presso cui sono ubicate le tecnologie. Dovrà essere fornito dalla Ditta, per iscritto, il calendario concordato.**

La Ditta dovrà fornire all'AORMN la documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione delle visite di manutenzione preventiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

**Art. 5. - MANUTENZIONE CORRETTIVA**

Gli interventi di manutenzione correttiva, anche se compresi in contratto, dovranno essere ordinati dagli uffici competenti dell'AORMN. La Ditta dovrà fornire all'AORMN la documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

**Art. 6. - PARTI DI RICAMBIO**

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata. In caso in cui la Ditta non installi parti di ricambio originali dovrà chiedere autorizzazione, caso per caso, all'AORMN.

Se parti di ricambio sono escluse dal contratto, tali interventi saranno considerati extra-contratto.

**Art. 7. - PERSONALE TECNICO DELLA DITTA**

Tutti i tecnici della Ditta che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse.



**Art. 8. - TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'**

I tempi di intervento indicati per il servizio di manutenzione (Full-risk, primo intervento AORMN e interventi su chiamata), fatto salvo gli interventi di manutenzione programmata, dovranno avvenire con le modalità temporali indicate nel Questionario Tecnico relativo al procedimento di acquisizione.

Inoltre dal giorno della richiesta dell'AORMN la Ditta dovrà risolvere il guasto e ripristinare la funzionalità dell'apparecchiatura completa secondo le modalità temporali indicate nel Questionario Tecnico relativo al procedimento di acquisizione.

Per guasti **bloccanti** s'intendono tutti quei guasti per cui la funzionalità dello strumento risulta seriamente compromessa.

Saranno applicate per ogni giorno di ritardo dai tempi di intervento di cui sopra una penale pari ad €:

$$((\text{costo apparecchiatura interessata}) / (5 \times 365)) \times 10$$

per ogni singolo giorno di ritardo.

**Art. 9. - GIORNI DI INDISPONIBILITÀ E PENALITÀ**

La Ditta dovrà specificare il numero massimo di giorni di indisponibilità che garantisce su ciascuna apparecchiatura per anno.

Ai fini del calcolo dei giorni di indisponibilità si rimanda a quanto puntualizzato all'art. 2.

Il numero massimo dei giorni di indisponibilità, per ciascuna apparecchiatura, deve essere specificato per il contratto "TUTTO COMPRESO".

Saranno applicate per ogni giorno di indisponibilità in più rispetto a quelli stabiliti una penale per ogni giorno di ritardo pari ad €:

$$((\text{costo apparecchiatura interessata}) / (5 \times 365)) \times 10$$

**Art. 10. - REFERENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE**

Nessun intervento potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dei Servizi Competenti e Referenti per la manutenzione delle Apparecchiature Biomediche afferenti all'AORMN. L'AORMN non procederà al pagamento delle prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate.

**Art. 11. - ELENCO APPARECCHIATURE, VARIABILITÀ**

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare il servizio di cui al presente disciplinare per le sole apparecchiature di cui alla Scheda ICHTA.3 e per quelle il cui inserimento verrà comunicato da parte dell'AORMN.

Sarà corrisposta, a conguaglio, con l'ultima rata del contratto una cifra S ricavabile dalla seguente formula:

$$S = \text{somma} ( Vc * n ) - \text{somma} ( Vf * m )$$

dove:

S = Cifra a conguaglio

Vc = Canone di manutenzione mensile della apparecchiatura inserita in contratto

n = Numero mensilità di manutenzione a partire dal mese successivo alla presa in carico

Vf = Canone di manutenzione mensile delle apparecchiature collocate in fuori uso

m = Numero delle mensilità a partire dal mese successivo alla collocazione in fuori uso della apparecchiatura

Qualora l'inserimento di nuove apparecchiature nel contratto stipulato comporti degli oneri aggiuntivi per l'AORMN, oppure la diminuzione di apparecchiature incluse in contratto produca una riduzione superiore al 20% rispetto al canone complessivo concordato, si procederà alla rinegoziazione delle condizioni stipulate originariamente.

Per le prestazioni occasionali o specifiche, che non rientrano tra quelle previste nella presente convenzione, si farà riferimento alle sole richieste presentate dall'AORMN.



**Art. 12. - VISITE E VERIFICHE**

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta e dal relativo Ufficio di Competenza dell'AORMN.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente disciplinare.

**Art. 13. - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME**

La Ditta è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dal Contratto Generale approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063;
- b) da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- c) dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- d) di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc.);
- e) di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.

**Art. 14. - SPEDIZIONI E LOGISTICA**

La Ditta si fa carico di tutti gli oneri che riguardano le attività logistiche di spedizione, per tutto quel che concerne la gestione delle apparecchiature da spedire o ricevere. Verrà indicato un indirizzo di riferimento per ciascun Presidio Ospedaliero dell'AORMN al quale spedire il materiale o dal quale ritirare eventuale materiale da riparare.

L'AORMN si riserva la facoltà di cambiare, in qualsiasi momento, le modalità di spedizione concordate, modificando l'indirizzo di riferimento, previa comunicazione verso la Ditta.

Allegati:

All.to A - Schede tecniche :

- sub A.1 - scheda - ICHTA.1 – "installazione fornitura e servizio di formazione personale tecnico e sanitario";
- sub A.2 - scheda - ICHTA.2 – "servizio di assistenza tecnica della ditta";
- sub A.3 - scheda - ICHTA.3 – "offerta per contratti di manutenzione";

data

per accettazione La DITTA

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)



**APPENDICE**  
Tabelle di classificazione

| <b>TABELLA A - ELENCO MATERIALI DETERIORABILI/USURABILI</b>                                                                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elementi di connessione paziente</b>                                                                                                        | <b>Sonde / Sorgenti radioattive</b>                                                                                  |
| Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi simili (parte iniziale lato apparecchiatura)                                                                 | Detector per Raggi Gamma in vitro e in vivo                                                                          |
| Bracciali per sfigmomanometri                                                                                                                  | Detector per Raggi Beta                                                                                              |
| <b>Tubi laser</b>                                                                                                                              | Detector per banda larga (Geiger)                                                                                    |
| Fonti luce laser per uso microoperatorio (oculistica, microchirurgia, ecc.)                                                                    | Detector per ECD                                                                                                     |
| Fonti luce laser per apparecchi analitici (contaglobuli differenziali citometri a flusso, ecc.)                                                | Sorgenti radioattive per Beta counter                                                                                |
| Fonti luce laser per lettori / riproduttori di immagini                                                                                        | Sorgenti cobalto ecc.                                                                                                |
| <b>Elettrodi / Sensori / Trasduttori</b>                                                                                                       | <b>Materiali per la stampa</b>                                                                                       |
| Elettrodi per ph-metri                                                                                                                         | Testine termiche                                                                                                     |
| Elettrodi per ossimetri                                                                                                                        | Pennini per ECG, EEG ecc.                                                                                            |
|                                                                                                                                                | <b>Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente</b>                                                  |
| Sonde per conducimetri                                                                                                                         | Fasce supporti in genere                                                                                             |
| Sensori di pressione                                                                                                                           | Compressori per mammografia                                                                                          |
| Sensori a dito per pulsossimetri                                                                                                               | Piani sostegno supporto paziente                                                                                     |
| Sensori PCO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub>                                                                                                       | Teli per Passamalati                                                                                                 |
| Trasduttori di Pressione                                                                                                                       | Reggitesta Reggi braccio                                                                                             |
| Schermi a fosfori per radiologia digitale                                                                                                      | Materassini per letti operatori                                                                                      |
| <b>Parti in vetro</b>                                                                                                                          |                                                                                                                      |
| Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es.: cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc. | Cuscini                                                                                                              |
| Cristalli gamma camera                                                                                                                         | Rivestimenti in genere (poltrone di riuniti odontoiatrici, oculistici, poltrone prelievi, poltrone operatorie, ecc.) |
| <b>Lampade</b>                                                                                                                                 | <b>Sensori</b>                                                                                                       |
| Lampada gas per UV                                                                                                                             | Sensori a vita limitata (es. Cella O <sub>2</sub> per ventilatori polmonari, ecc.)                                   |
| Lampada al tungsteno o simile                                                                                                                  | Elettrodi per elettroliti / ionoselettivi                                                                            |
| Fonte infrarossi per analizzatori chimici                                                                                                      | Elettrodi per emogasanalisi                                                                                          |
| Lampade per fotometria e chimica clinica                                                                                                       |                                                                                                                      |
| Lampade per microscopia ed endoscopia                                                                                                          |                                                                                                                      |
| <b>Batterie</b>                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| Accumulatori ricaricabili                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| <b>Tubi a vuoto</b>                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| Tubi da ripresa                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| Intensificatore di immagine                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| Tubi radiogeni                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| Tetrodi                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| Fototubi / Fotomoltiplicatori                                                                                                                  |                                                                                                                      |
| Detetron                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| Klaystron                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Magnetron                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Camera di accelerazione                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| Cinescopi                                                                                                                                      |                                                                                                                      |



**TABELLA B - ELENCO MATERIALI DI CONSUMO**

| <b>Materiale monouso e monopaziente</b>                                                                                      | <b>Gas medicali e bombole</b>                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spirometri per ventilatore polmonare                                                                                         | <b>Batterie</b>                                                             |
| Mascherine                                                                                                                   | Batterie al Litio                                                           |
| Linee ematiche per dialisi                                                                                                   | Batterie non ricaricabili in genere                                         |
| Tubi per pompa peristaltica a cambio programmato per analizzatori                                                            | Batterie ricaricabili in genere                                             |
| Elettrodi ECG, ecc.                                                                                                          | <b>Lubrificanti</b>                                                         |
| Manipoli e piastre per elettrobisturi monouso.                                                                               | Olio per motore                                                             |
| Sensori per Saturimetria monopaziente                                                                                        | Olio per raffreddamento tubi RX,                                            |
| Trasduttori di pressione                                                                                                     | Lubrificanti in genere                                                      |
| Linee di infusione                                                                                                           | <b>Filtri</b>                                                               |
| Gel di accoppiamento                                                                                                         | Filtri per cappa di tutti i tipi                                            |
| Pasta conduttrice                                                                                                            | Filtri per bagni dialisi                                                    |
| <b>Reagenti e kit standard</b>                                                                                               | Filtri per campionatura gas                                                 |
| Reagenti per analisi di laboratorio                                                                                          | Setacci molecolari                                                          |
| Tutte le soluzioni a valore noto adoperate per la calibrazione degli apparecchi (Kit standard)                               | Filtri e letti per trattamenti H <sub>2</sub> O                             |
| Tutte le soluzioni per la pulizia delle apparecchiature e dei circuiti idraulici delle stesse (Kit immuno, candeggina, ecc.) | Filtri per trattamento aria                                                 |
| <b>Materiali per stampanti</b>                                                                                               | <b>Elementi di connessione paziente</b>                                     |
| Carta per stampante                                                                                                          | Pinze per arti, elettrodi a ventosa, ecc                                    |
| Testine di stampa                                                                                                            | Cavi elettrodi e spugnette per fisioterapia (varie tipologie di apparecchi) |
| Cartucce e toner per stampanti                                                                                               | Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi simili (parte terminale lato paziente)    |
| Carta per registratori, ECG, EEG, ecc.                                                                                       | Manipoli per elettrobisturi / Piastre                                       |
| <b>Materiali per fotografia</b>                                                                                              |                                                                             |
| Lastre                                                                                                                       |                                                                             |
| Pellicole                                                                                                                    |                                                                             |
| Liquidi per sviluppo                                                                                                         |                                                                             |
| Liquidi per fissaggio                                                                                                        |                                                                             |
| <b>Materiali per informatica</b>                                                                                             |                                                                             |
| Memory card per AB                                                                                                           |                                                                             |
| Floppy Disk                                                                                                                  |                                                                             |
| CD ROM                                                                                                                       |                                                                             |
| Nastri Magnetici,                                                                                                            |                                                                             |
| Cartucce                                                                                                                     |                                                                             |
| Dischi ottici                                                                                                                |                                                                             |
| Altri supporti magnetici e supporti ottici                                                                                   |                                                                             |
| <b>Gas / Liquidi per raffreddamento</b>                                                                                      |                                                                             |
| Gas criogeni                                                                                                                 |                                                                             |
| Gas di calibrazione                                                                                                          |                                                                             |
| Gas per Frigoriferi/Congelatori                                                                                              |                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                             |

**SCHEDA ICHTA.1**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

**NB: Tutte le informazioni saranno automaticamente riportate nelle intestazioni degli allegati successivi**

**SCHEDA INSTALLAZIONE FORNITURA**

**IMPIANTI**

| IMPIANTO ELETTRICO <i>(descrivere particolarità)</i>                       | <i>stand by</i>                   | <i>spunto</i> | <i>funzionamento</i>        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Descrivere (V,A,KW) in stand-by, spunto e funzionamento:                   |                                   |               |                             |
| Necessità UPS <i>(descrivere)</i>                                          |                                   |               |                             |
| Collegamenti in rete informatica <i>(indicare l'accesso e tipo presa):</i> |                                   |               |                             |
| Microclima, Necessità di condizionamento. Umidità                          | <i>Temperatura<br/>Min-max °C</i> |               | <i>Umidità<br/>min-max%</i> |
| Alimentazione Idrica <i>(descrivere):</i>                                  |                                   |               |                             |
| Scarichi idrici <i>(descrivere):</i>                                       |                                   |               |                             |
| Gas medicali <i>(descrivere):</i>                                          |                                   |               |                             |
| Liquidi o gas per il raffreddamento <i>(descrivere):</i>                   |                                   |               |                             |
| Protezione RX <i>(descrivere):</i>                                         |                                   |               |                             |

**NOTE:**

**CRONOPROGRAMMA**

|                                                                      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------|------|--|
| Tempo di consegna delle tecnologie                                   | (gg) |  |
| Tempo di disinstallazione e rimozione delle tecnologie presenti      | (gg) |  |
| Tempo complessivo di adeguamento edile-implantistico (se necessario) | (gg) |  |
| Tempo di installazione delle nuove tecnologie 'pronte all'uso'       | (gg) |  |
| Tempo di collaudo                                                    | (gg) |  |

**SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E SANITARIO**

Corso per il personale tecnico del Servizio Ingegneria Clinica & HTA comprendente tutte le informazioni e la documentazione necessari ad effettuare la manutenzione correttiva e preventiva (SI,NO) **SI**

DURATA \_\_\_\_\_ giorni

TOTALE ORE \_\_\_\_\_

SEDE \_\_\_\_\_

MATERIALE DIDATTICO FORNITO

Corso per il personale sanitario dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord comprendente tutte le informazioni e la documentazione necessari all'utilizzo dell'apparecchiatura ed alla sua manutenzione autonoma (SI,NO) **SI**

DURATA \_\_\_\_\_ giorni

TOTALE ORE \_\_\_\_\_

SEDE \_\_\_\_\_

MATERIALE DIDATTICO FORNITO

INSEGNANTE/I \_\_\_\_\_

QUALIFICA INSEGNANTE/I \_\_\_\_\_

INCARICATO DITTA

**SCHEDA ICHTA.2**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA DITTA**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

**SEDE DELLA DITTA INCARICATA DAL FORNITORE AD EFFETTUARE L'ASSISTENZA TECNICA NELLE MARCHE**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

NUMERO: \_\_\_\_\_ QUALIFICA: \_\_\_\_\_

NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta): \_\_\_\_\_

**SEDE DELL'ASSISTENZA PRINCIPALE DELLA DITTA**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

NUMERO: \_\_\_\_\_ QUALIFICA: \_\_\_\_\_

NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta): \_\_\_\_\_

**NORMATIVE E/O CERTIFICAZIONI**

L'assistenza tecnica della Ditta è effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, ecc.)

\_\_\_\_\_ EDIZIONE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ EDIZIONE \_\_\_\_\_

L'assistenza tecnica è inoltre certificata da:

**GARANZIA (saranno applicate le stesse condizioni al contratto FULL-RISK TUTTO COMPRESO)**

DURATA \_\_\_\_\_ mesi RANGE ORARIO RICEVIMENTO CHIAMATA  
 dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
 RANGE ORARIO ATTIVITA' LAVORATIVA  
 dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

DISPONIBILITA' SERVIZIO SEGRETERIA TELEFONICA \_\_\_\_\_ SI / NO  
 NO  
 DISPONIBILITA' NUMERO VERDE SEMPRE RAGGIUNGIBILE \_\_\_\_\_ SI

Il contratto prevede (indicare SI o NO alla voce corrispondente):  
 Manutenzione preventiva programmata \_\_\_\_\_ NO se SI indicare n° visite \_\_\_\_\_  
 Tutti gli interventi di manutenzione correttiva \_\_\_\_\_ SI  
 Upgrade Hardware e Software \_\_\_\_\_ NO  
 Controlli di funzionalità \_\_\_\_\_ NO in conformità alle norme \_\_\_\_\_  
 Controlli di sicurezza (norme CEI) \_\_\_\_\_ SI in conformità alle norme \_\_\_\_\_  
 Tutti i ricambi compresi \_\_\_\_\_ SI  
 Sostituzione temporanea dell'apparecchiatura \_\_\_\_\_ SI

Tempo massimo di intervento dall'ordine dell'AORMN \_\_\_\_\_ ore solari (festivi inclusi )  
 Tempo massimo di risoluzione del guasto dall'ordine dell'AORMN \_\_\_\_\_ ore solari (festivi esclusi )

INCARICATO DITTA

\_\_\_\_\_

**SCHEDA ICHTA.3**

**OFFERTA PER I CONTRATTI DI MANUTENZIONE**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Costo Canone/Anno (in % su apparecchiature offerte)\*

| PRODUTTORE | MODELLO | Numero visite man. prevent. per anno | Numero interventi riparaz. garantiti per anno | n° max di gg di indisponibilità garantiti per anno | TUTTO COMPRESO | PRIMO INTERVENTO IC | MANUTENZIONE PREVENTIVA |
|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
|            |         |                                      |                                               |                                                    |                |                     |                         |

MATERIALE USURABILE COMPRESO IN CONTRATTO SI

% SCONTO SU MATERIALE USURABILE

**\*Allegare listino materiale usurabile**

**N.B.: Se questa sezione non è compilata significa che tutte le parti di ricambio sono comprese nel contratto**

**I CONTRATTI PREVEDONO L'ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI PARTI DI RICAMBIO**

| DESCRIZIONE | CODICE | COSTO Unitario |
|-------------|--------|----------------|
|             |        |                |

Allegare lista analoga se vi sono altre parti di ricambio non comprese in contratto

% DI SCONTO SUL LISTINO PARTI DI RICAMBIO: \_\_\_\_\_

**INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE - MANUTENZIONE SU CHIAMATA**

Tariffe:

DIRITTO DI CHIAMATA:

COSTO ORARIO LAVORO

COSTO ORARIO VIAGGIO

INDENNITA' CHILOMETRICA:

COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTI SUPERIORI ALLE 8 ORE.

ALTRO \_\_\_\_\_

INCARICATO DITTA

\_\_\_\_\_

ALLEGATO N° 6 ALLA DETERMINA N° 120  
DEL 26 FEB. 2016

All. n. 6 della  
determina



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

All. n. 6 - SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI  
(la Stazione Appaltante - prima della sottoscrizione - si riserva di apportare modifiche NON  
SOSTANZIALI al presente documento, al fine di renderlo coerente con i documenti di gara e con il  
progetto presentato dall'aggiudicatario)

Contratto per l'acquisizione di tavoli barelle e letti operatori occorrenti all'Azienda Ospedaliera  
"Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

LOTTO n. \_\_\_\_\_  
CIG n. \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), del mese di \_\_\_\_\_, a Pesaro, presso gli uffici della  
U.O.C. Gestione Acquisizione di Beni, Servizi e logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche  
Nord", siti in viale Trieste, 391

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", di Pesaro, in seguito, per brevità, indicata come "Stazione Appaltante", con sede legale in Pesaro, viale Trieste, 391, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Capalbo, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, V. \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

E

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_ rappresentata, in qualità di \_\_\_\_\_, dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (carta d'identità n° \_\_\_\_\_ e come risulta dalla procura speciale), in seguito denominata "esecutore"

#### PREMESSO:

- che con determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura aperta per \_\_\_\_\_. Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del lotto n. \_\_\_\_\_ a favore della ditta \_\_\_\_\_ per un importo complessivo netto di € \_\_\_\_\_ (pari ad € \_\_\_\_\_ IVA inclusa);
- che in data \_\_\_\_\_ è stata data comunicazione ai controinteressati;
- che è stato pubblicato l'avviso sugli esiti della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- che il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.);
- che l'esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con garanzia bancaria/assicurativa n. \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (eventuale: tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.75 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.; qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore si obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);
- che l'esecutore ha presentato copia della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi n. \_\_\_\_\_;
- che l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;
- che l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l'identità e i poteri dell'esecutore;
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. verbale di aggiudicazione;
4. disciplinare di gara e relativi allegati;
5. capitolato speciale, capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;
6. offerta tecnica dell'esecutore;
7. offerta economica dell'esecutore;
8. cauzione definitiva;
9. polizza assicurativa per responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Esecutore, ad

eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- capitolato speciale;
- documentazione tecnica presentata in sede di gara.

L'esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. n. 207/2010.

#### ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
2. esecutore, la ditta \_\_\_\_\_;
3. offerta affidataria; la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico del procedimento, la dott.ssa Chiara D'Eusanio;
5. direttore dell'esecuzione, Ing. Natascia Rondina con qualifica di Direttore della UOC \_\_\_\_\_.

L'esecutore individua:

- nel Dott. \_\_\_\_\_ il Responsabile tecnico della fornitura (cfr. art. 5 del capitolato speciale) al quale la stazione appaltante, nella persona del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

#### ARTICOLO 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_ + iva, di cui Euro \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è determinato sulla base dell'offerta economica dell'esecutore come riepilogato nell'offerta economica allegata (all. n. \_\_\_\_\_).

In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti in capo all'esecutore dal presente atto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo della consegna della fornitura come previsto dal capitolato speciale, dal capitolato tecnico e relativi allegati e dall'offerta tecnica dell'esecutore.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal capitolato speciale e dal presente atto.

In particolare si richiamano le disposizioni di cui all'art.2 del capitolato speciale che prevede quanto segue.

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è oggetto di revisione ai sensi dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base di un'istruttoria condotta dal R.U.P., in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i

La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo considerato.

L'istruttoria di cui sopra verrà effettuata con cadenza annuale.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

#### ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la UOC di \_\_\_\_\_ sita presso il Presidio Ospedaliero di \_\_\_\_\_, V. \_\_\_\_\_.

#### ARTICOLO 5 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e servizi accessori oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le

norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto, da svolgersi presso le sedi operative della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che la fornitura dovrà essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati nel presente atto;

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

## ARTICOLO 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed il Documento informativo sui rischi specifici dell'Azienda.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

## ARTICOLO 7 - Garanzie

### Generalità

L'esecutore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

La stazione appaltante e l'esecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

### Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'esecutore ha costituito la cauzione definitiva richiamata in premessa.

La cauzione definitiva è svincolata al termine del periodo di garanzia.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità" secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

## ARTICOLO 8 - Consegna della fornitura e verifica di conformità/collauda.

Si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del capitolato speciale.

## ARTICOLO 9 - Pagamento del corrispettivo

Si rinvia integralmente all'art. 7 del capitolato speciale.

Inoltre si precisa quanto segue.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto *dell'assistente contabile e dell'assistente tecnico*, come

definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la disciplina del capitolato speciale.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'esecutore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

#### ARTICOLO 10 - Subappalto

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:

➤ \_\_\_\_\_

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecutore ha depositato presso la stazione appaltante la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di subappalto prevede all'art. 18 la clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

La stazione appaltante autorizzerà il subappalto a seguito della sottoscrizione del presente contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subesecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subesecutore.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subesecutore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subesecutore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subesecutore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante

avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

#### ARTICOLO 11 - Penali

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste dal capitolato speciale (cfr. art. 10 del capitolato speciale).

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### ARTICOLO 12 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 297 del D.P.R. 207/2010.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del danno.

Visto e richiamato integralmente l'art. 11 del capitolato speciale, si conviene, in ogni caso, che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'esecutore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;  
l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa al mancato espletamento di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;  
m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del presente atto;  
n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;  
o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.  
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.  
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art 15 del Capitolato Speciale.

#### ARTICOLO 13 - Recesso

Visto e richiamato integralmente l'art. 11 del capitolato speciale, si conviene, in ogni caso, che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.  
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.  
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con lettera raccomandata a.r..  
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.  
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.  
Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.  
L'esecutore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  
L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.  
In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.  
La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.  
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.  
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art 15 del Capitolato Speciale.

#### ARTICOLO 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.  
A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.  
Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.  
La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.  
Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 15 - Divieto di cessione del contratto - Vicende soggettive dell'aggiudicatario**

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. .

In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla ditta subentrante.

In caso di forniture, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, l'esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa documentazione probatoria;

- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno , .....).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'esecutore e della ditta subentrante.

L'esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati alla stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 13 del Capitolato d'oneri in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'esecutore non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

#### **ARTICOLO 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

#### **ARTICOLO 17 - Condizione risolutiva espressa**

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i inoltre è soggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

#### **ARTICOLO 18 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

#### **ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel

rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\*\*\*\*\*

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 11 pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

\*\*\*\*\*

Per l'Azienda Ospedaliera  
"\_\_\_\_\_"  
"\_\_\_\_\_"  
Il DIRETTORE GENERALE  
Dr. \_\_\_\_\_

L'esecutore  
Il \_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_

Il R.U.P.  
Dott. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5- Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Articolo 7 - Garanzie

Articolo 8 - Consegna della fornitura e verifica di conformità

Articolo 9 - Pagamento del corrispettivo

Articolo 11 - Penali

Articolo 12 - Risoluzione

Articolo 13 - Recesso

Pesaro, lì \_\_\_\_\_

L'esecutore  
Il \_\_\_\_\_  
Sig. \_\_\_\_\_

ALLEGATO N° 7 ..... ALLA DETERMINA N° 120  
DEL ..... 26 FEB, 2016

Att. u. 7  
alla determinazione



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
**Azienda Ospedaliera**  
**"Ospedali Riuniti Marche Nord"**  
SEDE LEGALE: p.le Cinelli, 4  
61121 PESARO

# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

Committente:

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"

Oggetto:

Fornitura e installazione di tecnologie per l'allestimento del Polo Endoscopico e della Sala Operatoria di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Santa Croce di Fano -

2° Stralcio:

Fornitura ed installazione di Tavoli, Barelle e Letti Operatori

## PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire alla impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il DUVRI ed il "Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori", sono da considerarsi allegati tecnici della documentazione di gara.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato - Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico. Pertanto questa versione preliminare del DUVRI dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, orario di lavoro, etc.) e le modalità di esecuzione dell'appalto.

Copia del D.U.V.R.I. verrà debitamente sottoscritta ed allegata al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.

Ulteriori aggiornamenti del D.U.V.R.I. potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

### 1. FIGURE DI RIFERIMENTO

| Datore di lavoro Committente – Dati relativi all' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" |                                                                         |                             |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| INDICAZIONE DEL RUOLO                                                                                | NOMINATIVO                                                              | INDIRIZZO SEDE              | N. TELEFONO                                     |
| Direttore Generale                                                                                   | Dott.ssa Maria Capalbo                                                  | P.le Cinelli 4, Pesaro      | 0721 – 366304                                   |
| Responsabile Unico del Procedimento                                                                  | Dott.ssa Chiara D'Eusanio                                               | V.le Trieste, 391 Pesaro    | 0721 – 366340                                   |
| Direttore di Esecuzione del Contratto                                                                | Dott.ssa Monica Bono o persona da lei delegata                          | Via Lombroso 1, Pesaro      | 0721 – 364162                                   |
| Responsabile UOC Ingegneria Clinica e HTA                                                            | Dott.ssa Monica Bono                                                    | Via Lombroso 1, Pesaro      | 0721 – 364162                                   |
| Direttore UOC Opere strutturali e cantieri                                                           | Ing. Paolo Sorcinelli                                                   | V.le Trieste, 391 Pesaro    | 0721 – 366330                                   |
| Direzione Medica di Presidio Fano                                                                    | Dott. Nicola Nardella                                                   | Via Vittorio Veneto, 2 Fano | 0721 – 882522                                   |
| Direttore UOC Ostetricia Ginecologia PO Fano                                                         | Dr. Claudio Cicoli                                                      | Via Vittorio Veneto - Fano  | 0721 / 882219                                   |
| Coordinatrice UOC Ostetricia Ginecologia PO Fano                                                     | Coord. Simona Fioridi                                                   | Via Vittorio Veneto - Fano  | 0721 / 882952                                   |
| Coordinatrice Polo Endoscopico                                                                       | Coord. Margherita Moretti                                               | P.le Cinelli 4, Pesaro      | 0721 – 365051                                   |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione                                                       | Dott.ssa Monica Bono                                                    | Via Lombroso 1, Pesaro      | 0721 – 364162                                   |
| Addetti Servizio Prevenzione e Protezione                                                            | Ing. Agnese Lucasoli<br>Inf. Elena Guglielmino<br>Inf. Carmela Celestre | Via Lombroso 1, Pesaro      | 0721 – 364168<br>0721 – 364170<br>0721 – 364190 |

|                      |                     |                      |               |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Officina ospedaliera | Sig. Gianluca Rossi | P.le Cinelli, Pesaro | 0721 - 365011 |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|

## 2. DITTA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza:

## 3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Pesaro intende affidare a ditta esterna la fornitura e installazione di Tavoli Barelle e Letti Operatori per l'allestimento del Polo Endoscopico e della Sala Operatoria di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Santa Croce di Fano e del Polo Endoscopico del PO Pesaro.

La fornitura prevede progettata le seguenti tecnologie:

1. Sale del nuovo Polo Endoscopico e area preparazione/osservazione paziente del Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano
  - n.5 Tavoli Barelle
  - n.2 Tavoli operatori mobili
2. Sale del Polo Endoscopico di Pesaro e area preparazione/osservazione paziente del Presidio Ospedaliero Pesaro
  - N.3 Tavoli Barelle
3. Sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Fano
  - N.1 Tavolo operatorio a piani trasferibili con accessori a corredo

Per le tecnologie previste in fornitura sono compresi i seguenti servizi:

- Realizzazione delle opere edili/impiantistiche propedeutiche all'installazione delle tecnologie;
- Attività di coordinamento con l'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell'area interessata;
- Consegna ed installazione delle tecnologie offerte.

## 5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati unicamente i rischi interferenti che i lavoratori della Ditta Aggiudicatara introdurranno, presumibilmente in questa fase, nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ospedaliera.

| Tipologia di Rischio                                     | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI            | Dovuto alle operazioni di trasferimento, ritiro e deposito di attrezzature e materiali vari utilizzando carrelli ed altri ausili meccanici, attraverso corridoi ed atrii e con l'utilizzo di ascensori/montacarichi.<br>Le attività prevedono inoltre l'uso di automezzi di trasporto nonché operazioni di carico e scarico nella viabilità interna dell'Azienda ospedaliera. |
| INCIAMPO O CADUTA                                        | Dovuto al deposito temporaneo o accidentale di attrezzature di lavoro o materiali in luoghi accessibili a persone estranee ai lavori.                                                                                                                                                                                                                                         |
| RUMORE E VIBRAZIONI                                      | L'utilizzo di attrezzature o lavorazioni che emettono rumore o vibrazioni durante la manutenzione potrebbe causare interferenze con l'attività sanitaria.                                                                                                                                                                                                                     |
| RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI SU IMPIANTI OSPEDALIERI | La ditta dovrà intervenire sugli impianti ospedalieri: elettrico, etc. e potrebbe causare interferenze o interruzioni temporanee dell'erogazione nei reparti adiacenti.                                                                                                                                                                                                       |

## 6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi individuati per i lavori in oggetto.

| Interferenze Ricontrate                | Indice di Rischio (B, M, A) | Aree Interessate                                          | Misure di Prevenzione e Protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCHIO URTI, ABRASIONI SCHIACCIAMENTI | B                           | Tutti i percorsi viali interni ed esterni, area di lavoro | Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio).<br>Quando e se possibile effettuare le operazioni di trasporto in orari di basso affollamento.<br>Concordare con il RUP/DEC i percorsi per gli operatori e per il trasporto materiali.<br>• Concordare preventivamente gli accessi con i Coordinatori dei reparti, attenersi alle specifiche procedure al fine di non interferire con le attività sanitarie. |
| INCIAMPO O CADUTA                      | B                           | Aree esterne all'area di lavoro                           | Si raccomanda di depositare attrezzature e materiali all'interno dell'area di lavoro che deve essere inaccessibile a personale non autorizzato.<br>Qualora fossero necessari depositi esterni, devono essere concordati con il RUP/DEC, delimitati e segnalati a cura della Ditta appaltatrice.<br>• Concordare preventivamente gli accessi con i Coordinatori dei reparti, attenersi alle specifiche procedure al fine di non interferire con le attività    |

## 8. RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione dell'appalto da parte della Ditta Aggiudicataria, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di cooperazione e coordinamento che dovrà essere predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente appalto e a cui dovranno partecipare tutte le figure interessate dell'Azienda Committente (Responsabile esecutivo, R.S.P.P., eventuali altri soggetti interessati, etc.) e dell'Azienda Aggiudicataria (legale rappresentate, RSPP, etc.).

Tale riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.

Il verbale della riunione di cooperazione e coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I.

Pesaro, \_\_\_\_\_

Dott.ssa Chiara D'Eusanio  
Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Monica Bono  
Responsabile del Servizio  
Prevenzione Protezione

\_\_\_\_\_



|                                                                 |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |   |                                                        | sanitarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RUMORE E VIBRAZIONI</b>                                      |   | Aree di lavoro, reparti adiacenti                      | Concordare con il personale ospedaliero l'avvio di lavorazioni che possono produrre disturbo da rumore o da vibrazioni.<br>Ridurre le emissioni di rumore/ vibrazioni utilizzando all'occorrenza utensili e mezzi silenziati; non utilizzare apparecchiature/ dispositivi/ macchinari con emissioni incompatibili con le attività ospedaliere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI SU IMPIANTI OSPEDALIERI</b> | B | Aree di lavoro, reparti adiacenti                      | Concordare con la UOC Opere Strutturali e Cantieri - Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione<br>Segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti.<br>Le macchine e i dispositivi elettrici devono essere dotati di certificazione di sicurezza elettrica, efficienti e integri come da omologazione, correttamente allacciati e compatibili con gli impianti presenti.<br>Eseguire l'installazione degli apparecchi nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.<br>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo. |
| <b>RISCHIO BIOLOGICO</b>                                        | B | Aree adibite ad attività sanitarie                     | Segnalare al personale eventuali superfici imbrattate di materiale biologico.<br>In caso di contatto accidentale con materiale biologico avviare immediatamente la procedura di infortunio presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera.<br>• Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi alle indicazioni fornite dai Coordinatori della UU.OO.CC. Ostetricia Ginecologia e del Polo Endoscopico nonché alle informazioni presenti nel Documento Informativo di cui al punto 4.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISCHIO INCENDIO</b>                                         | A | Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa) | Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(B = basso; M = medio; A = alto)

## 7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base della valutazione dei rischi da interferenze di cui al punto 6, si evince che tali rischi possono essere ricondotti a valore accettabile o trascurabile attraverso la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, sia dalla parte del committente che dalla parte dell'appaltatore. Si ritiene che tali interventi non prevedano costi aggiuntivi per la sicurezza pertanto, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007, si valuta che i **costi per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero.**

- Formazione all'uso, alla gestione e monitoraggio delle apparecchiature offerte;
- Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della fornitura.

Si specifica che i locali del nuovo Polo Endoscopico, padiglione C piano interrato del P.O. Santa Croce sono interessati lavori di ristrutturazione edile e impiantistica, quindi risulta essere cantierizzata.

In questa fase si può prevedere che:

- la Ditta attualmente appaltatrice dei lavori si occuperà della predisposizione edile ed impiantistica per l'installazione tavoli operatori mobili;
- una volta terminati i lavori, a cantiere chiuso, la Ditta Aggiudicataria installerà le attrezzature.

### 3.1 DURATA DELLA FORNITURA:

La fornitura del servizio ha una durata di 1 anno.

### 3.2 MODALITÀ DI ACCESSO :

Gli orari e le modalità di accesso devono essere concordati con il Direttore Esecutivo del Contratto.

### 3.3 LAVORATORI DEL COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO:

I lavoratori della Ditta Aggiudicataria collaboreranno con il personale delle UU.OO.CC.: Polo Endoscopico Fano, Polo Endoscopico Pesaro, Ostetricia-Ginecologia PO Fano e della UOC Ingegneria Clinica nella fase di formazione all'utilizzo della tecnologia fornita.

### 3.4 NUMERO DI LAVORATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ PRESSO LE AREE / LOCALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" :

Si rimanda all'elenco che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire prima dell'inizio della fornitura.

#### **NOTA:**

nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dalla Ditta Aggiudicataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

### 3.5 LUOGHI PRESSO I QUALI È DATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE:

In caso di necessità, il deposito di materiale deve essere concordato con il Direttore di Esecuzione o suo delegato.

### 3.6 INFORTUNI:

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi eventualmente al Medico Competente della Ditta medesima per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

## 4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno del "**Documento informativo sui rischi specifici dell'Azienda, destinato alle Ditte e ai Lavoratori Autonomi affidatari di lavori, servizi e forniture**". Il suddetto documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che debbono essere attuate.



REGIONE MARCHE

Numero 120/AORMNDGEN

Data 26/02/2016

**DETERMINA N. 120/AORMNDGEN DEL 26/02/2016**

**procedura aperta per l'acquisizione - suddivisa in lotti - di tavoli barelle e letti operatori occorrenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord. Indizione.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 26/02/2016 al 11/03/2016

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 26/02/2016
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

26/02/2016

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_