

A.S.U.R.A.V N.1- URBINO U.O.C. Diagnostica di Laboratorio Laboratorio Analisi Urbino	<b>PIANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CONTROLLI  DI TARATURA</b>	M06PR03 Rev. 00 Data: 13/10/2017 Pagina 1 di 6
--	--	---

Anno: 2022

Strumento (n° inventario)	Data prevista	Data effettiva	Esito	Ditta/operatore esecutore	Firma	Data verbale	Data di richiesta riparazione e taratura/sostituzione	Data di avvenuta Taratura/sostituzione
EPPENDORF CENTRO TRASFUSIONALE matr.225894 10-100 ul	FEBBRAIO 2023	17/3/23	OK					
EPPENDORF CENTRO TRASFUSIONALE matr.239549 20-200 ul	FEBBRAIO 2023	17/3/23	OK					

Cod. Area 303000  
 Inviato il 28/02/2023

<p>A.S.U.R.A.V N.1- URBINO</p> <p>U.O.C. Diagnostica di Laboratorio</p> <p>Laboratorio Analisi Urbino</p>	<p>PIANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CONTROLLI DI TARATURA</p>	<p>M06PR03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Data: 13/10/2017</p> <p>Pagina 2 di 6</p>
---	---	--

<p>Pipetta</p> <p>BRAND MONOCANALE</p> <p>A VOLUME VARIABILE</p> <p>Matr.O2K15203</p> <p>300 uL</p> <p>500 ul</p> <p>1000 ul</p> <p>SIEROLOGIA</p>	<p>MARZO</p> <p>2023</p>	<p>17/3/23</p>	<p>OK</p>					
<p>PIPETTA</p> <p>MONOCANALE</p> <p>A VOLUME VARIABILE</p> <p>Matr. 05J85938</p> <p>1000 uL</p> <p>EMATOLOGIA</p>	<p>MARZO</p> <p>2023</p>	<p>17/3/23</p>	<p>OK</p>					
<p>PIPETTA A VOLUME</p> <p>VARIABILE</p> <p>BRAND</p> <p>Matr. 19K57296</p> <p>10 ul</p> <p>50 ul</p> <p>100 ul</p> <p>ELETTROFORESI</p>	<p>MARZO</p> <p>2023</p>	<p>16/3/23</p>	<p>OK</p>					

A.S.U.R.A.V N.1 - URBINO U.O.C. Diagnostica di Laboratorio Laboratorio Analisi Urbino			PIANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CONTROLLI DI TARATURA					M06PR03 Rev. 00 Data: 13/10/2017 Pagina 3 di 6
PIPETTA MONOCANALE GILSON Matr.E20885N 200 uL PERGOLA	MARZO 2023	16/3/23	OK					
PIPETTA MONOCANALE KARTELL Matr. 89700573 1000 ul PERGOLA	MARZO 2023	16/3/23	OK					
PIPETTA MONOCANALE A VOLUME VARIABILE GILSON 10 ul 30 ul 100 ul Matr. RE71655 PERGOLA	MARZO 2023	16/3/23	OK					

<p>A.S.U.R.A.V N.1- URBINO</p> <p><b>U.O.C. Diagnostica di Laboratorio</b></p> <p>Laboratorio Analisi Urbino</p>	<p><b>PIANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CONTROLLI DI TARATURA</b></p>	<p>M06PR03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Data: 13/10/2017</p> <p>Pagina 4 di 6</p>
--	--	--

<b>PIPETTA MONOCANALE</b> Matr. 400512 30 ul DM MENARINI	MARZO 2023	17/3/23	OK					
<b>PIPETTA MONOCANALE A VOLUME VARIABILE</b> Matr. R. 668972 PIPET 4U 100 ul 500 ul 1000 ul TOSSICOLOGICO	MARZO 2023	7/3/23	OK					

A.S.U.R.A.V N.1 - URBINO U.O.C. Diagnostica di Laboratorio Laboratorio Analisi Urbino			PIANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CONTROLLI DI TARATURA					M06PR03 Rev. 00 Data: 13/10/2017 Pagina 5 di 6
<b>PIPETTA</b> <b>MONOCANALE A</b> <b>VOLUME VARIABILE</b> <b>PIPET 4U</b> Matr. <b>Q.H 46 7554</b> 500 ul 2000 ul 5000 ul <b>TOSSICOLOGICO</b>	<b>MARZO</b> 2023	16/3/23	OK					
<b>PIPETTA</b> <b>MONOCANALE A</b> <b>VOLUME VARIABILE</b> <b>SOCOREX</b> Matr. 23011162 20 ul 50 ul 200 ul <b>TOSSICOLOGICO</b>	<b>MARZO</b> 23	7/03/23	OK					

<p>A.S.U.R.A.V N.1- URBINO</p> <p>U.O.C. Diagnostica di Laboratorio</p> <p>Laboratorio Analisi Urbino</p>	<p>PIANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CONTROLLI DI TARATURA</p>	<p>M06PR03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Data: 13/10/2017</p> <p>Pagina 6 di 6</p>
---	---	--

<p>PIPETTA MONOCANALE A VOLUME VARIABILE GILSON Matr. S5824OR 1000 ul FOSSOMBRONE</p>	<p>MARZO 2023</p>	<p>16/3/23</p>	<p>OK</p>					
<p>PIPETTA MONOCANALE A VOLUME VARIABILE PIPETMAN Matr. A8422313 100 ul 1000 ul FOSSOMBRONE</p>	<p>MARZO 2023</p>	<p>16/3/23</p>	<p>OK</p>					

N. 14 PIPETTE

FEBBRAIO 2022

AST Pesaro Urbino U.O.C. Diagnostica di Laboratorio Laboratorio Analisi Urbino	<b>PIANIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CONTROLLI DI TARATURA</b>	M06PR03 Rev. 00 Data: 13/10/2017 Pagina 1 di 1
--	---	---

Anno: Settembre 2023

Strumento (n° inventario)	Data prevista	Data effettiva	Esito	Ditta/operatore esecutore	Firma	Data verbale	Data di richiesta riparazione e taratura/sostituzione	Data di avvenuta Taratura/sostituzione
<b>TRANSFERPETTES MONOCANALE</b> 10 ul – 100 ul  Matricola: 18J07777 Settore: Diagnostica Molecolare <b>VOLUME DA TARARE:</b> 50 ul	<b>SETTEMBRE 2023</b>							
Pipet4Upro <b>MONOCANALE</b> 100 – 1000 ul  Matricola: QG461602 Settore: Chimica Clinica <b>VOLUMI DA TARARE:</b> <del>300 ul</del> 500 ul 1000 ul	<b>SETTEMBRE 2023</b>							

**N. 2 PIPETTE (volumi da tarare=4)**