



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Art. 66 del D.Lgs. 50/2016

Avviso di avvio consultazione preliminare di mercato.

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" Piazzale Cinelli 4 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica www.ospedalimarchenord.it/e-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it.

1. Oggetto e finalità: questa Azienda avvia - ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 - una consultazione preliminare di mercato volta ad acquisire adeguate informazioni di ordine tecnico ed economico al fine della redazione della progettazione tecnico/estimativa propedeutica all'avvio della/e procedura/e concorsuale/i di acquisizione di n. 1 TC Multistrato di alta fascia e di ultima generazione per l'esecuzione di esami TC tradizionali e cardiaci occorrenti alla AORMN (ed eventuale opzione di un ulteriore TC multistrato di alta fascia e di ultima generazione)

Agli operatori economici di mercato viene richiesto di manifestare il proprio interesse in merito e di mettere a disposizione di questa Stazione Appaltante tutto il proprio know how in termini di organizzazione, tecnologia, esperienza, ricerca e innovazione, capacità operativa al fine della realizzazione dell'intervento che risulta così articolato:

Da destinare al Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano.

N. 1 TC multistrato di alta fascia e di ultima generazione da affiancare alla apparecchiatura attualmente in uso, al fine di un aumento della produttività e di garanzia di continuità in caso di guasti prolungati di una delle apparecchiature in dotazione.

Descrizione tecnica delle necessità minime:

- TC multistrato di alta fascia e di ultima generazione per un utilizzo almeno in ambito traumatologico, cardiologico, oncologico, ortopedico, neurologico e di radiologia specialistica. Il sistema TC dovrà permettere l'esecuzione di esami con almeno 128 strati acquisibili contemporaneamente per singola scansione di 360°, sia in tecnica assiale che spirale e copertura anatomica almeno di 38 mm per singola rotazione con almeno 64 file di detectori fisicamente presenti. Il sistema dovrà inoltre essere ottimizzato per l'esecuzione di esami di pazienti pediatrici e pazienti obesi;
- pacchetto cardiologico completo almeno di iniettore angiografico per mezzo di contrasto e ECG per l'acquisizione sia con gating prospettico che retrospettivo.
- fornitura accessoria di arredi sanitari idonei a garantire la completa funzionalità della sala TC;
- completa integrazione con il sistema RIS/PACS attualmente in uso (Expriuvia).
- servizio di assistenza tecnica di tipo full risk per tutta la durata del periodo di garanzia (almeno 60 mesi);
- attività di formazione del personale medico, tecnico e fisico finalizzata alla messa in esercizio e all'utilizzo della macchina fornita;
- progettazione ed esecuzione dei lavori per l'adeguamento della sala TC e dei locali adiacenti al servizio (sala comandi e sala preparazione) necessari alla installazione della nuova tecnologia.

Importo presunto complessivo pari ad euro 800.000,00 oltre ad Iva al 22%

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il materiale divulgativo presentato dalle imprese (slides, brochures, relazioni, ecc., sia in formato cartaceo che su supporto informatico) dovrà essere messo a disposizione del gruppo tecnico in modo da poter essere utilizzato e consultato al momento della redazione della successiva progettazione tecnico/estimativa, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Si evidenzia che:

- non sono previste forme di indennizzo o rimborso a favore degli eventuali partecipanti;
- la mancata partecipazione alla consultazione non preclude in alcun modo la partecipazione alla eventuale successiva gara indetta in esito alla stessa;
- questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità;
- tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione preliminare saranno raccolti e conservati dalla presente Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Per la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato inerente l'acquisizione di un acceleratore lineare si rende necessario un **sopralluogo** che potrà essere effettuato nelle giornate del 17 e 19 maggio 2017 previo appuntamento con il seguente referente: Dr. Matteo Mariselli (0721/364164- 365456- matteo.mariselli@ospedalimarchenord.it)

3. Le richieste di partecipazione alla consultazione dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del 26/05/2017 a mezzo fax al seguente numero: 0721/366336 o alla seguente mail: lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it. Si invitano gli operatori economici ad esplicitare, nella richiesta di partecipazione, il settore di interesse e l'indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere trasmessa la convocazione. Seguirà formale convocazione.

4. Modalità di svolgimento:

- **data e sede di effettuazione:** questa Azienda definirà un programma di consultazione in esito al numero della richieste di partecipazione che perverranno entro il termine ultimo indicato. Le convocazioni saranno trasmesse con almeno due (2) giorni di preavviso ed avranno avvio presumibilmente entro il mese di giugno p.v. La sede della consultazione verrà indicata nella convocazione;

5. Pubblicazione avviso: il presente avviso, al fine di garantire la massima pubblicità e la par condicio fra gli interessati, viene pubblicato (unitamente al relativo allegato) sul sito web dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Marche Nord" e sull'Albo Pretorio.

Si evidenzia altresì che il la presente fornitura è stata oggetto del provvedimento di programmazione biennale degli acquisiti di beni e servizi di questa Azienda n. 1023 del 30/12/2016 nonché di specifico avviso di preinformazione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 50/2016.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Chiara D'Eusanio.
Pesaro, lì 09/05/2017

