



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA
Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

Il Dirigente
Settore Appalti e contratti
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Ref. Dott.ssa Francesca Stefanini
mail: francesca.stefanini@ospedalimarc
henord.it

Pesaro, lì 03/04/2017

Oggetto: procedura aperta per la fornitura in service di un sistema diagnostico completo per Laboratorio Analisi. Chiarimenti del 03/04/2017.

Vista e richiamata la determina n. 256/DG del 31/03/2017, si procede a pubblicare la documentazione di gara adeguatamente modificata in conseguenza dei chiarimenti forniti.

PRECISAZIONI

Con riferimento ai chiarimenti pubblicati in data 27/03/2017 si evidenzia che l'ultimo capoverso della risposta al chiarimento n. 16 è modificato come segue:

“Si conferma dunque quanto originariamente richiesto al punto MH5 e MS5 dell'Allegato 2 “Caratteristiche di Minima e Preferenziali” ed è pertanto possibile offrire per l'HUB “sistemi automatizzati di tipo front-end per il check in, aliquotazione e smistamento in rack porta campioni” integrati all'automazione che gestisca la fase analitica e post-analitica, purchè venga offerto anche un sistema di pre-analitica stand-alone per il check-in, lo smistamento, il check-out delle restanti provette del Laboratorio secondo quanto richiesto nei requisiti di minima MH5-MH13.

CHIARIMENTI

Si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti in esito alle richieste pervenute nel termine ultimo previsto dal bando di gara e dal punto 6 del disciplinare di gara.

1) **Quesito:** fattore VWF: nell'Allegato C, colonna “Prestazioni Coagulazione” è richiesto il Test VWF; si chiede di specificare se il test richiesto sia VWF Antigene o il VWF Cofattore Ristocinetico. Inoltre si chiede se il numero di test totali richiesti, ovvero 160, sia da riferirsi ad un solo test.

Quesito: numero test e sedute: nell'Allegato C, sono indicati i test e le sedute per ogni parametro richiesto, ci sono però alcuni test che hanno un numero esiguo di determinazioni, a volte addirittura inferiore al numero di sedute richiesto (es: FXIII 40 test)

Risposta: si precisa che effettivamente per il test VWF vengono eseguite le due determinazioni VWF Antigene e VWF Cofattore Ristocinetico e che, sia per questo test che per il FXIII, viste le richieste, le sedute sono state riportate erroneamente perché il primo viene fatto con una cadenza ogni 10 giorni circa e l'altro ogni 15 giorni.

Nell'Allegato C aggiornato vengono riportate le determinazioni previste:

- **FATTORE vWF:** 120 richieste – 2 CQI a seduta – sedute/anno 35 – totale determinazioni 190
- **FATTORE XIII:** 40 richieste – 2 CQI a seduta – sedute/anno 24 – totale determinazioni 88

2) **Quesito:** In riferimento all'Allegato 11, fogli 1 e 4: nella colonna 8 è richiesto: fabbisogno totale/anno di flaconi (365/colonna 6); si chiede se la formula sia un refuso, in quanto la colonna 6 riporta il codice del fornitura. Si chiede inoltre di chiarire se in colonna 8-10-11 si debbano intendere i singoli flaconi costituenti il kit, anche nel caso in cui per eseguire un test siano necessari flaconi di reagenti diversi. Ad esempio il test a PTT sono necessari il reagente intermedio e l'attivatore, essi vanno considerati due


flaconi o solo uno, in quanto servono insieme a eseguire un solo test? Si chiede di precisare se la parola "flacone" può essere considerata sinonimo di "cartuccia".

Risposta: come già esplicitato in altro chiarimento: *Si chiarisce che, per errore materiale, è stato scritto "colonna 6" invece di COLONNA 7: GIORNI DI VALIDITA' KIT (flaconi) A BORDO.*

In colonna 8-10-11 si intendono i "flaconi/cartuccia" del reagente principale, gli ausiliari vanno riportati nel foglio 11.2 Consumabili dove vengono riportati tutti gli altri reagenti ausiliari necessari all'esecuzione della determinazione richiesta.

Si conferma che "flaconi" è sinonimo di "cartuccia".

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Id. P. 67/17/LA