



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA
Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

P.O. Appalti e Contratti
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Ref. Dott.ssa Francesca Stefanini
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Mail to
francesca.stefanini@ospedalimarche
nord.it

Pesaro, lì 18/02/2016

Oggetto: procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di pacemaker, defibrillatori ed elettrocateri occorrenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Chiarimenti del 18/02/2016.

Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dal punto 10 del disciplinare di gara, le spese ad oggi sostenute per la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani nazionali sono pari ad € 1.094,34 Iva inclusa.

Ai sensi di quanto previsto dal bando di gara e del punto 6 del disciplinare di gara si forniscono i seguenti chiarimenti in esito alle richieste pervenute nei termini indicati.

1) **Quesito:** chiediamo la possibilità di fornire come campionatura dei demo model dei prodotti offerti.

Risposta: l'obbligo della presentazione della campionatura è stato eliminato (cfr. Chiarimenti pubblicati in 11/02/2006).

2) **Quesito:** Con riferimento alla gara indicata si fa presente che i CIG non risultano ancora definiti.

Risposta: si evidenzia che sono stati perfezionati in data 18/02/2016.

3) **Quesito:** Si chiede conferma in merito alla possibilità di omettere la documentazione (copia etichetta e certificazione CE), inserendo al loro posto dichiarazione che i documenti richiesti sono disponibili nel repertorio Nazionale dei dispositivi medici e fornendo per ogni prodotto il rispettivo numero di iscrizione al repertorio del Ministero e della relativa classe CND.

Risposta: In base all'art. 5, comma 5 e all'art. 6, comma 2 del D.M. 21/12/2009, per le informazioni tecniche richieste per i dispositivi medici, le ditte possono presentare una dichiarazione della disponibilità delle stesse sul sito del Repertorio Ministeriale dei Dispositivi Medici, aggiornate alla data della dichiarazione medesima.

4) **Quesito:** lotto 14 - in relazione alla gara in oggetto si rileva che le caratteristiche essenziali di minima previste a pena l'esclusione dal Capitolato Tecnico con riferimento la lotto 14 individuano un unico prodotto (...).

Risposta: Le caratteristiche essenziali di minima sono state modificate, come da recente nuova determina aziendale (cfr. Chiarimenti pubblicati in data 11/02/2016).

5) **Quesito:** In riferimento ai lotti n. 6/10/11 ove è prevista la fornitura di dispositivi medici comprensivi degli elettrocateri, è possibile per le ditte partecipanti offrire questi ultimi (elettrocateri) a titolo di sconto merce?

Risposta: Le ditte partecipanti possono offrire gli elettrocateri a costo zero, fermo restando che l'aggiudicazione è per lotto intero, con il quale si intende tutto il necessario per permettere l'impianto.

6) **Quesito:** è possibile offrire elettrocateri ed introduttori in sconto merce?

Risposta: Le ditte partecipanti possono offrire gli elettrocateri e gli introduttori a costo zero, fermo restando che l'aggiudicazione è per lotto intero, con il quale si intende tutto il necessario per permettere l'impianto.

7) **Quesito:** nel caso di dispositivi per la stimolazione biventricolare, CRT-P e CRT-D, è necessario inserire in offerta anche il sistema di introduzione?

Risposta: *Si, bisogna inserire in offerta anche il sistema di introduzione in quanto necessario per permettere l'impianto.*

8) **Quesito:** Laddove è richiesta la connessione DF-1 e DF-4 (lotti 7,8,9,10,11) è necessario offrire i due differenti modelli o è sufficiente offrire uno dei due (il DF4 per esempio) indicando all'interno della scheda tecnica la disponibilità della versione con connettore DF-1?

Risposta: *Le ditte partecipanti possono indicare nel modulo offerta entrambi i codici prodotto del modello offerto e allegare alla documentazione tecnica da presentare, una dichiarazione attestante la disponibilità dello stesso modello con entrambi i tipi di connessione.*

9) **Quesito:** Laddove è prevista la compatibilità con il sistema di monitoraggio remoto (lotti 2,5,7,8,9,10,11) è necessario inserire il trasmettitore domiciliare in offerta? Nel caso è possibile inserirlo come sconto merce?

Risposta: *Si, bisogna inserire in offerta anche il trasmettitore domiciliare. E' facoltà delle aziende partecipanti offrirlo a costo zero fermo restando che l'aggiudicazione è per lotto intero, con il quale si intende tutto il necessario per permettere il monitoraggio remoto.*

10) **Quesito:** punto 18 del Disciplinare di gara: viene illustrata l'attribuzione dei punteggi prezzo; non è chiaro come vengano assegnati i punteggi relativi al PEi differenti dal PEi MAX al quale vengono assegnati 40 punti. L'attribuzione avviene in modo proporzionale ovvero $x = PEi/PEiMAX*40$?

Risposta: *No, il punteggio del parametro prezzo viene assegnato attraverso il metodo basato sull'utilizzo del punteggio assoluto secondo la seguente formula indicata nel disciplinare di gara:*

$$P_{max} = 40$$

$$PEi = (Ri * 100) \text{ dove } Ri = (BA - Pri) / BA \text{ e } MAX(PEi) = P_{max}.$$

L'adozione di questa formula permette di sfruttare l'intero range di punteggio disponibile (0-40) in relazione ad offerte che potranno garantirsi incrementi di punteggio proporzionali fino ad un ribasso pari al 40% rispetto alla Base d'Asta. Oltre tale livello sarà facoltà della ditta offerente procedere con ulteriori ribassi, ma non saranno corrisposti ulteriori punti prezzo per codesta miglioria.

N.B. = ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara il presente documento dovrà essere restituito debitamente sottoscritto.

^^^^^^^^^^^^^^

Per presa visione e completa accettazione di tutti i chiarimenti forniti e degli allegati la presente documento:


Ditta _____

Data _____

Firma _____

In caso di RTI il presente documento dovrà essere sottoscritto e restituito da tutte le imprese facenti parti del RTI.

**Il Responsabile unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio**



Id. P. 486/15/F.I.