Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Presidio Ospedaliero San Salvatore
Stabilimento Muraglia
Via Lombroso, 1 - 61122 Pesaro
FISICA MEDICA

Dott.ssa Monica Bono

Tel. 0721/364162-365433
Fax 0721/371325

e-mail
monica.bono@ospedalimarchenord.it

☐ Prot. n.
☒ Id. n. 137091/05/02/2014/FIMED

Ing R. Cascioli
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la rifunzionalizzazione ed adeguamento del Blocco Operatorio al piano terrato dell'"Ala Pupita" dell'Ospedale S. Croce di Fano: richiesta chiarimenti.

In riferimento alla lettera prot. ID AORMN|0002238|ALEF|A|170|31/01/2014, si specifica quanto segue.

E' opportuno che le schede tecniche relative alle macchine per trattamenti IORT siano richieste direttamente alle ditte costruttrici, per avere le versioni più aggiornate, non essendo stata ancora individuata nè acquisita la tecnologia di cui sopra.

Si riporta comunque una breve schematizzazione delle informazioni richieste.

Apparecchiatura	Emax	Erogazione media per singolo trattamento	Erogazione media per riscaldamento/QC
Mobetron (Intraop Medical o Medical Development MD51)	12 MeV (elettroni)	20 Gy/pz (3-5 min)	20-40 Gy/giorno
Liac (SIT)	12 MeV (elettroni)	20 Gy/pz (3-5 min)	12 Gy/ giorno (45-60 min)
Intrabeam (Zeiss o Tecnologie Avanzate)	50 kV (fotoni X)	20 Gy/pz (30 min)	10-15 min

Il carico di lavoro massimo presunto sarà di 8 pazienti/settimana, suddivisi in 4 pazienti/giorno, per 2 giorni/settimana.

Distinti saluti

Dott.ssa Monica Bono
Resp. f.f. UOC Fisica Medica

Dr. Feisal Bunkheila
Direttore UOC Radioterapia