



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
**Ospedali Riuniti Marche Nord**  
**APPROVVIGIONAMENTI**  
**BENI E SERVIZI**  
**ED ATTIVITA' ECONOMICHE**  
**Acquisizione beni e servizi**  
Sede: V.le Trieste 391 – 61121 Pesaro

**Dirigente**  
Dott. Antonio Draisci

Tel: 0721. 366340  
Fax: 0721. 366336

Mail to: dott.ssa Chiara D'Eusanio  
c.deusanio@ospedalesansalvatore.it

Prot. n.

Pesaro, lì

09/01/2013

**Oggetto: procedura aperta per la fornitura di un sistema di spettrometria di massa tandem.**  
**CIG: 47228055F9. Chiarimenti.**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti alla richieste pervenute entro il termine ultimo previsto dal bando di gara:

*D: "Si configura come subappalto se la scrivente chiederà di intervenire, per effettuare il servizio di assistenza tecnica, solo per alcuni accessori/strumenti, i tecnici delle case produttrici? Si configura subappalto se la scrivente chiederà d'intervenire ai tecnici della casa produttrice? E' possibile subappaltare nei limiti di legge imposti dal D.Lgs. 163/06 s.m.i. il servizio di assistenza tecnica a terzi per un solo anno e solo per uno strumento?"*

R: Si rinvia a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

*D: "in caso di subappalto è esauriente, nella sola fase di presentazione della documentazione di gara dichiarare di volersi avvalere nei limiti di legge senza specificare i fornitori?"*

R: Sì. E' altresì necessario indicare le parti del servizio/fornitura che s'intendono subappaltare.

*D: "I lavori d'impiantistica e gli eventuali lavori ad essi collegati sono a carico dell'aggiudicatario? In caso di risposta affermativa dovremmo stipulare contratto di subappalto con le ditte che interverranno? Oppure la stazione appaltante accetterà una lettera d'intenti con il relativo ordine di fornitura?"*

R: Relativamente ai lavori di impiantistica si rinvia a quanto previsto dal capitolato tecnico e relativo allegato. In particolare a pag. 2 dell'allegato al capitolato tecnico si dispone quanto segue: "Quanto richiesto attraverso il presente allegato tecnico comprende le tecnologie da fornire e gli eventuali adeguamenti impiantistici e di arredi, a garanzia del corretto funzionamento del sistema e della sicurezza degli operatori negli ambienti di lavoro, quindi, tali adeguamenti, sono richiesti dalla SA e vanno inclusi nell'offerta da presentare."

In merito all'eventuale subappalto si rinvia all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

*D: "I manuali d'uso e manutenzione devono essere consegnati solo in caso di aggiudicazione?"*

R: Si rinvia a quanto previsto dal punto 5) n.10 e 11, del disciplinare di gara.

*D: "confermate in caso di aggiudicazione saremmo obbligati a nominare un referente per la commessa – è necessario che il referente sia un rappresentante legale?"*

R. Sì, in caso di aggiudicazione è necessario nominare un Responsabile Unico Supervisore. Tale ruolo non necessariamente dovrà essere ricoperto dal rappresentante legale.

*D: "nell'allegato n.4 tra i requisiti minimi è richiesto che l'agitatore/incubatore abbia un accurato controllo della temperatura in un range da 15 a 65°C. Può essere ritenuto idoneo un agitatore/incubatore con un range di temperatura da T amb (minimo 20°) a 70°C?"*

R: Errata corrige: sostituire il requisito minimo di pagina 5 del documento denominato allegato n°1 al capitolato tecnico per l'acquisizione di un sistema di spettrometria di massa tandem:

*"accurato controllo della temperatura in un range che comprenda l'intervallo da 15°C a 65°C."*

con

“accurato controllo della temperatura in un range che comprenda l’intervallo da 20°c a 65°c.”

Ai sensi di quanto previsto al punto 4, lett. G del disciplinare di gara il presente elenco dovrà essere sottoscritto in ogni pagina per totale e completa accettazione e restituito unitamente alla restante documentazione amministrativa richiesta.

**Il RUP**  
***Dott. Antonio Draisci***