

CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE – LOTTO N.2

Gara:	Procedura negoziata	Classi Apparecchiature:	Ventilatore polmonare portatile
Codice CND:	Z12030105	Codice CIVAB:	VPO
Quantità Richiesta:	2 (estendibili a 4)	Importo a base d'asta (esclusa IVA):	€ 50.000,00 + iva
Data Prevista Consegna:	aprile 2013	Motivazione:	Nuova Acquisizione

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati

Codice Tipologia CND-CIVAB	Z12030105 - VPO
Descrizione	Ventilatore polmonare portatile
Quantità	N.2 estendibile a 4
Reparto / Servizio richiedente	Anestesia e Rianimazione Pesaro
Destinazione d'uso dell'Apparecchiatura richiesta	Supporto ventilatorio a paziente critici adulti e pediatrici
Necessità di prova o visione	No
Importo a base d'asta IVA esclusa	€ 50.000,00 (inclusa la fornitura di materiale di consumo per la durata di mesi 2 decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo)
Esigenze cliniche	Supporto mobile a pazienti che necessitano di cure intensive attraverso tecnologie avanzate di ventilazione invasiva e non invasiva (NIV)
Esigenze logistiche	L'apparecchiatura in oggetto verrà utilizzata presso i locali della Rianimazione di Pesaro
Descrizione della fornitura	<ul style="list-style-type: none"> - N.2 Ventilatori polmonari (estensibile a 4) trasportabili completi di : <ul style="list-style-type: none"> • Carrello con ruote • Braccio reggitubo • Cassetto o cestello porta accessori • Aggancio posto letto e porta bombola
Configurazione richiesta.	Singolo
Accessori richiesti	Tutti quelli necessari, atti a garantire corretta funzionalità del sistema in relazione alle esigenze cliniche espresse
Accessori opzionali	<ul style="list-style-type: none"> - Altri accessori disponibili (eventualmente da quotare a parte nell'offerta economica)
Reso, ritiro, smaltimento.	Nessuno
Esigenze impiantistiche	Nessuna
Materiale di consumo	Indicare separatamente in offerta economica elenco dei materiali di consumo. Non saranno ammesse offerte di ventilatori che utilizzano materiale di consumo esclusivo .
Garanzia richiesta sui prodotti offerti	<ul style="list-style-type: none"> - Mesi 24 - Nessuna parte e/o ricambio escluso. <p>NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i livelli di assistenza del contratto di tipo "Full Risk". E' da intendersi incluso per tutta la vita utile dei dispositivi forniti, il servizio di aggiornamento tecnologico.</p> <p>L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoscrivere uno dei contratti di manutenzione tra quelli descritti nella Scheda ICHTA.4 al termine del periodo di garanzia.</p>

SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di 'minima'
- auspicabili le specifiche 'preferenziali'
- facoltative le specifiche 'opzionali'.

SPECIFICHE DI MINIMA**Ventilatore polmonare portatile**

- Apparecchiatura di ultima generazione
- Dimensioni ridotte
- Elevata trasportabilità e peso ridotto
- Turbina di ultima generazione a velocità variabile con erogazione ad alto flusso
- Miscelatore ossigeno ad alto flusso
- Possibilità di monitoraggio delle curve e dei valori dei parametri ventilatori (pressione, volume, flusso e FiO2)
- Certificato per utilizzo pediatrico
- Batteria interna con alte prestazioni
- Monitor a colori
- Interfaccia rapida e intuitiva
- Modalità d'utilizzo: C-PAP, ST, PCV, volume controllato, SIMV, PSV e ASB
- Completo di carrello con ruote bloccabili e braccio reggitubo e cassetto/cestello porta accessori
- Possibilità di aggancio al posto letto e porta bombola incluso
- Filtro aria facilmente raggiungibile
- Presenza attacco per ossigeno ad alta e bassa pressione

Parametri impostabili:

- Pressione inspiratoria ed espiratoria
- Ventilazione di back up
- Tempo inspiratorio
- Tempo di rampa
- Sistema ad alte prestazioni di compensazione delle perdite superiore a 50L/min
- Regolazione di allarmi su pressioni, volumi, frequenza, perdite e apnea
- Modalità standby per sospendere temporaneamente la ventilazione
- Allarmi di sicurezza malfunzionamento
- Regolazione della FiO2
- Trigger inspiratorio ed espiratorio
- Visualizzazione del rapporto I/E

SPECIFICHE PREFERENZIALI

Tra le specifiche preferenziali è da intendersi incluso il livello di soddisfacimento qualitativo delle specifiche di minima.

Si includono inoltre le seguenti specifiche:

- Modalità di ventilazione non invasiva (NIV)
- Miscelatore ossigeno ad alto flusso superiore a 180 L/min
- Utilizzo di sensori interni facilmente accessibili in caso di rottura
- Monitor touchscreen con ampio angolo di lettura e di facile interpretazione
- Piattaforma aggiornabile
- Progettato per l'uso in Risonanza Magnetica
- Presenza di porte di comunicazione per il trasferimento dei dati
- Modulo Etco2

SPECIFICHE OPZIONALI

- Nessuna

SPECIFICHE DI MINIMA PER ASSISTENZA TECNICA DI TIPO:

“FULL RISK” E “PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA”

- Massimo tempo di intervento dalla chiamata: 24 ore consecutive (escluso festivi)
- Massimo tempo di ripristino della funzionalità dalla chiamata: 48 ore consecutive (escluso festivi)

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla suscritta tempistica, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a:

$$((\text{costo apparecchiatura interessata})/(5 \times 365)) \times 10$$

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le Apparecchiature Biomediche allegato al presente capitolato tecnico.

CONFORMITÀ NORMATIVA

- Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (Dlgs 46/97 e 37/10)
- CEI 62-5 , CEI 62-51, EN ISO 60601-1-1

MANUTENZIONE PREVENTIVA

La Ditta s'impegna a fornire, comunque, per ciascuna delle TS offerte, una descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva comprendendo anche eventuali attività di controllo e/o taratura e/o altro in conformità a norme CEI.

PARTI DI RICAMBIO

La Ditta s'impegna a fornire, comunque, su richiesta della AORMN, le parti di ricambio delle apparecchiature offerte, nessuna esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.

La Ditta s'impegna a fornire, in caso risultasse aggiudicataria, il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed elettronico (preferibilmente PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci: NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

DISPONIBILITÀ VISIONE

La Ditta DEVE OBBLIGATORIAMENTE rendersi disponibile ad effettuare un'installazione in VISIONE delle TS offerte in gara, presso i locali destinati ad ospitare tali tecnologie, secondo le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione Appaltante.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di visionare la totalità delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e funzionante presso un'altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltà venga esercitata, la Ditta dovrà mettere a disposizione personale esperto al fine di supportare la Commissione nella visione del sistema .

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto, intero e non frazionabile, e sarà effettuata in favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo riservando:

alla QUALITA': MAX 60 Punti
al PREZZO: MAX 40 Punti

Per la congruità delle offerte si procederà secondo gli artt. 86 comma 2 e 87 del D. Lgs n. 163/2006.

Le forniture di cui al presente documento costituiscono lotto unico. Pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali. Il Concorrente può offrire un'unica configurazione di sistema. Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse varianti.

Si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua.

Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.

