



azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Mail to
chiara.deusanio@ospedalimarchenor
d.it

Pesaro, lì 26/01/2017

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento della fornitura occorrente all'allestimento dei locali di ricondizionamento degli endoscopi flessibili presso i Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano dell'occorrenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Precisazioni e chiarimenti del 26/01/2017.

Preliminarmente si precisa:

- che il CIG è stato perfezionato in data 24/01/2017;
- le spese per le pubblicazioni del bando di gara ad oggi sostenute sono pari ad € 3.030,71;
- si allegano ai seguenti chiarimenti le planimetrie dei locali in formato dwg;

Si forniscono i seguenti chiarimenti (ad oggi disponibili) alle richieste pervenute entro il termine ultimo previsto dalla documentazione di gara:

- 1) In riferimento all'installazione delle lavaendoscopi si chiede di confermare che eventuali lavori di adeguamento dell'impianto esistente alle specifiche richieste dalla azienda aggiudicataria sia a carico della AORMN.
Nel caso di fornitura di apparecchiature passanti si chiede di confermare che eventuali lavori di adeguamento siano a carico di codesta Azienda
Per quanto riguarda eventuali lavori edili /impiantistici e/o di adeguamento agli impianti già esistenti, saranno a carico della ditta aggiudicataria o dell'Azienda Ospedaliera?
In riferimento all'installazione delle tecnologie oggetto della procedura di gara si conferma che eventuali lavori di adeguamento dell'impianto esistente alle specifiche richieste da parte dell'impresa aggiudicataria saranno a carico di AORMN.
- 2) In riferimento alla richiesta di rispondenza alla normativa UNI EN ISO 14937 si richiede di specificare se costituisce un criterio di minima con conseguente pena esclusione
La rispondenza alla normativa UNI EN ISO 14937 non costituisce un criterio di minima; pertanto l'eventuale mancata rispondenza non comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
- 3) Si chiede di fornire la lista degli strumenti per poter predisporre i raccordi necessari
*Si richiama quanto previsto a pagina 12 di 33 del Capitolato Tecnico Prestazionale: "L'elenco di tutti gli endoscopi che dovranno essere ricondizionati sarà fornito all'Aggiudicatario da codesta Azienda al momento dell'ordine della fornitura."
Pertanto, l'elenco degli strumenti verrà fornito alla Ditta Aggiudicataria.*
- 4) Nell'allegato-specifiche tecniche- questionario "consumabile" sono richiesti solamente informazioni relative ai consumabili delle lavaendoscopi. Si chiede di confermare l'esclusione dall'oggetto di gara dei chimici per il lavaggio manuale degli strumenti.
*Si precisa che tutto il consumabile connesso alle tecnologie oggetto della fornitura e indicate come caratteristiche di minima debba essere ritenuto compreso nell'importo a base d'asta.
Tale vincolo non si applica alle tecnologie indicate come preferenziali.*

L'offerente è invitato ad indicare esplicitamente e in modo chiaro quantità e tipologie di consumabile connesso all'utilizzo di tali tecnologie, parimenti a quanto indicato al punto 35 nel foglio denominato "Consumabile", ovvero "Altri Consumabili indispensabili al funzionamento (Quanto non espressamente indicato sarà considerato fornito a costo zero)" mediante l'inserimento di ulteriori righe.

Resta inteso che, tutto il materiale omesso, ma necessario al corretto funzionamento delle tecnologie si riterrà fornito a costo zero.

- 5) Nell'allegato-specifiche tecniche- questionario "consumabile" non sono richieste informazioni relative ai consumabili degli armadi. Chiediamo se tali materiali sono da considerare esclusi o se necessario integrarli nello stesso allegato foglio "consumabili" con ulteriori righe successivi al n. 35.
Si rinvia alla risposta al quesito n. 4
- 6) Sistema di rintracciabilità: si chiede all'ente di chiedere alla ditta Exprivia il costo delle interfacce con le varie apparecchiature richieste nel capitolato di gara.
Si precisa che tutti i costi relativi allo sviluppo, configurazione, testing e messa in produzione delle interfacce lato "Sistema di Rintracciabilità" sono da ritenersi compresi nell'importo a base d'asta. Gli oneri relativi alle interfacce lato "Cartella Specialistica e Visit di Exprivia" sono da ritenersi scorporate e a carico di AORMN.
- 7) Nel PO di Pesaro è stata rilevata la presenza di armadi di stoccaggio. Si chiede di indicare se tali armadi saranno tolti e lo spazio liberato potrà essere utilizzato per l'installazione del nuovo armadio richiesto
Gli armadi presenti nel P.O. di Pesaro possono essere tolti e quindi potrà essere utilizzato tale spazio per l'installazione dei nuovi armadi offerti.
- 8) Dimensionamento (paragrafo 2.1.2 del capitolato tecnico prestazionale):
Si conferma, al momento, quanto previsto nel capitolato tecnico prestazionale
- 9) Rintracciabilità: sul capitolato di gara a pag.18 del regolamento tecnico 1, vengono richieste 6 postazioni, sono il totale a disposizione per le due strutture di Fano e Pesaro o sono 6 per ogni struttura?, di contro perché nell'allegato 11, pag. 4, si parla di mettere a disposizione 10 postazioni?
Trattasi di Refuso. Le Postazioni di Lavoro che AORMN mette a disposizione per entrambe le strutture sono complessivamente 10 come indicato a pagina 4 del file denominato "Allestimento dei locali di ricondizionamento degli endoscopi flessibili a servizio dell'AORMN"
- 10) In relazione al DGUE è necessario compilare le sezioni B) e C)? In relazione al DGUE, sezione D) è sufficiente in questa fase dichiarare che ci avremo eventualmente di sub appaltatori per piccoli lavori edili e comunque entro il 30%?
*Non è necessario compilare le sezioni B) e C).
Relativamente al subappalto è sufficiente dichiarare l'eventuale intenzione di subappaltare e la relativa quota.*
- 11) Caratteristiche minima: possibilità di scegliere differenti protocolli di disinfezione e possibilità di impostare cicli di diversa durata. Si chiede conferma di poter offrire sistemi validati UNI EN 15883 1-4-5 con un ciclo di disinfezione ed un ciclo di lavaggio e disinfezione, facendo presente che i suddetti cicli sono validi e garantiscono la corretta disinfezione degli endoscopi, in conformità alle norme citate.
*Si conferma che è possibile offrire sistemi validati UNI EN 15883 1 4-5.
Si conferma che le specifiche ID 32 (Possibilità di scegliere differenti protocolli di disinfezione) e ID 37 (Possibilità di impostare cicli di diversa durata) sono caratteristiche di minima volte alla corretta disinfezione degli endoscopi.*
- 12) Caratteristiche preferenziali: fra le caratteristiche preferenziali è previsto:

- Doppia porta passante lato sporco/pulito si chiede conferma che le lavaendoscopi a doppia porta passante siano preferite solo nell'ipotesi di effettivo utilizzo;
- Disinfezione sonde transesofagee...si chiede conferma che la disinfezione di tali sonde non costituisca valutazione preferenziale...

Si conferma che le tecnologie conformi alla specifica con ID 46 (Sistema di programmazione della partenza del ciclo e del ciclo di autodisinfezione) saranno valutate positivamente;

Le tecnologie aventi porta passante lato sporco/lato pulito saranno preferite nel caso in cui il loro utilizzo sia conforme a quanto indicato nel loro manuale d'uso e qualora sia riscontrabile nel progetto un effettivo vantaggio nell'utilizzo;

Si conferma che saranno valutate positivamente le soluzioni tecnologiche che permetteranno il corretto trattamento delle sonde transesofagee come da specifica preferenziale ID50 (Disinfezione delle sonde Transesofagee);

Si conferma che saranno valutate positivamente le soluzioni tecnologiche conformi a specifica preferenziale ID67 (Compatibilità con disinfettanti non esclusivi).

- 13) Cabinet: in merito alla regolazione della temperatura chiediamo conferma che è possibile proporre armadio che non regola la temperatura ma la mantenga in un range di 10-35°; chiediamo che non venga considerato il requisito della regolazione, richiesto come minimo, perché non necessario al corretto funzionamento dell'armadio e alla efficacia della asciugatura
Si conferma che la specifica ID27 (Regolazione della Temperatura della camera) è una caratteristica di minima. Resta inteso che se la regolazione avviene in maniera automatica in un range per il quale si garantisce efficacia dell'asciugatura, è possibile ritenere tale condizione equivalente qualora si dia evidenza oggettiva di tale equivalenza, come richiesto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.

- 14) *Trasporto caratteristiche preferenziali: utilizzo dei medesimi contenitori utilizzati per lo stoccaggio; dotato di porta di chiusura. Si chiede conferma che è possibile proporre carrelli con vassoi estraibili dotati di coperchi/cover a protezione degli endoscopi*


Conferma delle dimensioni dei lavelli

Si conferma che è possibile proporre carrelli con vassoi estraibili, dotati di coperchi/cover a protezione degli endoscopi.

Trattasi di refuso. Le misure corrette dei lavelli sono le seguenti: 2000x700x900 mm.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il Responsabile unico del Procedimento
 Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Id. P. 269/16/Polo Endo