

**Allegato n° 3 – Prospetto esclusioni con motivazione**

<b>Operatore Economico</b>	<b>Lotto/Motivazione dell'esclusione</b>
DELTA MED S.p.A.	Esclusa offerta lotto n° 2 per mancanza di caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato tecnico. In particolare il prodotto offerto non presenta un idoneo sistema di collegamento al catetere port ed inoltre non è idoneo nei cateteri picc per valutazione post-impianto.
TELEFLEX MEDICAL SRL	Esclusa offerta lotto n° 2 per mancanza di caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato tecnico. In particolare il prodotto offerto non presenta un idoneo sistema di collegamento al catetere port ed inoltre non è idoneo nei cateteri picc per valutazione post-impianto.
INNOVAMEDICA SPA	Esclusa offerta lotto n° 17 per mancanza di caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato tecnico. In particolare il prodotto non presenta raccordo prossimale amovibile per tagliare il catetere dopo il posizionamento.