

☐ Prot. n.

Pesaro, lì 23/01/2018

☐ Id. n.

A tutti gli operatori economici interessati

Oggetto: procedura aperta per la fornitura, in più lotti, di materiale per il confezionamento degli oggetti da sterilizzare/sterilizzati e le prove di sterilizzazione dell'AORMN per la durata di tre anni.

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si evidenzia che:

- Il **termine ultimo di presentazione delle offerte** è stato prorogato al **7/2/2018 ore 11:00**. L'apertura delle stesse è stata fissata per le ore 11:30 del 7/2/2018;
- Le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, sostenute da questa Azienda, saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, **proporzionalmente** al rispettivo importo di aggiudicazione;
- In allegato si pubblica nuovo "**dettaglio scheda fabbisogno RETTIFICATA 23 01 2018 def**" e il nuovo modulo offerto "**nuovo modulo offerta RETTIFICATO 23 01 2018 def**". Entrambi, differiscono esclusivamente per le unità di misura e le quantità dei lotti 1 e 12 rispetto ai documenti pubblicati in data 17_01_2018 (All.n.1 e 2);

Di seguito si forniscono le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute entro il termine ultimo previsto dal bando di gara, ossia il 18/01/2018:

1. Lotto n. 12 rotoli in Tyvek, si chiede di precisare se le quantità indicate si riferiscono a metri o a n. rotoli. La quantità richiesta ci sembra molto bassa e per quanto a ns. conoscenza non esistono rotoli in commercio con le lunghezze richieste (es. 4-6-8-12 metri). Infatti, per quanto a ns. conoscenza i rotoli in commercio hanno lunghezze di 70 o 100 mt, quindi, quantitativi minimi (lunghezza rotolo) molto superiori alle quantità richieste. Inoltre l'importo del lotto ci sembra molto basso. Crediamo ci possa essere stato un errore nella formulazione del lotto;

Si rinvia al nuovo "dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_23_01_2018_def", in cui il fabbisogno è espresso in metri.

2. Rif. lotto n. 16, si informa che il prodotto richiesto, in molti casi, richiede l'utilizzo di un supporto metallico, per tale motivo si chiede di indicare il numero di lavastrumenti presenti nelle aziende aderenti alla gara o il numero di supporti che saranno da fornire in comodato d'uso gratuito. Tale parametro risulta essere di fondamentale importanza per poter redigere un'offerta remunerativa.

Attualmente sono presenti 5 lavastrumenti: 2 a Fano e 3 a Pesaro.

3. Con riferimento al LOTTO 6 si chiede conferma che i prodotti richiesti non debbano avere la stampa di un indicatore di processo.

In riferimento al lotto 6 cartoncini protetti strumenti richiediamo che ci sia la stampa di un indicatore di processo.

4. Con riferimento al LOTTO 12 si fa presente che gli importi a base d'asta non sono congrui rispetto ai prezzi di mercato, chiediamo pertanto una revisione degli stessi.
Si rinvia al nuovo "dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_23_01_2018_def".
5. In riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: LOTTO 1: l'unità di misura per i rotoli per sterilizzazione piatti e a soffietto è il METRO. Ciò significa che quantitativi indicati (annui e triennali) si riferiscono a rotoli o a metri? Per esempio, per il rotolo piatto 7,5x100, qu. annua 10, sono 10 rotoli? Stesso chiarimento per il LOTTO 12 - rotoli in Tyvek.
Si rinvia al nuovo "dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_23_01_2018_def".
Le quantità e le unità di misura si riferiscono a metri.
6. Spettabile Ente, la presente per richiedere, in riferimento al lotto 1 – rotoli piatti: è possibile offrire anche rotoli piatti di lunghezza pari a 200 metri? In caso positivo si richiede se possibile di trasformare i fabbisogni dei rotoli in metri anziché in rotoli.
È possibile offrire rotoli piatti di lunghezza pari a 200 metri.
7. Nella documentazione tecnica da presentare per la gara, richiedete il questionario tecnico compilato, il quale però non è stato inserito nella documentazione di gara. Potete inviarlo?
Si rinvia ai chiarimenti pubblicati in data 17/01/2018.
8. Si può avere una indicazione precisa di quali parti del DGue devono essere compilate?
Si rinvia ai chiarimenti pubblicati in data 17/01/2018.
9. Nel paragrafo 13.4 del disciplinare di gara, è scritto che il plico da presentare dovrà contenere 3 buste chiuse e sigillate, poi però fate riferimento solo a due buste: busta "A" amministrativa e busta "B" offerta tecnica ed economica. Quindi l'offerta tecnica ed economica dovranno essere inserite nella stessa busta? Potete specificare come deve essere presentato il plico e quali/quante buste deve contenere?
Si rinvia ai chiarimenti pubblicati in data 17/01/2018.
10. E' necessaria autodichiarazione dove si attesta che la documentazione tecnica presentata è conforme all'originale?
La documentazione tecnica potrà essere accompagnata da autodichiarazione.
11. E' corretto se nel testo della cauzione provvisoria è presente anche l'impegno del fideiussore? (unico file che contiene entrambi)
Si conferma.
12. In merito al lotto nr.1, caratteristiche tecniche dei rotoli tubolari piatti e a soffietto, chiediamo se la grammatura di almeno 70 gr. non sia un refuso, ma debba essere di almeno 60 gr. come indicato per le buste e come indicato nella predente gara dei prodotti per la sterilizzazione riguardo agli stessi rotoli. Inoltre chiediamo se, in merito ai rotoli l'unità di misura da considerare nella scheda fabbisogno è, come indicato, metri oppure se l'unità di misura corretta è rotolo (in tal caso verificare la correttezza della base d'asta)
Si rinvia ai chiarimenti pubblicati in data 17/01/2018.
13. Nei vari lotti non è indicata la tolleranza percentuale su misure e grammature richieste, chiediamo quindi di indicare tale percentuale, al fine di rendere possibile la partecipazione alla procedura da parte delle varie ditte
Si accetta una tolleranza in tutti i lotti del 6%.
14. Notiamo che nei lotti nr. 2,5,17, vengono richiesti tre tipologie di pacchi test biologici monouso, di cui uno tradizionale con lettura della fiala incubata a 48h, un altro con riscontro a 3h dove non è indicato il tempo di incubazione definitivo della fiala processata, ed infine un terzo con riscontro ad 1h dove non è indicato il tempo di incubazione definitivo della fiala processata. Chiediamo quindi, se per gli ultimi due lotti, è possibile avere un tempo di incubazione definitivo a 48h

Il tempo definitivo è di 48h. Le letture a 1h e a 3h: devono avere valore predittivo con affidabilità statistica di risultato.

15. *In merito al lotto nr.14, nelle caratteristiche tecniche minime è scritto: " il materiale con cui è costruito il dispositivo di prova deve essere preferibilmente in politetrafluoroetilene o similari". In realtà la normativa EN 867-5 indica che il materiale di costruzione deve essere il PTFE (politetrafluoroetilene) oppure si possono utilizzare altri materiali equivalenti. Con materiali equivalenti (e non similari) si intendono quei materiali con le stesse caratteristiche (ad esempio durezza, punto di fusione, ecc.) o caratteristiche migliorative, le quali a ns avviso dovranno essere certificate non solo tramite autodichiarazione della ditta, ma attraverso enti terzi. In caso richiediate, come evidenziato nella normativa EN 867-5, dispositivi in PTFE o equivalenti, chiediamo un adeguamento della base d'asta, in quanto risulta essere troppo bassa e non idonea in merito al prodotto da offrire rispondente le caratteristiche richieste*

In riferimento al lotto 14 il materiale deve essere quello richiesto dalla normativa EN 867-5 o equivalente. Il termine "preferibilmente" è un refuso.

Si allega nuova scheda tecnica lotto 14 (all. n.3)

16. *Vi chiediamo se è necessario posticipare anche la validità della fidejussione.*

Si, è necessario posticipare la validità della fidejussione.

17. *Vi chiediamo inoltre un chiarimento relativo alla compilazione della domanda di partecipazione: Relativamente alle forniture identiche/analoghe, dato che parteciperemo a più lotti, possiamo mettere un elenco riportante il periodo, l'ente e l'importo per le forniture di prodotti di sterilizzazione?*

Si conferma.

18. *DGUE: tra le parti del DGUE da compilare che avete dettagliato nei chiarimenti pubblicati ieri c'è il V che però riguarda la Riduzione del numero di candidati qualificati. E' un refuso? Dobbiamo compilare la VI "Dichiarazioni finali"?*

Si, trattasi di un refuso. Bisogna compilare la VI parte del DGUE.

19. *Rif. chiarimento punto n. 1 spese di pubblicazione, si chiede di modificare il metodo di riparto. Infatti col metodo indicato (n. di aggiudicatari) saranno penalizzate le ditte che vinceranno 1 solo lotto per di più di modesto importo. Si ritiene che in caso di aggiudicazione di un solo lotto di importo modesto l'offerta potrebbe anche non essere remunerativa a causa delle spese di pubblicazione (si pensi ai lotti n. 4,7,13,15) Si chiede pertanto che le spese siano ripartite in base agli importi aggiudicati;*

Le spese di pubblicazione verranno ripartite proporzionalmente in base agli importi di aggiudicazione.

20. *Rif. chiarimenti risposta n. 28, si chiede di precisare a che tipo di certificati ci si riferisce al punto PARTE IV Punto C12 del DGUE; Ci si riferisce ai certificati ISO 9001?*

Si conferma

21. *Rif. chiarimenti risposta n. 28, si chiede di precisare se l'indicazione della parte V sia un refuso; si voleva indicare forse la parte VI?. Infatti non ci risulta ci sia una riduzione del numero dei candidati? In caso contrario si chiede di indicare i parametri da possedere per la selezione;*

Si, trattasi di un refuso. Bisogna compilare la VI parte del DGUE.

22. *Con riferimento alla comunicazione di differimento dei termini di consegna per la gara in oggetto, si chiede conferma che sono altresì differiti i termini per la richiesta di chiarimenti dal 19/1/2018 al 27/1/2018. Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti.*

No, il termine di richiesta di chiarimenti è scaduto in data 18/01/2018.

24. *Relativamente al LOTTO n. 7: Si richiede di specificare quali siano i modelli di containers relativi alle marche richieste (es.: Martin Euro Container System o Microstop o entrambi?) Tale specificazione appare essenziale, posto che non è possibile*

offrire un modello unico di etichetta che possa soddisfare tutte le esigenze; conseguentemente, è, altresì, necessario ricevere il dettaglio dei quantitativi/basi d'asta suddivisi per modello.

Attenersi alle caratteristiche dei container citati nelle schede tecniche del capitolato. (misura etichette circa 4,5 cm altezza per 4,8 cm di larghezza).

25. *Relativamente al LOTTO n. 10: Si chiede conferma delle dimensioni dei filtri Martin in quanto ci risulta siano pari a cm 22,5x22,5, anziché cm 24x24 come indicato a capitolato. Si chiede, inoltre, di specificare se il quantitativo annuo richiesto per questa tipologia di filtro sia pari a 1.000 pz o 100 pz (non deducibile dal file di gara).*

I filtri martin misurano cm 22,5x22,5.

La quantità 1000 è riferito a Cbm - la quantità 100 è riferito a Martin

26. *Relativamente al LOTTO n. 11: Le caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato tecnico indicano n. 4 tipologie di sigillo (Martin, Martin Microstop, Aesculap, CBM); tuttavia, nella Scheda Fabbisogno sono indicate solo n. 3 tipologie, senza peraltro alcuna specifica (per esempio non si comprende a quale modello si riferiscano i 42.000 sigilli indicati). Si chiede, pertanto, di rettificare la Scheda fabbisogno con le necessarie specifiche ed eventuale rivalutazione della base d'asta.*

Sigilli (quote annue): 14.000 Aesculap/cbm; 26.000 martin- microstop; 2.000 martin.

27. *Quesito 3 - Con riferimento ai chiarimenti pubblicati in data 17/01/2018 relativi al Lotto 12, rileviamo che è stata modificata l'unità di misura da metri in "rotoli da 100 mt". Per permettere una maggiore partecipazione chiediamo che le quantità siano indicate in metri, dal momento che in commercio esistono anche rotoli di lunghezza 70 mt.*


Si conferma e rimanda al nuovo

"dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_23_01_2018_def".

Ai sensi del punto 6.4 del disciplinare di gara si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

II RUP

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Allegati:

All.n.1) dettaglio_scheda_fabbisogno_RETTIFICATA_23_01_2018_def;

All.n.2) nuovo_modulo_offerta_RETTIFICATO_23_01_2018_def;

All.n.3) Nuova scheda tecnica Lotto 14.