


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Sede Legale: P.le Cinelli – 6121 Pesaro
Tel. 0721/36.6320 - Fax 0721/362470

PROCEDURA APERTA

OGGETTO: *procedura aperta per acquisizione di n.1 Irradiatore per emoderivati.*

**VERBALE
del 15/09/2017**



Vista e richiamata la determina n.532 del 20 luglio 2017 ad oggetto "Procedura aperta per acquisizione di n.1 Irradiatore per emoderivati. Indizione" e vista e richiamata la determina n. 615 del 01 settembre 2017 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice come segue:

- Dott. Carlo Pazzaglia -Direttore UOC Servizio Immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Presidente);
- Ing. Paolo Forcina - UOC Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Componente);
- Dott.ssa Sara Lappi - UOC Fisica Medica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (Componente).

Il giorno 15/09/2017 alle ore 10.30 presso lo studio del Dott. Carlo Pazzaglia del P.O. Sede centrale, P.le Cinelli 4 (padiglione H, piano seminterrato, UOC Servizio Immunotrasfusionale), si riunisce, in seduta riservata e nel plenum dei suoi componenti, la suddetta Commissione giudicatrice al fine di procedere all'assegnazione dei punteggi tecnici relativi alle offerte tecniche presentate nell'ambito della procedura aperta di cui in oggetto.

Ciò premesso, il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta, rende disponibile la Documentazione Tecnica di ogni concorrente, documentazione cartacea e supporto informatizzato, riscontrandone l'integrità e la corretta custodia.

Preliminarmente si verbalizza l'operato della Commissione nella precedente seduta.

sede/giorno/ora	Attività svolta
Pesaro, presso lo studio del Dott. Carlo Pazzaglia del P.O. Sede centrale 12/09/2017 10:30-13:30	<p>Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.</p> <p>Il Presidente espone le regole di assegnazione dei punteggi secondo i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara, nei quali si esplicitano i Criteri di valutazione tecnici qualitativi.</p> <p>Essendo le ditte offerenti in numero inferiore a tre <u>non si procede</u> alla valutazione tramite metodo del confronto a coppie. Il Presidente, pertanto, espone le regole di assegnazione dei punteggi secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.</p> <p>Il Presidente rende disponibile la documentazione tecnica di ogni partecipante, prelevando la documentazione cartacea e informatizzata, dall'armadio chiuso a chiave, riscontrandone la corretta custodia.</p> <p>La commissione procede pertanto con la lettura e l'analisi della documentazione tecnica dei due concorrenti.</p> <p>La commissione decide di chiedere un'integrazione della documentazione tecnica alla ditta Gilardoni SPA (nota protocollo n. 40174 del 13/09/2017), in quanto pur risultando soddisfatto il requisito di minima CM 30, tra la documentazione tecnica presentata non risulta presente la mappatura di esposizione a contatto dell'irradiatore a cui la ditta fa riferimento al punto (ID) 30 del Questionario Tecnico da essa compilato.</p> <p>La commissione constata che l'offerta tecnica presentata dalla dit-</p>

	<p>ta Medical Service SRL non soddisfa i requisiti minimi (caratteristiche di minima) per quanto richiesto ai punti (ID) 71, 75 e 81 del Questionario Tecnico (all'interno del Questionario Tecnico viene risposto "NO" a quanto richiesto ai punti suddetti). Preso atto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico in merito all'obbligatorietà del soddisfacimento dei requisiti minimi ai fini dell'ammissione alla valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio tecnico, e preso atto che nel Capitolato Tecnico viene specificato che il documento "Allegato 1 - Questionario tecnico Irradiatore" costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, la commissione all'unanimità esclude la ditta Medical Service SRL.</p> <p>Terminate le attività, la documentazione cartacea e informatizzata relativa a ciascuna offerta tecnica, viene riposta in apposito armadio chiuso a chiave, sotto la custodia del Presidente della Commissione.</p> <p>I lavori della commissione per la giornata odierna vengono chiusi alle ore 13:30.</p>
--	--

Vista e richiamata l'attività di analisi ed esame svolta sulla documentazione tecnica presentata dagli operatori economici, ed esaminata l'integrazione alla documentazione tecnica inviata dalla ditta Gilardoni SPA in risposta alla richiesta della commissione con nota protocollo n. 40174 del 13/09/2017, la Commissione procede alla redazione della valutazione tecnica (allegato 1 e allegato 2).

Per una semplificazione dei lavori, i commissari vengono convenzionalmente indicati come rappresentato nella seguente tabella di corrispondenza:

Commissario 1	Dott. Carlo Pazzaglia
Commissario 2	Ing. Paolo Forcina
Commissario 3	Dott.ssa Sara Lappi

La commissione procede, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, alla formulazione e assegnazione di un giudizio sintetico così come riportato nell'allegato n.1. Successivamente procede all'attribuzione dei coefficienti per ciascuno dei criteri di valutazione previsti compilando manualmente la tabella assegnata (allegato n.2).

Al termine di tale operazione la tabella viene riprodotta in un foglio elettronico excel. Ciascun commissario verifica la corretta corrispondenza tra la compilazione manuale e quella elettronica ed approva quest'ultima sottoscrivendo la stampa.

La Commissione procede, tramite foglio excel, al calcolo del punteggio provvisorio su ogni singolo criterio mediante il prodotto dei coefficienti assegnati per il peso attribuito a ciascun criterio.

La Commissione procede poi alla riparametrazione per singolo criterio come previsto dal capitolato.

La tabella così ottenuta, viene stampata e sottoscritta, e allegata (Allegato 2) al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale.

I plichi contenenti la documentazione tecnica vengono custoditi in un armadio chiuso a chiave ubicato presso lo studio del Dott. Carlo Pazzaglia del P.O. Sede centrale, P.le Cinnelli 4 (padiglione H, piano seminterrato, UOC Servizio Immunotrasfusionale).




La Commissione dà mandato al Presidente di trasmettere i verbali redatti e sottoscritti nell'ambito dei lavori di commissione di cui al presente procedimento al RUP.


Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

La seduta viene sciolta alle ore 12:30.


Dott. Carlo Pazzaglia



Ing. Paolo Forcina



Dott.ssa Sara Lappi



Pesaro, li 15/09/2017

ALLEGATO 1

Ditte offerenti:

- **GILARDONI SPA**
- **MEDICAL SERVICE SRL**

VALUTAZIONE TECNICA

L'offerta tecnica presentata dalla ditta Gilardoni SPA soddisfa le caratteristiche di minima richieste in capitolato.

L'offerta tecnica presentata dalla ditta Medical Service SRL non soddisfa le caratteristiche di minima richieste in capitolato, per quanto riguarda i punti (ID) 71, 75 e 81 del Questionario Tecnico, per cui la ditta Medical Service SRL non è ammessa alla valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio tecnico.

La relazione elaborata dalla commissione prenderà a riferimento i punti (ID) del questionario tecnico.

PRODOTTI OFFERTI

Fornitore	GILARDONI SPA	MEDICAL SERVICE SRL
Produttore	Gilardoni SPA	Best Theratronics Canada
Fornitore	Gilardoni SPA	Medical Service SRL POR-DENONE
Modello	Radgil2 (cod. 03360003)	Raycell MK2
Codice CIVAB	Codice CND: Z11019099	/
Anno di immissione sul mercato del modello proposto	2013	2013
Anno di immissione sul mercato della versione proposta	2015	2017
Conformità norme CEI (allegare certificazione)	SI	SI
Marchio CE (allegare certificazione)	SI	SI
Numero Repertorio Dispositivi Medici	618113/R	512812

UNIFORMITA', RIPETIBILITA' RAPIDITA' E SICUREZZA DEL'IRRADIAZIONE – Punti max. 20

GILARDONI SPA		
Commissario	Giudizio	Motivazioni
1	BUONO	L'irradiatore soddisfa ad un buon livello le esigenze di uniformità, ripetibilità, rapidità e sicurezza.
2	BUONO	L'irradiatore soddisfa ad un buon livello le esigenze di uniformità, ripetibilità, rapidità e sicurezza.
3	BUONO	L'irradiatore soddisfa ad un buon livello le esigenze di uniformità, ripetibilità, rapidità e sicurezza.

HARDWARE E SOFTWARE OGGETTO DELLA FORNITURA – Punti max. 20

GILARDONI SPA		
Commissario	Giudizio	Motivazioni
1	BUONO	L'hardware e software oggetto della fornitura soddisfano le esigenze di tracciabilità e conservazione dei dati della U.O.C. Immunoematologia e Trasfusionale.
2	PIU' CHE ACCETTABILE	Il sistema proposto soddisfa quanto richiesto nel capitolato.
3	BUONO	L'hardware e software oggetto della fornitura soddisfano le esigenze di tracciabilità e conservazione dei dati della U.O.C. Immunoematologia e Trasfusionale.

PROTOCOLLI, PRODUTTIVITA' E RADIOPROTEZIONE DEGLI OPERATORI – Punti max. 18

GILARDONI SPA		
Commissario	Giudizio	Motivazioni
1	PIU' CHE ACCETTABILE	Il sistema proposto rispetta i criteri di radioprotezione degli operatori previsti dalla normativa e presenza un livello di produttività adeguato alle esigenze cliniche della U.O.C. Immunoematologia e Trasfusionale.
2	PIU' CHE ACCETTABILE	Il sistema proposto rispetta i criteri di radioprotezione degli operatori previsti dalla normativa e presenza un livello di produttività adeguato alle esigenze cliniche della U.O.C. Immunoematologia e Trasfusionale.
3	PIU' CHE ACCETTABILE	Il sistema proposto rispetta i criteri di radioprotezione degli operatori previsti dalla normativa e presenza un livello di produttività adeguato alle esigenze cliniche della U.O.C. Immunoematologia e Trasfusionale.



GARANZIA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE, TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE – Punti max. 12


GILARDONI SPA		
Commissario	Giudizio	Motivazioni
1	MOLTO BUONO	Le soluzioni proposte per la manutenzione risultano migliorative rispetto a quanto richiesto nel capitolato, come anche i tempi di consegna e installazione.
2	BUONO	L'offerta relativa a manutenzione, formazione, tempi di consegna e installazione soddisfa ad un buon livello le esigenze di reparto.
3	BUONO	L'offerta relativa a manutenzione, formazione, tempi di consegna e installazione soddisfa ad un buon livello le esigenze di reparto.


Dott. Carlo Pazzaglia

Ing. Paolo Forcina

Dott.ssa Sara Lappi







ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE

COMMISSIONE

PARAMETRI	GILARDONI SPA			MEDICAL SERVICE SRL		
	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3
UNIFORMITA', RIPETIBILITA' RAPIDITA' E SICUREZZA DEL'IRRADIAZIONE	0,75	0,75	0,75	NON AMMESSA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE		
HARDWARE E SOFTWARE OGGETTO DELLA FORNITURA	0,75	0,65	0,75			
PROTOCOLLI, PRODUTTIVITA' E RADIOPROTEZIONE DEGLI OPERATORI	0,65	0,65	0,65			
GARANZIA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE, TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE	0,9	0,75	0,75			

Dott. Carlo Pazzaglia

Ing. Paolo Forcina

Dott.ssa Sara Lappi

Carlo Pazzaglia

Paolo Forcina

Sara Lappi


PUNTEGGI COMPLESSIVI


PARAMETRI	Pesi	GILARDONI SPA		MEDICAL SERVICE SRL	
		Valutazione	Riparametrazione	Valutazione	Riparametrazione
UNIFORMITA', RIPETIBILITA' RAPIDITA' E SICUREZZA DEL'IRRADIAZIONE	20	0,750	20,000	NON AMMESSA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	
HARDWARE E SOFTWARE OGGETTO DELLA FORNITURA	20	0,717	20,000		
PROTOCOLLI, PRODUTTIVITA' E RADIO-PROTEZIONE DEGLI OPERATORI	18	0,650	18,000		
GARANZIA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE, TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE	12	0,800	12,000		
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	70	70			

Dott. Carlo Pazzaglia

Ing. Paolo Forcina

Dott.ssa Sara Lappi





PARAMETRI	GILARDONI SPA			MEDICAL SERVICE SRL		
	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3
UNIFORMITA', RIPETIBILITA' RAPIDITA' E SICUREZZA DEL'IRRADIAZIONE	0,75	0,75	0,75	0	0	0
HARDWARE E SOFTWARE OGGETTO DELLA FORNITURA	0,75	0,65	0,75	0	0	0
PROTOCOLLI, PRODUTTIVITA' E RADIOPROTEZIONE DEGLI OPERATORI	0,65	0,65	0,65	0	0	0
GARANZIA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE, TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE	0,9	0,75	0,75	0	0	0

PARAMETRI	Pesi	GILARDONI SPA		MEDICAL SERVICE SRL	
		Valutazione	Riparametr azione	Valutazione	Riparametr azione
UNIFORMITA', RIPETIBILITA' RAPIDITA' E SICUREZZA DEL'IRRADIAZIONE	20	0,750	20,000	0,000	0,000
HARDWARE E SOFTWARE OGGETTO DELLA FORNITURA	20	0,717	20,000	0,000	0,000
PROTOCOLLI, PRODUTTIVITA' E RADIOPROTEZIONE DEGLI OPERATORI	18	0,650	18,000	0,000	0,000
GARANZIA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE, TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE	12	0,800	12,000	0,000	0,000
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	70	70,000		0,000	

