

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
PESARO

Oggetto: Procedura aperta in unione d'acquisto tra AORMN, ASUR Marche (AV1, AV3, AV5), INRCA e A.O. Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per la fornitura di prodotti radioisotopi e kit freddi

Il giorno 29/08/2017 alle 14:30 presso i locali dell'U.O. di Medicina Nucleare dell'AO Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicatrice così composta:

- Dott. Filippo Cambioli - Presidente;
- Dott. Giorgio Ascoli- Componente
- Dott.ssa Daniela Fornarelli- Componente
- Dott.ssa Francesca Capocchetti-Componente
- Dott.ssa Ilaria Tommasini- Componente

La Commissione procede, accedendo con password riservata alla documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti e caricata sulla piattaforma telematica all'accertamento tecnico di conformità, dei prodotti offerti per i lotti 44-49, riscontrando quanto dettagliatamente riportato nel prospetto allegato (ALL N.1).

La Commissione giudicatrice, alle ore 18 dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Ilaria Tommasini

Dott.ssa Francesca Capocchetti

Dott.ssa Daniela Fornarelli

Dott. Giorgio Ascoli

Dott. Filippo Cambioli

Ancona 29/8/2017

Lotti e caratteristiche tecniche	Campo Verde s.r.l	EL.SE	
Lotto 44 -Penna Radioattiva-Sorgente puntiforme Co-57, attività circa 100 µCi	Conforme	Conforme	
Lotto 45 -Penna Radioattiva-Sorgente puntiforme Co-57, attività circa 150 µCi	Conforme	Conforme	
Lotto 46 -Kit per controllo di qualità marcatura, purezza radionuclidica			Non si procede all'esame della documentazione tecnica in quanto il lotto è stato ritirato
Lotto 47 -Sorgente Co57-Sorgente puntiforme Co-57 (370 kBq) per controlli di qualità sonda intraoperatoria, comprensivo per lo smaltimento sorgente esausta in modalità gratuita, con ritiro della stessa sorgente esausta 1v/anno alla consegna della sorgente nuova	Conforme	Mancanza documentazione tecnica	STANTE L'ASSENZA DEI DOCUMENTI NON È POSSIBILE PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO TECNICO DI CONFORMITÀ, COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA, PERTANTO LA DITTA VIENE ESCLUSA
Lotto 48 -Sorgente Ge68-Sorgente verifica calibratore di attività Ge68 37 MB, comprensivo per lo smaltimento sorgente esausta in modalità gratuita, con ritiro della stessa sorgente esausta 1v/anno alla consegna della sorgente nuova	Conforme	Conforme	
Lotto 49 -Sorgente Cs137-Sorgente verifica calibratore di attività Cs 137 7,4 MBq, comprensivo per lo smaltimento sorgente esausta in modalità gratuita, con ritiro della stessa sorgente esausta 1v/anno alla consegna della sorgente nuova	Conforme	Mancanza documentazione tecnica	STANTE L'ASSENZA DEI DOCUMENTI NON È POSSIBILE PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO TECNICO DI CONFORMITÀ, COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA, PERTANTO LA DITTA VIENE ESCLUSA.